

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
CALIBRATION CERTIFICATE

Certificado N°

J1321025

DATOS DEL EQUIPO				
EQUIPO: Device	BLENDER	MARCA: Brand	BIASYS BIRD	
MODELO: Model	N/A	SERIE: Serial	AHF03302	
Inventario Institución: Institute Inventory	458956	UBICACIÓN: Location	PARTOS	

PATRONES UTILIZADOS				
Equipo	Marca	Modelo	Serie	Fecha de calibración
ANALIZADOR DE FLUJO DE GASES	FLUKE BIOMEDICAL	VT PLUS HF	147947	2025-01-07

CONDICIONES DE LA MEDICIÓN										
Fecha Recepción:		2025-10-20			Fecha Calibración:		2025-10-20			
Date of Receipt					Date of Calibration					
TEMPERATURA Inicial:		25,9 °C	Final:		25,9 °C	HUMEDAD Rel. Inicial:		61 %	Final:	61 %
Temperature			End			Humidity			End	
Lugar de Calibración:		HOSPITAL SAN JORGE								
Place of Calibration										

DATOS DE LA INSTITUCIÓN			
INSTITUCIÓN: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE			
Institution			
TELÉFONO: (606)3119058		CIUDAD: PEREIRA	
Telephone		City	
DIRECCIÓN: CRA 4 # 24-88		Correo: coordinacion.biomedicos@husj.gov.co	
Address		E-mail	

COD: PS-F0002 - VERSION 01

Elaboró

Revisó


JORGE CARDONA IDARRAGA
Metrólogo
Metrologist


MARTÍN LÓPEZ BALLESTEROS
Coordinador de Prestación de Servicios
Service Delivery Coordinator

NOTAS ACLARATORIAS

Este certificado no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito de Coodesuris
This certificate must not be partially or totally reproduced, except with Coodesuris permission.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
The results of this certificate refer to the moment and condition in which the measurements were made.

El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.
The issuing laboratory assumes no responsibility to the misuse of the calibrated instruments.

El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.
The user is responsible for having his instruments calibrated at appropriate intervals.

La calibración se realiza por el método de comparación con un patrón de referencia
Calibration is performed by the method of comparison with a reference pattern


La incertidumbre de calibración ha sido estimada con un nivel de confianza del 95% utilizando un factor de cobertura $k=2$
The calibration uncertainty has been estimated with a confidence level of 95% using a coverage factor $k = 2$

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

FLUJO

Valor de Referencia (Equipo Bajo Prueba)	Medición Promedio (Equipo Patrón)	ERROR	Incertidumbre Expandida
1	1,08	0,08	$\pm$ 0,29
6	6,13	0,13	$\pm$ 0,30
12	12,25	0,25	$\pm$ 0,42
15	15,35	0,35	$\pm$ 0,42


Unidad de la Medición
lpm



FI02

Valor de Referencia (Equipo Bajo Prueba)	Medición Promedio (Equipo Patrón)	ERROR		Incertidumbre Expandida	
21	20,85	-0,15	±	1,17	
50	48,60	-1,40	±	1,18	
90	87,90	-2,10	±	1,41	

Unidad de la Medición
%



FIN DEL CERTIFICADO