

**CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN**  
CALIBRATION CERTIFICATE

Certificado N° F0311025

**DATOS DEL EQUIPO**

**EQUIPO:** DESFIBRILADOR  
Device  
**MARCA:** PHILIPS  
Brand  
**MODELO:** HEARTST ART MRx  
Model  
**SERIE:** US00580424  
Serial  
**Inventario Institución:** 549353  
Institute Inventory

**PATRONES UTILIZADOS**

| Equipo                        | Marca            | Modelo        | Serie   | Fecha de calibración |
|-------------------------------|------------------|---------------|---------|----------------------|
| Analizador de desfibriladores | Fluke Biomedical | IMPULSE 6000D | 2268017 | 2025-09-08           |

**CONDICIONES DE LA MEDICIÓN**

**Fecha Recepción:** 2025-10-23  
Date of Receipt  
**Fecha Calibración:** 2025-10-23  
Date of Calibration  
**TEMPERATURA Inicial:** 23 °C  
Temperature  
**Final:** 23 °C  
End  
**HUMEDAD Rel. Inicial:** 61 %  
Humidity  
**Final:** 61 %  
End  
**Lugar de Calibración:** BLOQUE QUIRÚRGICO  
Place of Calibration

**DATOS DE LA INSTITUCIÓN**

**INSTITUCIÓN:** ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE  
Institution  
**TELÉFONO:** 6063119058  
Telephone  
**CIUDAD:** PEREIRA  
City  
**DIRECCIÓN:** Cra 4 #24-88  
Address  
**Correo:** coordinacion.biomedicos@husj.gov.co  
E-mail

COD: PS-FO002 - VERSION 01

Elaboró

Revisó

  
**JORGE CARDONA IDARRAGA**  
Metrólogo  
Metrologist

  
**MARTÍN LÓPEZ BALLESTEROS**  
Coordinador de Prestación de Servicios  
Service Delivery Coordinator

## NOTAS ACLARATORIAS

Este certificado no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito de Coodesuris  
This certificate must not be partially or totally reproduced, except with Coodesuris permission.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.  
The results of this certificate refer to the moment and condition in which the measurements were made.

El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.  
The issuing laboratory assumes no responsibility to the misuse of the calibrated instruments.

El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados  
The user is responsible for having his instruments calibrated at appropriate intervals.

La calibración se realiza por el método de comparación con un patrón de referencia  
Calibration is performed by the method of comparison with a reference pattern

La incertidumbre de calibración ha sido estimada con un nivel de confianza del 95% utilizando un factor de cobertura  $k=2$   
The calibration uncertainty has been estimated with a confidence level of 95% using a coverage factor  $k = 2$


El error máximo permitido es tomado de: Service Manual o NTC-IEC60601-2-4  
The maximum error allowed is taken from: Service Manual or NTC-IEC60601-2-4

## RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

### ENERGÍA

| Valor de Referencia<br>(EQUIPO BAJO PRUEBA) | Medición Promedio<br>(EQUIPO PATRÓN) | ERROR | Incertidumbre Expandida |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|-------|-------------------------|
| 20                                          | 19,13                                | -0,87 | $\pm 0,74$              |
| 100                                         | 96,03                                | -3,97 | $\pm 1,74$              |
| 200                                         | 193,20                               | -6,80 | $\pm 2,14$              |

| Unidad de la Medición |
|-----------------------|
| Joules                |




### TIEMPO DE SINCRONISMO

| Medición Promedio | Incertidumbre Expandida | Unidad de la Medición |
|-------------------|-------------------------|-----------------------|
| 33,00             | $\pm 1,41$              | ms                    |

**FRECUENCIA CARDIACA**

| Valor de Referencia<br>(EQUIPO PATRÓN) | Medición Promedio<br>(EQUIPO BAJO PRUEBA) | ERROR | Incertidumbre Expandida |      |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|-------|-------------------------|------|
| 60                                     | 60,00                                     | 0,00  | ±                       | 0,82 |
| 100                                    | 100,00                                    | 0,00  | ±                       | 0,82 |
| 160                                    | 160,00                                    | 0,00  | ±                       | 0,82 |

| Unidad de la Medición |
|-----------------------|
| BPM                   |



**FIN DEL CERTIFICADO**