

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
CALIBRATION CERTIFICATE

Certificado N° M1040925

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: DESFIBRILADOR
Device
MARCA: COMEN
Brand
MODELO: S5
Model
SERIE: S230703024
Serial
Inventario Institución: 572076
Institute Inventory

PATRONES UTILIZADOS

Equipo	Marca	Modelo	Serie	Fecha de calibración
Analizador de desfibriladores	Fluke Biomedical	IMPULSE 6000D	2268017	2025-09-08

CONDICIONES DE LA MEDICIÓN

Fecha Recepción: 2025-09-22
Date of Receipt
Fecha Calibración: 2025-09-22
Date of Calibration
TEMPERATURA Inicial: 23 °C
Temperature
Final: 23 °C
End
HUMEDAD Rel. Inicial: 61 %
Humidity
Final: 61 %
End
Lugar de Calibración: UCI
Place of Calibration

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE
Institution
TELÉFONO: (606)3119058
Telephone
DIRECCIÓN: CRA 4 # 24-88
Address
CIUDAD: PEREIRA
City
Correo: coordinacion.biomedicos@husj.gov.co
E-mail

COD: PS-FO002 - VERSION 01

Elaboró

Revisó


JORGE CARDONA IDARRAGA
Metrólogo
Metrologist


MARTÍN LÓPEZ BALLESTEROS
Coordinador de Prestación de Servicios
Service Delivery Coordinator

NOTAS ACLARATORIAS

Este certificado no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito de Coodesuris

This certificate must not be partially or totally reproduced, except with Coodesuris permission.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.

The results of this certificate refer to the moment and condition in which the measurements were made.

El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

The issuing laboratory assumes no responsibility to the misuse of the calibrated instruments.

El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados

The user is responsible for having his instruments calibrated at appropriate intervals.

La calibración se realiza por el método de comparación con un patrón de referencia

Calibration is performed by the method of comparison with a reference pattern

La incertidumbre de calibración ha sido estimada con un nivel de confianza del 95% utilizando un factor de cobertura $k=2$

The calibration uncertainty has been estimated with a confidence level of 95% using a coverage factor $k = 2$

El error máximo permitido es tomado de: Service Manual o NTC-IEC60601-2-4


The maximum error allowed is taken from: Service Manual or NTC-IEC60601-2-4

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

ENERGÍA

Valor de Referencia (EQUIPO BAJO PRUEBA)	Medición Promedio (EQUIPO PATRÓN)	ERROR	Incertidumbre Expandida
20	19.80	-0.20	± 0.74
100	99.20	-0.80	± 0.94
200	197.50	-2.50	± 1.42

Unidad de la Medición
Joules




TIEMPO DE SINCRONISMO

Medición Promedio	Incertidumbre Expandida	Unidad de la Medición
31.00	± 1.41	ms

FRECUENCIA CARDIACA

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida	
60	60.00	0.00	±	0.82
100	100.00	0.00	±	0.82
160	160.00	0.00	±	0.82

Unidad de la Medición
BPM



FIN DEL CERTIFICADO