

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
CALIBRATION CERTIFICATE

Certificado N° J0031125

DATOS DEL EQUIPO			
EQUIPO: Device	ELECTROCARDIOGRAFO	MARCA: Brand	EDAN
MODELO: Model	SE-601	SERIE: Serial	310017-M13403830010
Inventario Institución: Institute Inventory	545540	UBICACIÓN: Location	INTERMEDIOS ADULTO

PATRONES UTILIZADOS				
Equipo	Marca	Modelo	Serie	Fecha de calibración
Simulador de Signos Vitales	Fluke Biomedical	ProSim 8	2267045	2025-09-29
Pie de Rey Digital	Stainless	150mm	72144	2025-07-16

CONDICIONES DE LA MEDICIÓN					
Fecha Recepción: Date of Receipt	2025-11-05		Fecha Calibración: Date of Calibration	2025-11-05	
TEMPERATURA Inicial: Temperature	25,8 °C	Final: End	25,8 °C	HUMEDAD Rel. Inicial: Humidity	58 %
Lugar de Calibración: Place of Calibration	HOSPITAL SAN JORGE			Final: End	58 %

DATOS DE LA INSTITUCIÓN	
INSTITUCIÓN: Institution	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE
TELÉFONO: Telephone	(606)3119058
DIRECCIÓN: Address	CRA 4 # 24-88
CIUDAD: City	PEREIRA
Correo: E-mail	coordinacion.biomedicos@husj.gov.co

COD: PS-FO002 - VERSION 01

Elaboró


JORGE CARDONA IDARRAGA
Metrólogo
Metrologist

Revisó


MARTÍN LÓPEZ BALLESTEROS
Coordinador de Prestación de Servicios
Service Delivery Coordinator

NOTAS ACLARATORIAS

Este certificado no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito de Coodesuris
This certificate must not be partially or totally reproduced, except with Coodesuris permission.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
The results of this certificate refer to the moment and condition in which the measurements were made.

El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.
The issuing laboratory assumes no responsibility to the misuse of the calibrated instruments.

El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados
The user is responsible for having his instruments calibrated at appropriate intervals.

La calibración se realiza por el método de comparación con un patrón de referencia
Calibration is performed by the method of comparison with a reference pattern


La incertidumbre de calibración ha sido estimada con un nivel de confianza del 95% utilizando un factor de cobertura $k=2$
The calibration uncertainty has been estimated with a confidence level of 95% using a coverage factor $k=2$

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

FRECUENCIA CARDIACA

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida
60	60,50	0,50	$\pm$ 0,71
120	120,62	0,62	$\pm$ 0,78
180	180,90	0,90	$\pm$ 0,82

Unidad de la Medición
BPM



AMPLITUD

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida
1	1,00	0,00	$\pm$ 0,03

Unidad de la Medición
mV

FIN DEL CERTIFICADO