

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
CALIBRATION CERTIFICATE

Certificado N°

M0741025

DATOS DEL EQUIPO				
EQUIPO:	FLUJÓMETRO	MARCA:	PASHCO	
Device		Brand		
MODELO:	434	SERIE:	N/A	
Model		Serial		
Inventario Institución:	547553	UBICACIÓN:	URGENCIAS	
Institute Inventory		Location		

PATRONES UTILIZADOS				
Equipo	Marca	Modelo	Serie	Fecha de calibración
ANALIZADOR DE FLUJO DE GASES	FLUKE BIOMEDICAL	VT PLUS HF	147947	2025-01-07

CONDICIONES DE LA MEDICIÓN				
Fecha Recepción:	2025-10-10	Fecha Calibración:	2025-10-10	
Date of Receipt		Date of Calibration		
TEMPERATURA Inicial:	25 °C	Final:	25 °C	
Temperature		End		
HUMEDAD Rel. Inicial:	61 %	Final:	61 %	
Humidity		End		
Lugar de Calibración:	HOSPITAL SAN JORGE			
Place of Calibration				

DATOS DE LA INSTITUCIÓN	
INSTITUCIÓN:	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE
Institution	
TELÉFONO:	(606)3119058
Telephone	
DIRECCIÓN:	CRA 4 # 24-88
Address	
CIUDAD:	PEREIRA
City	
Correo:	coordinacion.biomedicos@husj.gov.co
E-mail	

COD: PS-FO002 - VERSION 01

Elaboró

Revisó



JORGE CARDONA IDARRAGA

Metrólogo

Metrologist



MARTÍN LÓPEZ BALLESTEROS

Coordinador de Prestación de Servicios

Service Delivery Coordinator



Av 30 de Agosto Nro 87- 298



prestacionservicios@coodesuris.com



(6) 35154 66

NOTAS ACLARATORIAS

Este certificado no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito de Coodesuris
This certificate must not be partially or totally reproduced, except with Coodesuris permission.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
The results of this certificate refer to the moment and condition in which the measurements were made.

El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.
The issuing laboratory assumes no responsibility to the misuse of the calibrated instruments.

El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.
The user is responsible for having his instruments calibrated at appropriate intervals.


La calibración se realiza por el método de comparación con un patrón de referencia
Calibration is performed by the method of comparison with a reference pattern

La incertidumbre de calibración ha sido estimada con un nivel de confianza del 95% utilizando un factor de cobertura $k=2$
The calibration uncertainty has been estimated with a confidence level of 95% using a coverage factor $k = 2$

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

FLUJO IZQUIERDO

Valor de Referencia (EQUIPO BAJO PRUEBA)	Medición Promedio (EQUIPO PATRÓN)	ERROR		Incertidumbre Expandida	Unidad de la Medición
1	1,01	0,01	$\pm$	0,29	
6	6,07	0,07	$\pm$	0,29	lpm
12	12,65	0,65	$\pm$	0,41	



FIN DEL CERTIFICADO