

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
CALIBRATION CERTIFICATE

Certificado N°

L2121125

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: LAMPARA CIELÍTICA
Device

MARCA: LED 300DF
Brand

MODELO: 17000101
Model

SERIE: 16-19412--16-19411
Serial

Inventario Institución: NA
Institute Inventory

UBICACIÓN: QUIRÓFANO
Location

PATRONES UTILIZADOS

Equipo	Marca	Modelo	Serie	Fecha de calibración
LUXÓMETRO	FLUKE BIOMEDICAL	07-621	259673	2025-09-08

CONDICIONES DE LA MEDICIÓN

Fecha Recepción: 2024-12-23
Date of Receipt

Fecha Calibración: 2024-12-23
Date of Calibration

TEMPERATURA Inicial: 24,4 °C **Final:** 24,4 °C
Temperature End

HUMEDAD Rel. Inicial: 64 % **Final:** 64 %
Humidity End

Lugar de Calibración: HOSPITAL SAN JORGE
Place of Calibration

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE
Institution

TELÉFONO: (606)3119058
Telephone

CIUDAD: PEREIRA
City

DIRECCIÓN: CRA 4 # 24-88
Address

Correo: coordinacion.biomedicos@husj.gov.co
E-mail

COD: PS-FO002 - VERSION 01

Elaboró

Revisó

Leire Garcia

LEIRE GARCIA MORALES

Metrologa
Metrologist
Av 30 de Agosto Nro 87- 298

MARTÍN LÓPEZ BALLESTEROS

Coordinador de Prestación de Servicios
Service Delivery Coordinator
prestacionservicio@husj.gov.co / (606) 35154 66

NOTAS ACLARATORIAS

Este certificado no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito de Coodesuris
This certificate must not be partially or totally reproduced, except with Coodesuris permission.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
The results of this certificate refer to the moment and condition in which the measurements were made.

El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.
The issuing laboratory assumes no responsibility to the misuse of the calibrated instruments.

El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados
The user is responsible for having his instruments calibrated at appropriate intervals.

La calibración se realiza por el método de comparación con un patrón de referencia
Calibration is performed by the method of comparison with a reference pattern

La incertidumbre de calibración ha sido estimada con un nivel de confianza del 95% utilizando un factor de cobertura $k=2$
The calibration uncertainty has been estimated with a confidence level of 95% using a coverage factor $k = 2$

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

LUMINANCIA

LÁMPARA SERIE 16-19411
LÁMPARA SERIE 16-19412

Medición Promedio	Incertidumbre Expandida	
78800.0	±	13242.4
78400.0	±	4176.1

Unidad de la Medición
lux

FIN DEL CERTIFICADO



Av 30 de Agosto Nro 87- 298



prestacionservicios@coodesuris.com



(6) 35154 66