

**CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN**  
CALIBRATION CERTIFICATE

Certificado N°

L2101225

**DATOS DEL EQUIPO**

**EQUIPO:** LAMPARA CIELÍTICA  
Device

**MARCA:** LED 300DF  
Brand

**MODELO:** 17000101  
Model

**SERIE:** 16-19922/ 16-19921  
Serial

**Inventario Institución:** V008004  
Institute Inventory

**UBICACIÓN:** QUIRÓFANO  
Location

**PATRONES UTILIZADOS**

| Equipo    | Marca            | Modelo | Serie  | Fecha de calibración |
|-----------|------------------|--------|--------|----------------------|
| LUXÓMETRO | FLUKE BIOMEDICAL | 07-621 | 259673 | 2025-09-08           |

**CONDICIONES DE LA MEDICIÓN**

**Fecha Recepción:** 2024-12-23  
Date of Receipt

**Fecha Calibración:** 2024-12-23  
Date of Calibration

**TEMPERATURA Inicial:** 24,4 °C **Final:** 24,4 °C  
Temperature End

**HUMEDAD Rel. Inicial:** 64 % **Final:** 64 %  
Humidity End

**Lugar de Calibración:** HOSPITAL SAN JORGE  
Place of Calibration

**DATOS DE LA INSTITUCIÓN**

**INSTITUCIÓN:** HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE  
Institution

**TELÉFONO:** (606)3119058  
Telephone

**CIUDAD:** PEREIRA  
City

**DIRECCIÓN:** CRA 4 # 24-88  
Address

**Correo:** coordinacion.biomedicos@husj.gov.co  
E-mail

COD: PS-FO002 - VERSION 01

Elaboró

Revisó

Leire Garcia

**LEIRE GARCIA MORALES**

**Metrologa**  
Metrologist  
Av 30 de Agosto Nro 87- 298

**MARTÍN LÓPEZ BALLESTEROS**

**Coordinador de Prestación de Servicios**  
Service Delivery Coordinator  
prestacionservicio@husj.gov.co / (606) 35154 66

### NOTAS ACLARATORIAS

Este certificado no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito de Coodesuris  
This certificate must not be partially or totally reproduced, except with Coodesuris permission.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.  
The results of this certificate refer to the moment and condition in which the measurements were made.

El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.  
The issuing laboratory assumes no responsibility to the misuse of the calibrated instruments.

El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados  
The user is responsible for having his instruments calibrated at appropriate intervals.

La calibración se realiza por el método de comparación con un patrón de referencia  
Calibration is performed by the method of comparison with a reference pattern

La incertidumbre de calibración ha sido estimada con un nivel de confianza del 95% utilizando un factor de cobertura  $k=2$   
The calibration uncertainty has been estimated with a confidence level of 95% using a coverage factor  $k = 2$

### RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

#### LUMINANCIA

LÁMPARA SERIE 16-19922  
LÁMPARA SERIE 16-19921

| Medición Promedio | Incertidumbre Expandida |        |
|-------------------|-------------------------|--------|
| 81400.0           | ±                       | 8333.1 |
| 83800.0           | ±                       | 7138.6 |

| Unidad de la Medición |
|-----------------------|
| lux                   |

FIN DEL CERTIFICADO



Av 30 de Agosto Nro 87- 298



prestacionservicios@coodesuris.com



(6) 35154 66