

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
CALIBRATION CERTIFICATE

Certificado N°

J1060925

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Device	LÁMPARA DE CALOR RADIANTE	MARCA: Brand	ATOM
MODELO: Model	SUNFLOWER WARMER	SERIE: Serial	191100841
Inventario Institución: Institute Inventory	572845	UBICACIÓN: Location	NEONATOS

PATRONES UTILIZADOS

Equipo	Marca	Modelo	Serie	Fecha de calibración
ANALIZADOR DE INCUBADORAS	FLUKE BIOMEDICAL	INCU	60501110	2025-09-10

CONDICIONES DE LA MEDICIÓN

Fecha Recepción: Date of Receipt	2025-10-01	Fecha Calibración: Date of Calibration	2025-10-01
TEMPERATURA Inicial: Temperature	26 °C	Final: End	25,9 °C
HUMEDAD Rel. Inicial: Humidity	61 %	Final: End	61 %
Lugar de Calibración: Place of Calibration	HOSPITAL SAN JORGE		

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Institution	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE		
TELÉFONO: Telephone	(606)3119058	CIUDAD: City	PEREIRA
DIRECCIÓN: Address	CRA 4 # 24-88	Correo: E-mail	coordinacion.biomedicos@husj.gov.co

COD: PS-F0002 - VERSION 01

Elaboró



JORGE CARDONA IDARRAGA
Metrólogo
Metrologist

Revisó



MARTÍN LÓPEZ BALLESTEROS
Coordinador de Prestación de Servicios
Service Delivery Coordinator

NOTAS ACLARATORIAS

Este certificado no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito de Coodesuris
This certificate must not be partially or totally reproduced, except with Coodesuris permission.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
The results of this certificate refer to the moment and condition in which the measurements were made.

El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.
The issuing laboratory assumes no responsibility to the misuse of the calibrated instruments.

El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.
The user is responsible for having his instruments calibrated at appropriate intervals.


La calibración se realiza por el método de comparación con un patrón de referencia.
Calibration is performed by the method of comparison with a reference pattern.

La incertidumbre de calibración ha sido estimada con un nivel de confianza del 95% utilizando un factor de cobertura $k=2$
The calibration uncertainty has been estimated with a confidence level of 95% using a coverage factor $k = 2$

El error máximo permitido es tomado de: NTC-IEC60601-2-21
The maximum error allowed is taken from: NTC-IEC60601-2-21

TEMPERATURA SENSOR

Valor de Referencia (EQUIPO BAJO PRUEBA)	Medición Promedio (EQUIPO PATRÓN)	ERROR	Incertidumbre Expandida		Unidad de la Medición
37	36,85	-0,15	±	0,10	°C



FIN DEL CERTIFICADO