

**CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN**  
CALIBRATION CERTIFICATE

Certificado N° J1661125

**DATOS DEL EQUIPO**

**EQUIPO:** MONITOR DE SIGNOS VITALES **MARCA:** DRAGER  
Device Brand  
**MODELO:** INFINITY VISTA XL **SERIE:** 6004250876  
Model Serial  
**Inventario Institución:** 544963 **Ubicación:** QUIRÓFANO  
Institute Inventory Location

**PATRONES UTILIZADOS**

| Equipo                      | Marca            | Modelo   | Serie   | Fecha de calibración |
|-----------------------------|------------------|----------|---------|----------------------|
| Simulador de Signos Vitales | Fluke Biomedical | ProSim 8 | 2267045 | 2025-09-29           |

**CONDICIONES DE LA MEDICIÓN**

**Fecha Recepción:** 2025-11-21 **Fecha Calibración:** 2025-11-21  
Date of Receipt Date of Calibration  
**TEMPERATURA Inicial:** 25,4 °C **Final:** 25,4 °C **HUMEDAD Rel. Inicial:** 64 % **Final:** 64 %  
Temperature End Humidity End  
**Lugar de Calibración:** HOSPITAL SAN JORGE  
Place of Calibration

**DATOS DE LA INSTITUCIÓN**

**INSTITUCIÓN:** HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE  
Institution  
**TELÉFONO:** (606)3119058 **CIUDAD:** PEREIRA  
Telephone City  
**DIRECCIÓN:** CRA 4 # 24-88 **Correo:** coordinacion.biomedicos@husj.gov.co  
Address E-mail

COD: PS-FO002 - VERSION 01 (3V)

Elaboró

Revisó

  
**JORGE CARDONA IDARRAGA**  
Metrólogo  
Metrologist

  
**MARTÍN LÓPEZ BALLESTEROS**  
Coordinador de Prestación de Servicios  
Service Delivery Coordinator

## NOTAS ACLARATORIAS

Este certificado no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito de Coodesuris  
This certificate must not be partially or totally reproduced, except with Coodesuris permission.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.  
The results of this certificate refer to the moment and condition in which the measurements were made.

El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.  
The issuing laboratory assumes no responsibility to the misuse of the calibrated instruments.

El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados  
The user is responsible for having his instruments calibrated at appropriate intervals.


La calibración se realiza por el método de comparación con un patrón de referencia  
Calibration is performed by the method of comparison with a reference pattern

La incertidumbre de calibración ha sido estimada con un nivel de confianza del 95% utilizando un factor de cobertura  $k=2$   
The calibration uncertainty has been estimated with a confidence level of 95% using a coverage factor  $k = 2$

## RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

### PRESIÓN NO INVASIVA SISTÓLICA

| Valor de Referencia<br>(EQUIPO PATRÓN) | Medición Promedio<br>(EQUIPO BAJO PRUEBA) | ERROR | Incertidumbre<br>Expandida | Unidad de la<br>Medición |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|-------|----------------------------|--------------------------|
| 80                                     | 77,00                                     | -3,00 | $\pm 0,82$                 | mmHg                     |
| 120                                    | 115,50                                    | -4,50 | $\pm 1,01$                 |                          |
| 200                                    | 191,00                                    | -9,00 | $\pm 1,42$                 |                          |




**PRESIÓN NO INVASIVA DIASTÓLICA**

| Valor de Referencia<br>(EQUIPO PATRÓN) | Medición Promedio<br>(EQUIPO BAJO PRUEBA) | ERROR | Incertidumbre<br>Expandida |      |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 50                                     | 54,00                                     | 4,00  | ±                          | 0,82 |
| 80                                     | 86,50                                     | 6,50  | ±                          | 1,01 |
| 150                                    | 142,50                                    | -7,50 | ±                          | 1,92 |

Unidad de la  
Medición

mmHg




**FRECUENCIA CARDIACA**

| Valor de Referencia<br>(EQUIPO PATRÓN) | Medición Promedio<br>(EQUIPO BAJO PRUEBA) | ERROR | Incertidumbre<br>Expandida |      |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 60                                     | 60,00                                     | 0,00  | ±                          | 0,82 |
| 120                                    | 119,50                                    | -0,50 | ±                          | 1,00 |
| 200                                    | 200,00                                    | 0,00  | ±                          | 0,82 |

Unidad de la  
Medición


BPM



**SATURACIÓN DE OXÍGENO**

| Valor de Referencia<br>(EQUIPO PATRÓN) | Medición Promedio<br>(EQUIPO BAJO<br>PRUEBA) | ERROR | Incertidumbre<br>Expandida |      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 75                                     | 75,00                                        | 0,00  | ±                          | 2,27 |
| 85                                     | 85,00                                        | 0,00  | ±                          | 2,27 |
| 95                                     | 95,00                                        | 0,00  | ±                          | 2,27 |

| Unidad de la<br>Medición |
|--------------------------|
| %                        |



| FRECUENCIA<br>CARDIACA<br>SP02 | Valor de Referencia | Medición Promedio | ERROR | Incertidumbre<br>Expandida |      |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|-------|----------------------------|------|
|                                | 60                  | 60,00             | 0,00  | ±                          | 0,88 |
|                                | 150                 | 150,00            | 0,00  | ±                          | 0,88 |

| Unidad de la<br>Medición |
|--------------------------|
| BPM                      |

FIN DEL CERTIFICADO