

## PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA IEC-NTC-ISO 60-601

No. J1931125

Fecha de Ejecución: 2025-11-25

### INFORMACION DEL SOLICITANTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE  
TELÉFONO: (606)3119058  
DIRECCIÓN: CRA 4 # 24-88  
CIUDAD: PEREIRA  
CORREO: coordinacion.biomedicos@husj.gov.co

### INFORMACION DEL INSTRUMENTO

EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES  
MARCA: MINDRAY  
MODELO: BENEVIEW T5  
SERIE: CM-3B134867  
NUMERO DE ACTIVO: 545469  
UBICACIÓN: UCI ADULTOS

| Equipo                            | Modelo  | Serie   | Fecha de Calibración |
|-----------------------------------|---------|---------|----------------------|
| Analizador de Seguridad Eléctrica | ESA 615 | 2757031 | 2025-01-13           |

| PRUEBA REALIZADA                                              | Especificación. | Medición | Unidad     | Pasa/Falla |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------------|------------|
| Voltaje de Linea                                              | 110 V           | 126,9    | V          | Pasa       |
| Resistencia de Protección a Tierra                            | $\leq 0,2$      | 0,172    | $\Omega$   | Pasa       |
| Resistencia de Aislamiento L1-L2-Case                         | $\geq 2$        | 100      | M $\Omega$ | Pasa       |
| Resistencia de Aislamiento Partes Aplicadas-Case              | $\geq 2$        | 78,8     | M $\Omega$ | Pasa       |
| Fuga de Corriente Tierra (Pol Normal)                         | $\leq 500$      | 5,3      | $\mu A$    | Pasa       |
| Fuga de Corriente Tierra (L2 Open)                            | $\leq 1000$     | 2,5      | $\mu A$    | Pasa       |
| Fuga de Corriente Tierra (Pol Inv)                            | $\leq 500$      | 5,7      | $\mu A$    | Pasa       |
| Fuga de Corriente Tierra (Pol Inv - L2 Open)                  | $\leq 1000$     | 2,4      | $\mu A$    | Pasa       |
| Fuga de Corriente Chasis (Pol Normal)                         | $\leq 100$      | 0,4      | $\mu A$    | Pasa       |
| Fuga de Corriente Chasis (L2 Open)                            | $\leq 500$      | 0,4      | $\mu A$    | Pasa       |
| Fuga de Corriente Chasis (Earth Open)                         | $\leq 500$      | 2,5      | $\mu A$    | Pasa       |
| Fuga de Corriente Chasis (Pol Inv)                            | $\leq 100$      | 0,4      | $\mu A$    | Pasa       |
| Fuga de Corriente Chasis (Pol Inv - L2 Open)                  | $\leq 500$      | 0,4      | $\mu A$    | Pasa       |
| Fuga de Corriente Chasis (Pol Inv - Earth Open)               | $\leq 500$      | 2,4      | $\mu A$    | Pasa       |
| Fuga de Corriente PA (Pol Normal)                             | $\leq 10$       | 0,4      | $\mu A$    | Pasa       |
| Fuga de Corriente PA (L2 Open)                                | $\leq 50$       | 0,4      | $\mu A$    | Pasa       |
| Fuga de Corriente PA (Earth Open)                             | $\leq 50$       | 0,5      | $\mu A$    | Pasa       |
| Fuga de Corriente PA (Pol Inv)                                | $\leq 10$       | 0,4      | $\mu A$    | Pasa       |
| Fuga de Corriente PA (Pol Inv - L2 Open)                      | $\leq 50$       | 0,4      | $\mu A$    | Pasa       |
| Fuga de Corriente PA (Pol Inv - Earth Open)                   | $\leq 50$       | 0,5      | $\mu A$    | Pasa       |
| Fuga de Corriente Aux PA (Pol Normal)                         | $\leq 10$       | 0,4      | $\mu A$    | Pasa       |
| Fuga de Corriente Aux PA (L2 Open)                            | $\leq 50$       | 0,4      | $\mu A$    | Pasa       |
| Fuga de Corriente Aux PA (Earth Open)                         | $\leq 50$       | 0,6      | $\mu A$    | Pasa       |
| Fuga de Corriente Aux PA (Pol Inv)                            | $\leq 10$       | 0,4      | $\mu A$    | Pasa       |
| Fuga de Corriente Aux PA (Pol Inv - L2 Open)                  | $\leq 50$       | 0,4      | $\mu A$    | Pasa       |
| Fuga de Corriente Aux PA (Pol Inv - Earth Open)               | $\leq 50$       | 0,6      | $\mu A$    | Pasa       |
| RED en Partes Aplicadas (Normal)                              | $\leq 50$       | 8,7      | $\mu A$    | Pasa       |
| RED en Partes Aplicadas (Reverse)                             | $\leq 50$       | 8,9      | $\mu A$    | Pasa       |
| Equipo permaneció encendido durante la totalidad de la prueba |                 | Si       | X          | No         |
| Existe puesta a tierra en la ubicación del equipo             |                 | Si       | X          | No         |

COD: PS-F0012 - VERSION 02

Lineas de alimentación: L1 = Fase; L2 = Neutro; Earth = Tierra

Elaboró

  
JÓRGE CARDONA IDARRAGA  
Metrólogo