

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CALIBRATION CERTIFICATE

Certificado N°

M1400925

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Device	TERMOHIGRÓMETRO	MARCA: Brand	BIO TEMP
MODELO: Model	910-27	SERIE: Serial	01536
Inventario Institución: Institute Inventory	572926	UBICACIÓN Location	UCI PEDIATRÍA C LIMPIO

PATRONES UTILIZADOS

Equipo	Marca	Modelo	Serie	Fecha de calibración
TERMOHIGRÓMETRO	TRACEABLE	6455	200575572	2025-01-14

CONDICIONES DE LA MEDICIÓN

Fecha Recepción: Date of Receipt	2025-09-24	Fecha Calibración: Date of Calibration	2025-09-24
TEMPERATURA Inicial: Temperature	25 °C	Final: End	25 °C
HUMEDAD Rel. Inicial: Humidity	66 %	Final: End	66 %
Lugar de Calibración: Place of Calibration	LABORATORIO COODESURIS		

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Institution	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE		
TELÉFONO: Telephone	(606)3119058	CIUDAD: City	PEREIRA
DIRECCIÓN: Address	CRA 4 # 24-88	Correo: E-mail	coordinacion.biomedicos@husj.gov.co


COD: PS-F0002 - VERSION 01

Elaboró

Revisó



JORGE CARDONA IDARRAGA
Metrólogo
Metrologist



MARTÍN LÓPEZ BALLESTEROS
Coordinador de Prestación de Servicios
Service Delivery Coordinator



Av 30 de Agosto Nro 87- 298



prestacionservicios@coodesuris.com



(6) 35154 66

NOTAS ACLARATORIAS

Este certificado no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito de Coodesuris
This certificate must not be partially or totally reproduced, except with Coodesuris permission.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
The results of this certificate refer to the moment and condition in which the measurements were made.

El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.
The issuing laboratory assumes no responsibility to the misuse of the calibrated instruments.

El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados
The user is responsible for having his instruments calibrated at appropriate intervals.


La calibración se realiza por el método de comparación con un patrón de referencia
Calibration is performed by the method of comparison with a reference pattern

La incertidumbre de calibración ha sido estimada con un nivel de confianza del 95% utilizando un factor de cobertura k=2
The calibration uncertainty has been estimated with a confidence level of 95% using a coverage factor k = 2

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN


TEMPERATURA

Valor de Referencia (Equipo Patrón)	Medición Promedio (Equipo Bajo Prueba)	ERROR	Incertidumbre Expandida		Unidad de la Medición
20.17	20.52	0.35	±	0.18	°C
29.58	30.02	0.44	±	0.18	




TEMPERATURA SONDA

Valor de Referencia (Equipo Patrón)	Medición Promedio (Equipo Bajo Prueba)	ERROR		Incertidumbre Expandida	Unidad de la Medición
2.39	2.73	0.35	±	0.18	
7.66	8.01	0.35	±	0.18	°C



HUMEDAD RELATIVA

Valor de Referencia (Equipo Patrón)	Medición Promedio (Equipo Bajo Prueba)	ERROR		Incertidumbre Expandida	Unidad de la Medición
54.75	55.25	0.50	±	1.72	
79.32	79.96	0.64	±	1.72	%



FIN DEL CERTIFICADO

