

## CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CALIBRATION CERTIFICATE

Certificado N°

F0351025

### DATOS DEL EQUIPO

**EQUIPO:** TERMOHIGRÓMETRO

Device

**MARCA:** HTC

Brand

**MODELO:** HTC-2

Model

**SERIE:** NO DEFINIDO

Serial

**Inventario Institución:** 574701

Institute Inventory

**UBICACIÓN:** MEDICINA INTERNA

Location

### PATRONES UTILIZADOS

| Equipo               | Marca | Modelo | Serie    | Fecha de calibración |
|----------------------|-------|--------|----------|----------------------|
| TERMOHIGRÓMETRO      | FLUKE | 2626-S | B21815   | 2025-09-17           |
| SONDA DE TEMPERATURA | FLUKE | 179    | 18960429 | 2025-09-09           |

### CONDICIONES DE LA MEDICIÓN

**Fecha Recepción:** 2025-10-23

Date of Receipt

**Fecha Calibración:** 2025-10-23

Date of Calibration

**TEMPERATURA Inicial:** 21 °C **Final:** 21 °C

Temperature

End

**HUMEDAD Rel. Inicial:** 61 % **Final:** 61 %

Humidity

End

**Lugar de Calibración:** LABORATORIO COODESURIS

Place of Calibration

### DATOS DE LA INSTITUCIÓN

**INSTITUCIÓN:** HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

Institution

**TELÉFONO:** (606)3119058

Telephone

**CIUDAD:** PEREIRA

City

**DIRECCIÓN:** CRA 4 # 24-88

Address

**Correo:** coordinacion.biomedicos@husj.gov.co

E-mail

COD: PS-F0002 - VERSION 01

Elaboró

Revisó



**JORGE CARDONA IDARRAGA**

Metrólogo

Metrologist



**MARTÍN LÓPEZ BALLESTEROS**

Coordinador de Prestación de Servicios

Service Delivery Coordinator



Av 30 de Agosto Nro 87- 298



prestacionservicios@coodesuris.com



(6) 35154 66

### NOTAS ACLARATORIAS

Este certificado no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito de Coodesuris  
This certificate must not be partially or totally reproduced, except with Coodesuris permission.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.  
The results of this certificate refer to the moment and condition in which the measurements were made.

El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.  
The issuing laboratory assumes no responsibility to the misuse of the calibrated instruments.

El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados  
The user is responsible for having his instruments calibrated at appropriate intervals.


La calibración se realiza por el método de comparación con un patrón de referencia  
Calibration is performed by the method of comparison with a reference pattern

La incertidumbre de calibración ha sido estimada con un nivel de confianza del 95% utilizando un factor de cobertura  $k=2$   
The calibration uncertainty has been estimated with a confidence level of 95% using a coverage factor  $k = 2$

### RESULTADOS DE LA MEDICIÓN


#### TEMPERATURA

| Valor de Referencia<br>(Equipo Patrón) | Medición Promedio<br>(Equipo Bajo Prueba) | ERROR | Incertidumbre<br>Expandida |      | Unidad de la<br>Medición |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|-------|----------------------------|------|--------------------------|
| 21.69                                  | 22.41                                     | 0.72  | ±                          | 0.18 | °C                       |
| 30.28                                  | 31.04                                     | 0.76  | ±                          | 0.18 |                          |



HUMEDAD RELATIVA

| Valor de Referencia<br>(Equipo Patrón) | Medición Promedio<br>(Equipo Bajo Prueba) | ERROR | Incertidumbre<br>Expandida | Unidad de la<br>Medición |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|-------|----------------------------|--------------------------|
| 53.17                                  | 54.41                                     | 1.24  | ± 1.72                     | %                        |
| 79.68                                  | 81.22                                     | 1.54  | ± 1.72                     |                          |



FIN DEL CERTIFICADO