

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CALIBRATION CERTIFICATE

Certificado N°

M2241025

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	VACUTRÓN	MARCA:	GENTEC
Device		Brand	
MODELO:	NO DEFINIDO	SERIE:	13D0024
Model		Serial	
NÚMERO ACTIVO:	545558	UBICACIÓN:	UCI
Institute Inventory		Location	

PATRONES UTILIZADOS

Equipo	Marca	Modelo	Serie	Fecha de calibración
ANALIZADOR DE FLUJO DE GASES	FLUKE BIOMEDICAL	VT PLUS HF	147947	2025-01-07

CONDICIONES DE LA MEDICIÓN

Fecha Recepción:	2025-10-28	Fecha Calibración:	2025-10-28
Date of Receipt		Date of Calibration	
TEMPERATURA Inicial:	22 °C	Final:	22 °C
Temperature		End	
HUMEDAD Rel. Inicial:	60 %	Final:	60 %
Humidity		End	
Lugar de Calibración:	HOSPITAL SAN JORGE		
Place of Calibration			

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE
Institution	
TELÉFONO:	(606)3119058
Telephone	
DIRECCIÓN:	CRA 4 # 24-88
Address	
CIUDAD:	PEREIRA
City	
Correo:	coordinacion.biomedicos@husj.gov.co
E-mail	

COD: PS-FO002 - VERSION 01

Elaboró

Revisó



JORGE CARDONA IDARRAGA

 Metrólogo


 Av 30 de Agosto Nro 87- 298



MARTÍN LÓPEZ BALLESTEROS

 Coordinador de Prestación de Servicios


 (6) 35154 66

NOTAS ACLARATORIAS

Este certificado no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito de Coodesuris
This certificate must not be partially or totally reproduced, except with Coodesuris permission.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
The results of this certificate refer to the moment and condition in which the measurements were made.

El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.
The issuing laboratory assumes no responsibility to the misuse of the calibrated instruments.

El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados
The user is responsible for having his instruments calibrated at appropriate intervals.

La calibración se realiza por el método de comparación con un patrón de referencia
Calibration is performed by the method of comparison with a reference pattern


La incertidumbre de calibración ha sido estimada con un nivel de confianza del 95% utilizando un factor de cobertura $k=2$
The calibration uncertainty has been estimated with a confidence level of 95% using a coverage factor $k = 2$

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

PRESIÓN DE VACÍO

Valor de Referencia (EQUIPO BAJO PRUEBA)	Medición Promedio (EQUIPO PATRÓN)	ERROR	Incertidumbre Expandida	
100	91.24	-8.76	$\pm$	2.89
200	188.64	-11.36	$\pm$	2.89
300	286.32	-13.68	$\pm$	2.89

Unidad de la Medición
mmHg



FIN DEL CERTIFICADO