

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN CALIBRATION CERTIFICATE

Certificado N° J0890925

DATOS DEL EQUIPO				
EQUIPO:	VACUTRÓN	MARCA:	AMVEX	
Device		Brand		
MODELO:	ACOP.CHEM	SERIE:	VRA05362LM	
Model		Serial		
NÚMERO ACTIVO:	545703	UBICACIÓN:	UCI PEDIÁTRICA	
Institute Inventory		Location		

PATRONES UTILIZADOS				
Equipo	Marca	Modelo	Serie	Fecha de calibración
ANALIZADOR DE FLUJO DE GASES	FLUKE BIOMEDICAL	VT PLUS HF	147947	2025-01-07

CONDICIONES DE LA MEDICIÓN				
Fecha Recepción:	2025-09-18	Fecha Calibración:	2025-09-18	
Date of Receipt		Date of Calibration		
TEMPERATURA Inicial:	26 °C	Final:	26 °C	
Temperature		End		
Lugar de Calibración:	HOSPITAL SAN JORGE	HUMEDAD Rel. Inicial:	62 %	Final: 62 %
Place of Calibration		Humidity		End

DATOS DE LA INSTITUCIÓN				
INSTITUCIÓN:	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE	CIUDAD:	PEREIRA	
Institution		City		
TELÉFONO:	(606)3119058	Correo:	coordinacion.biomedicos@husj.gov.co	
Telephone		E-mail		
DIRECCIÓN:	CRA 4 # 24-88			
Address				

COD: PS-F0002 - VERSION 01

Elaboró

Revisó


JORGE CARDONA IDARRAGA
 Metrólogo
 Metrologist


MARTÍN LÓPEZ BALLESTEROS
 Coordinador de Prestación de Servicios
 Service Delivery Coordinator

NOTAS ACLARATORIAS

Este certificado no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito de Coodesuris

This certificate must not be partially or totally reproduced, except with Coodesuris permission.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.

The results of this certificate refer to the moment and condition in which the measurements were made.

El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

The issuing laboratory assumes no responsibility to the misuse of the calibrated instruments.

El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados

The user is responsible for having his instruments calibrated at appropriate intervals.

La calibración se realiza por el método de comparación con un patrón de referencia

Calibration is performed by the method of comparison with a reference pattern

La incertidumbre de calibración ha sido estimada con un nivel de confianza del 95% utilizando un factor de cobertura k=2


The calibration uncertainty has been estimated with a confidence level of 95% using a coverage factor k = 2

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

PRESIÓN DE VACÍO

Valor de Referencia (EQUIPO BAJO PRUEBA)	Medición Promedio (EQUIPO PATRÓN)	ERROR	Incertidumbre Expandida
40	31,75	-8,25	± 2,93
80	71,50	-8,50	± 2,95
120	109,50	-10,50	± 2,95

Unidad de la Medición
mmHg



FIN DEL CERTIFICADO

