

**CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN**
  
 CALIBRATION CERTIFICATE

Certificado N° F0201025

| DATOS DEL EQUIPO      |                |                   |              |  |
|-----------------------|----------------|-------------------|--------------|--|
| <b>EQUIPO:</b>        | VACUTRÓN       | <b>MARCA:</b>     | GENTEC       |  |
| Device                |                | Brand             |              |  |
| <b>MODELO:</b>        | 882VR-760-CH-T | <b>SERIE:</b>     | 16010281-004 |  |
| Model                 |                | Serial            |              |  |
| <b>NÚMERO ACTIVO:</b> | 549942         | <b>UBICACIÓN:</b> | INTERMEDIOS  |  |
| Institute Inventory   |                | Location          |              |  |

| PATRONES UTILIZADOS          |                  |            |        |                      |
|------------------------------|------------------|------------|--------|----------------------|
| Equipo                       | Marca            | Modelo     | Serie  | Fecha de calibración |
| ANALIZADOR DE FLUJO DE GASES | FLUKE BIOMEDICAL | VT PLUS HF | 147947 | 2025-01-07           |

| CONDICIONES DE LA MEDICIÓN   |                    |                           |            |  |
|------------------------------|--------------------|---------------------------|------------|--|
| <b>Fecha Recepción:</b>      | 2025-10-22         | <b>Fecha Calibración:</b> | 2025-10-22 |  |
| Date of Receipt              |                    | Date of Calibration       |            |  |
| <b>TEMPERATURA Inicial:</b>  | 22 °C              | <b>Final:</b>             | 22 °C      |  |
| Temperature                  |                    | End                       |            |  |
| <b>HUMEDAD Rel. Inicial:</b> | 60 %               | <b>Final:</b>             | 60 %       |  |
| Humidity                     |                    | End                       |            |  |
| <b>Lugar de Calibración:</b> | HOSPITAL SAN JORGE |                           |            |  |
| Place of Calibration         |                    |                           |            |  |

| DATOS DE LA INSTITUCIÓN |                                  |                |                                     |  |
|-------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------|--|
| <b>INSTITUCIÓN:</b>     | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE |                |                                     |  |
| Institution             |                                  |                |                                     |  |
| <b>TELÉFONO:</b>        | (606)3119058                     | <b>CIUDAD:</b> | PEREIRA                             |  |
| Telephone               |                                  | City           |                                     |  |
| <b>DIRECCIÓN</b>        | CRA 4 # 24-88                    | <b>Correo:</b> | coordinacion.biomedicos@husj.gov.co |  |
| Address                 |                                  | E-mail         |                                     |  |

COD: PS-F0002 - VERSION 01

Elaboró

Revisó


  
**JORGE CARDONA IDARRAGA**
  
 Metrólogo
   
 Metrologist


  
**MARTÍN LÓPEZ BALLESTEROS**
  
 Coordinador de Prestación de Servicios
   
 Service Delivery Coordinator

### NOTAS ACLARATORIAS

Este certificado no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito de Coodesuris  
 This certificate must not be partially or totally reproduced, except with Coodesuris permission.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.  
 The results of this certificate refer to the moment and condition in which the measurements were made.

El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.  
 The issuing laboratory assumes no responsibility to the misuse of the calibrated instruments.

El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.  
 The user is responsible for having his instruments calibrated at appropriate intervals.

La calibración se realiza por el método de comparación con un patrón de referencia  
 Calibration is performed by the method of comparison with a reference pattern


La incertidumbre de calibración ha sido estimada con un nivel de confianza del 95% utilizando un factor de cobertura k=2  
 The calibration uncertainty has been estimated with a confidence level of 95% using a coverage factor k = 2

### RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

#### PRESIÓN DE VACÍO

| Valor de Referencia<br>(EQUIPO BAJO PRUEBA) | Medición Promedio<br>(EQUIPO PATRÓN) | ERROR | Incertidumbre<br>Expandida |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|-------|----------------------------|
| 100                                         | 94,65                                | -5,35 | ± 2,89                     |
| 200                                         | 193,64                               | -6,36 | ± 2,89                     |
| 300                                         | 292,66                               | -7,34 | ± 2,89                     |

| Unidad de la<br>Medición |
|--------------------------|
| mmHg                     |



#### FIN DEL CERTIFICADO