

MC-E01-E03-E04-03_Rev 5
Multimetro-Alicate Volt Amperímetro 3 pontos por escala
ENTRADA DE DADOS

Cliente :				Nº.Certificado:	12206548
Endereço:				Data da Calibração:	16/11/2022
Solicitante :				Data da Emissão:	
Endereço:				No. Patrimônio:	
Equipamento:	ALICATE VOLT	Digital		Modelo:	ET-3810B
Fabricante:	MINIPA			No de Série:	2410742
Cód.de Identif./TAG:	ALAN 1125			Tipo de Ligação para Ω:	2 Fios
Padrões:	RCQ-455			No. do Protocolo:	896
Temperatura (°C)	21,5			Aprovado por:	marcos
Calibrado por:	tiago			Modo de Calibração	Medição
				Local da calibração:	Laboratório de Elétrica RCQ

Escala de Resistência

Escala do Mensurando	Ponto de Calibração	Código do Padrão	V.V.C.			Mensurando Ω			Resolução	Ligação ÚNICA
			Medida 1	Medida 2	Medida 3	Medida 1	Medida 2	Medida 3		
600	60	RCQ-455Y	60	60	60	60,0	60,1	60,0	0,1	
	300	RCQ-455Z	300	300	300	300,7	300,7	300,7	0,1	
	570	RCQ-455AA	0,57	0,57	0,57	571,3	571,5	571,4	0,1	
Escala do Mensurando	Ponto de Calibração	Código do Padrão	V.V.C.			Mensurando kΩ			Resolução	Ligação ÚNICA
			Medida 1	Medida 2	Medida 3	Medida 1	Medida 2	Medida 3		
6	0,6	RCQ-455AA	0,6	0,6	0,6	0,600	0,600	0,600	0,001	
	3	RCQ-455AB	3	3	3	2,998	2,999	2,998	0,001	
	5,7	RCQ-455AB	5,7	5,7	5,7	5,695	5,696	5,695	0,001	
Escala do Mensurando	Ponto de Calibração	Código do Padrão	V.V.C.			Mensurando kΩ			Resolução	Ligação ÚNICA
			Medida 1	Medida 2	Medida 3	Medida 1	Medida 2	Medida 3		
60	6	RCQ-455AC	6	6	6	6,00	6,00	6,00	0,01	
	30	RCQ-455AD	30	30	30	30,00	30,00	30,00	0,01	
	57	RCQ-455AE	57	57	57	56,97	56,98	56,97	0,01	
Escala do Mensurando	Ponto de Calibração	Código do Padrão	V.V.C.			Mensurando kΩ			Resolução	Ligação ÚNICA
			Medida 1	Medida 2	Medida 3	Medida 1	Medida 2	Medida 3		
600	60	RCQ-455AE	60	60	60	60,1	60,1	60,1	0,1	
	300	RCQ-455AF	300	300	300	300,2	300,2	300,2	0,1	
	570	RCQ-455AG	0,57	0,57	0,57	570,1	570,2	570,1	0,1	
Escala do Mensurando	Ponto de Calibração	Código do Padrão	V.V.C.			Mensurando MΩ			Resolução	Ligação ÚNICA
			Medida 1	Medida 2	Medida 3	Medida 1	Medida 2	Medida 3		
6	0,6	RCQ-455AG	0,6	0,6	0,6	0,601	0,601	0,601	0,001	
	3	RCQ-455AH	3	3	3	3,001	3,002	3,001	0,001	
	5,7	RCQ-455AI	5,7	5,7	5,7	5,699	5,701	5,700	0,001	
Escala do Mensurando	Ponto de Calibração	Código do Padrão	V.V.C.			Mensurando MΩ			Resolução	Ligação ÚNICA
			Medida 1	Medida 2	Medida 3	Medida 1	Medida 2	Medida 3		
60	6	RCQ-455AI	6	6	6	6,06	6,06	6,06	0,01	
	30	RCQ-455AJ	30	30	30	30,22	30,23	30,22	0,01	
	57	RCQ-455AK	57	57	57	57,17	57,18	57,17	0,01	

Escala de Tensão

Escala do Mensurando	Ponto de Calibração	Código do Padrão	V.V.C.			Mensurando V			Resolução	Ligação ÚNICA
			Medida 1	Medida 2	Medida 3	Medida 1	Medida 2	Medida 3		
6	0,6	RCQ-455B	0,6	0,6	0,6	0,600	0,600	0,600	0,001	
	3	RCQ-455B	3	3	3	3,000	3,000	3,000	0,001	
DC	5,7	RCQ-455C	5,7	5,7	5,7	5,702	5,702	5,702	0,001	
Escala do Mensurando	Ponto de Calibração	Código do Padrão	V.V.C.			Mensurando V			Resolução	Ligação ÚNICA
			Medida 1	Medida 2	Medida 3	Medida 1	Medida 2	Medida 3		
60	6	RCQ-455C	6	6	6	6,00	6,00	6,00	0,01	
	30	RCQ-455C	30	30	30	30,00	30,00	30,00	0,01	
DC	57	RCQ-455D	57	57	57	57,02	57,02	57,02	0,01	

Escala do Mensurando	Ponto de Calibração	Código do Padrão	V.V.C.			Mensurando V			Resolução	Ligação ÚNICA	3	
			Medida 1	Medida 2	Medida 3	Medida 1	Medida 2	Medida 3				
600	60	RCQ-455D	60	60	60	60,0	60,0	60,0	0,1			
	300	RCQ-455D	300	300	300	300,2	300,2	300,2	0,1			
DC	570	RCQ-455E	570	570	570	570,5	570,4	570,5	0,1			
Escala do Mensurando	Ponto de Calibração	Código do Padrão	V.V.C.			Mensurando V			Resolução	Ligação ÚNICA	4	
			Medida 1	Medida 2	Medida 3	Medida 1	Medida 2	Medida 3				
6	0,6	RCQ-455M	0,6	0,6	0,6	0,599	0,599	0,599	0,001			
	3	RCQ-455M	3	3	3	3,000	3,000	3,000	0,001			
AC 60Hz	5,7	RCQ-455N	5,7	5,7	5,7	5,702	5,702	5,702	0,001			
Escala do Mensurando	Ponto de Calibração	Código do Padrão	V.V.C.			Mensurando V			Resolução	Ligação ÚNICA	5	
			Medida 1	Medida 2	Medida 3	Medida 1	Medida 2	Medida 3				
60	6	RCQ-455N	6	6	6	5,99	6,00	5,99	0,01			
	30	RCQ-455N	30	30	30	30,02	30,01	30,02	0,01			
AC 60Hz	57	RCQ-455O	57	57	57	57,03	57,04	57,04	0,01			
Escala do Mensurando	Ponto de Calibração	Código do Padrão	V.V.C.			Mensurando V			Resolução	Ligação ÚNICA	6	
			Medida 1	Medida 2	Medida 3	Medida 1	Medida 2	Medida 3				
600	60	RCQ-455O	60	60	60	60,0	60,0	60,0	0,1			
	300	RCQ-455O	300	300	300	300,3	300,3	300,3	0,1			
AC 60Hz	570	RCQ-455P	570	570	570	570,6	570,6	570,6	0,1			
Escala de Corrente												
Escala do Mensurando	Ponto de Calibração	Código do Padrão RCQ-XXX	V.V.C.			Mensurando A			Resolução	Ligação ÚNICA	1	
			Medida 1	Medida 2	Medida 3	Medida 1	Medida 2	Medida 3				
60	6	RCQ-455ZA	6	6	6	5,97	5,99	5,98	0,01	Utilizou o Padrão COIL?		120
	30	RCQ-455ZA	30	30	30	30,22	30,23	30,22	0,01			0,6
DC	57	RCQ-455ZA	57	57	57	57,54	57,55	57,53	0,01	Sim	1,14	
Escala do Mensurando	Ponto de Calibração	Código do Padrão RCQ-XXX	V.V.C.			Mensurando A			Resolução	Ligação ÚNICA	2	
			Medida 1	Medida 2	Medida 3	Medida 1	Medida 2	Medida 3				
600	60	RCQ-455ZA	60	60	60	61,3	61,4	61,3	0,1	Utilizou o Padrão COIL?		1,2
	300	RCQ-455ZB	300	300	300	303,5	303,5	303,5	0,1			6
DC	500	RCQ-455ZB	500	500	500	505,1	505,1	505,1	0,1	Sim	10	
Escala do Mensurando	Ponto de Calibração	Código do Padrão RCQ-XXX	V.V.C.			Mensurando A			Resolução	Ligação ÚNICA	3	
			Medida 1	Medida 2	Medida 3	Medida 1	Medida 2	Medida 3				
1000	100	RCQ-455ZA	100	100	100	101	102	101	1	Utilizou o Padrão COIL?		2
	300	RCQ-455ZB	300	300	300	303	303	303	1			6
DC	500	RCQ-455ZB	500	500	500	505	505	505	1	Sim	10	
Escala do Mensurando	Ponto de Calibração	Código do Padrão	V.V.C.			Mensurando A			Resolução	Ligação ÚNICA	4	
			Medida 1	Medida 2	Medida 3	Medida 1	Medida 2	Medida 3				
60	6	RCQ-455ZC	6	6	6	5,99	5,99	5,99	0,01	Utilizou o Padrão COIL?		120
	30	RCQ-455ZC	30	30	30	30,31	30,31	30,31	0,01			0,6
AC 60Hz	57	RCQ-455ZC	57	57	57	57,71	57,71	57,71	0,01	Sim	1,14	
Escala do Mensurando	Ponto de Calibração	Código do Padrão RCQ-XXX	V.V.C.			Mensurando A			Resolução	Ligação ÚNICA	5	
			Medida 1	Medida 2	Medida 3	Medida 1	Medida 2	Medida 3				
600	60	RCQ-455ZC	60	60	60	60,2	60,1	60,1	0,1	Utilizou o Padrão COIL?		1,2
	300	RCQ-455ZD	300	300	300	302,5	302,5	302,5	0,1			6
AC 60Hz	500	RCQ-455ZD	500	500	500	504,7	504,7	504,7	0,1	Sim	10	
Escala do Mensurando	Ponto de Calibração	Código do Padrão RCQ-XXX	V.V.C.			Mensurando A			Resolução	Ligação ÚNICA	6	
			Medida 1	Medida 2	Medida 3	Medida 1	Medida 2	Medida 3				
1000	100	RCQ-455ZC	100	100	100	97	98	97	1	Utilizou o Padrão COIL?		2
	300	RCQ-455ZD	300	300	300	299	299	299	1			6
AC 60Hz	500	RCQ-455ZD	500	500	500	501	501	501	1	Sim	10	
Observações:		1-										
		2-										
		3-										