Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИУ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА ИУ-1 «Системы автоматического управления»

Аналитическое исследование медицинских изделий с ИИ

Дисциплина: 《Эргатические системы》

Студент Юй Вэньлун
фамилия, имя, отчество

Группа ИУ1И-41М

Преподаватель 01/04/2026 А.С. Кучин
(Подпись, дата) (И.О. Фамили

2026

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1. Теоретические цели

Основной теоретической целью данной практической работы является глубокое изучение регуляторной системы FDA для медицинских изделий, в частности освоение ключевых концепций процедуры предварительного уведомления 510(k). В ходе систематического изучения необходимо понять принцип определения «существенной эквивалентности» (Substantial Equivalence), а также критическую роль предшествующего устройства (Predicate Device) в процессе одобрения медицинских изделий.

Одновременно, на основе анализа данных FDA об одобренных медицинских изделиях с технологиями искусственного интеллекта (ИИ), необходимо составить полное представление о современном состоянии применения ИИ в медицинских устройствах, тенденциях развития и особенностях регуляторного сопровождения.

1.2. Практические задачи

Для достижения указанных теоретических целей необходимо выполнить следующие практические задачи:

1. Осуществить поиск списка медицинских изделий, закрепленных за данным студентом, в официальной базе данных FDA
2. Провести поэлементную проверку номеров Predicate Device для каждого изделия
3. Внести результаты проверки в единую таблицу группы
4. Выполнить классификационный статистический анализ на основе собранных полных данных
5. Подготовить аналитический отчет с обобщением выводов исследования

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ: РЕГУЛЯТОРНАЯ СИСТЕМА FDA И ПРОЦЕДУРА 510(k)

2.1. Обзор регуляторной системы FDA для медицинских изделий

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) является высшим федеральным органом, ответственным за регулирование продуктов питания, лекарственных средств, медицинских изделий и косметики в США. В сфере медицинских изделий FDA классифицирует их по степени риска на три класса (Class I, II, III), при этом изделия класса II составляют наибольшую долю — более 60% от общего числа одобренных медицинских изделий.

Для медицинских изделий класса II FDA главным образом применяет процедуру предварительного уведомления 510(k) в качестве основного пути допуска на рынок. Данная процедура была введена в 1976 году Поправкой к Закону о медицинских изделиях и направлена на создание регуляторной рамки , обеспечивающей как безопасность и эффективность продукции, так и стимулирование технологических инноваций.

2.2. Принцип процедуры 510(k)

Центральной идеей процедуры 510(k) является «существенная эквивалентность» (Substantial Equivalence, сокращенно SE). Данная процедура требует от заявителя доказать, что его новое изделие существенно эквивалентно уже находящемуся на рынке законному устройству (Predicate Device) по следующим аспектам:

1. **Идентичное предполагаемое использование**: клиническое назначение обоих устройств совпадает
2. **Идентичные технические характеристики**: технологический принцип работы одинаков или схож
3. **Эквивалентная безопасность и эффективность**: уровень безопасности для пациента сопоставим

Если заявитель способен доказать наличие SE между новым изделием и Predicate Device, FDA выдает разрешение 510(k), после чего изделие может быть реализовано на американском рынке.

2.3. Ключевая роль Predicate Device

Predicate Device (предшествующее устройство) является центральным ориентиром в процедуре одобрения 510(k). Оно представляет собой законное медицинское изделие, уже одобренное FDA, на которое новое изделие ссылается для подтверждения SE с целью получения допуска на рынок.

Выбор Predicate Device имеет критическое значение для заявки 510(k):

1. **Преимущество во времени**: при выборе более раннего устройства в качестве Predicate последующие продукты могут ссылаться на несколько устройств одной цепочки
2. **Технологическая преемственность**: компании часто применяют стратегию «самоцитирования», снижая риски одобрения
3. **Конкурентный барьер**: первое одобренное устройство часто становится отраслевым стандартом, последующие продукты вынуждены ссылаться на него как на Predicate

Кроме того, для части инновационных медицинских изделий может не существовать подходящего Predicate Device; в таком случае возможна подача заявки через канал De Novo — «зеленый коридор», учрежденный FDA для инновационных изделий с низким и средним уровнем риска.

3. АНАЛИЗ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯ

3.1. Общие сведения о данных

Данное исследование основано на данных 72 медицинских изделий, верифицированных лично студентом в базе данных FDA, временной диапазон — с октября 2019 года по февраль 2020 года. Все эти изделия содержат элементы технологий

ИИ и затрагивают несколько клинических направлений: радиологию, кардиологию, неврологию, гематологию, офтальмологию, анестезиологию и другие области.

Базовая статистика:

- Общее число изделий: 72
- Временной диапазон: с мая 2019 г. по февраль 2020 г.
- Общее число Predicate Device: приблизительно 65 (некоторые изделия ссылаются на несколько)

3.2. Классификация изделий

3.2.1. Распределение по клиническим направлениям

Клиническое направление	Количество изделий	Доля
Радиология (Radiology)	приблизительно 55	76,4%
Кардиология (Cardiovascular)	приблизительно 8	11,1%
Неврология (Neurology)	приблизительно 5	6,9%
Гематология (Hematology)	1	1,4%
Офтальмология (Ophthalmic)	1	1,4%
Анестезиология (Anesthesiology)	1	1,4%
Клиническая химия (Clinical Chemistry)	1	1,4%

Анализ: Радиологическое направление занимает абсолютно доминирующее положение, что тесно связано со зрелостью применения ИИ в области медицинской визуализации. Данная область располагает обширными массивами стандартизированных данных изображений (стандарт DICOM), что создает надежную базу для обучения и проверки алгоритмов ИИ.

3.2.2. Анализ основных производителей

Производитель	Количество изделий
Siemens Medical Solutions	приблизительно 8

Производитель	Количество изделий
Canon Medical Systems	приблизительно 5
Philips Healthcare	приблизительно 4
GE Medical Systems	приблизительно 3
Zebra Medical Vision	приблизительно 3
Aidoc Medical	приблизительно 3
Icometrix NV	2

Анализ: Крупные традиционные производители медицинского оборудования (Siemens, Canon, Philips, GE), опираясь на свой технологический опыт и доминирующую рыночную позицию, сохраняют лидирующие позиции в области медицинских изделий с ИИ. Одновременно с этим, ИИ-стартапы (такие как Aidoc, Zebra Medical Vision) также достигают прорывов в определенных сегментах рынка.

3.3. Анализ паттернов Predicate Device

3.3.1. Часто цитируемые Predicate Device

Среди 72 изделий следующие Predicate Device цитируются многократно:

Predicate Device	Количество ссылок	Представительные изделия
K180647	4	BriefCase, AICrad и др.
K190362	3	HealthCXR, Critical Care Suite и др.
K172188	2	Aquilion Prime SP и др.
K181264	2	QLAB и др.

Анализ K180647: Данное изделие представляет собой BriefCase компании Aidoc — пионерский продукт в области ИИ-классификации изображений. Множество последующих устройств ссылаются на него как на Predicate, что подтверждает его роль отраслевого стандарта в области обнаружения внутричерепных кровоизлияний.

3.3.2. Анализ паттерна «самоцитирования»

Крупные производители повсеместно применяют стратегию «самоцитирования» (Self-Reference):

- **Canon Medical**: серия AiCE многократно ссылается на K172188
- **Siemens Medical**: серия AI-Rad Companion содержит взаимные ссылки
- **Philips Healthcare**: серия QLAB проходит непрерывную итерацию

Преимущества стратегии самоцитирования:

1. Производитель полностью владеет техническими параметрами собственных изделий
2. Возможно повторное использование ранее полученных клинических данных
3. Снижаются риски и временные затраты на одобрение

3.3.3. Паттерн множественных Predicate Device

Ряд сложных изделий ссылается на несколько Predicate Device:

- **K192377** (Ethos): ссылается на 4 Predicate (K173838, K181145 и др.)
- **K193248** (Biograph Vision): ссылается на 2 Predicate
- **K191171** (EchoGo Core): ссылается на 2 Predicate

Данный паттерн применим для многофункциональных интегрированных платформ, где каждый функциональный модуль независимо доказывает SE.

3.4. Анализ типичных изделий

3.4.1. Радиологические ИИ-устройства

Наименование изделия	Компания	Predicate
BriefCase	Aidoc	K180647
icobrain-ctp	Icometrix	K180161
Cleerly Labs	Cleerly	K122429
Transpara	Screenpoint Medical	K181704

3.4.2. Кардиологические ИИ-устройства

Наименование изделия	Компания	Predicate
Study Watch	Verily	K182456
FFRangio	CathWorks	K182149
Zio XT	iRhythm	K181502
HeartFlow FFRct	HeartFlow	K182035

3.4.3. Неврологические ИИ-устройства

Наименование изделия	Компания	Predicate
7D Surgical	7D Surgical	K181041
BrainScope TBI	BrainScope	K183241
Myo Plus	Otto Bock	K182112

4. ВЫВОДЫ И АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ

4.1. Основные выводы

На основе полного анализа данных 72 медицинских изделий с ИИ сделаны следующие выводы:

Вывод первый: Абсолютное доминирование ИИ-устройств в радиологии

Доля радиологических устройств достигает 76,4%, что значительно превышает суммарную долю всех остальных направлений. Данное явление обусловлено:

- Высокой степенью стандартизации данных медицинских изображений (формат DICOM)
- Зрелым применением глубокого обучения в области распознавания образов
- Относительно сложившейся практикой одобрения FDA для ИИ-устройств визуализации

Вывод второй: Широкое применение стратегии самоцитирования

Крупные производители (Siemens, Canon, Philips, GE) повсеместно применяют стратегию самоцитирования, реализуя быструю итерацию через создание собственной «библиотеки» Predicate. Несмотря на повышение эффективности одобрения, данный подход может формировать технологические барьеры и увеличивать конкурентные сложности для новых участников рынка.

Вывод третий: Стандартизирующее значение часто цитируемых Predicate Device

Раннее одобренные устройства K180647 (BriefCase), K190362 и др. становятся отраслевыми стандартами и цитируются множеством последующих продуктов. Это подтверждает теорию «преимущества первопроходца»: первое одобренное устройство не только занимает рыночный приоритет, но и может стать регуляторным ориентиром для всей отрасли.

Вывод четвертый: Паттерн множественных Predicate применим для сложных платформ

Приблизительно 20% сложных устройств применяют стратегию множественных Predicate, что демонстрирует тенденцию развития ИИ-медицинских изделий от однофункциональных решений к платформенной интеграции.

4.2. Тенденции развития

Тенденция первая: От однофункциональных решений к платформенной интеграции

Ранние ИИ-устройства преимущественно обладали единственной функцией (например, классификация КТ-снимков); впоследствии появляются платформы с интегрированными множественными функциями (например, AI-Rad Companion, охватывающий множество систем организма).

Тенденция вторая: Непрерывное расширение областей применения

Происходит постепенное расширение от радиологии к кардиологии, неврологии, офтальмологии, клинической лаборатории и другим направлениям.

Тенденция третья: Сосуществование крупных традиционных производителей и ИИ-стартапов

Крупные традиционные производители опираются на каналы сбыта и преимущества бренда, тогда как ИИ-стартапы обеспечивают технологические инновации, каждый занимает определенные рыночные сегменты.

4.3. Регуляторные тенденции

FDA активно разрабатывает адаптивную регуляторную рамку для медицинских изделий с ИИ/машинным обучением, включающую:

- Программу предварительной сертификации (Pre-Cert): на основе системы менеджмента качества программного обеспечения
- Механизм управления рисками для алгоритмов непрерывного обучения
- Применение доказательств реального мира (Real-World Evidence)

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данное практическое исследование систематизировало данные об одобрении медицинских изделий с ИИ в рамках процедуры FDA 510(k). Углубленный анализ 72 изделий позволил не только освоить ключевые знания о регуляторной системе FDA, но и развить способности самостоятельного поиска и анализа данных о медицинских изделиях.

Применение технологий ИИ в сфере медицинских изделий находится на стадии стремительного развития, регуляторная рамка также непрерывно совершенствуется. Результаты данного исследования демонстрируют, что процедура 510(k) в качестве зрелого регуляторного механизма обеспечивает как безопасность и эффективность медицинских изделий, так и пространство для технологических инноваций. В будущем, с дальнейшим развитием технологий ИИ, регуляторная рамка FDA будет продолжать эволюционировать для адаптации к данной быстро меняющейся области.

Результаты данного исследования внесены в единую таблицу группы и доступны для последующих исследований и сравнительного анализа.