



| | |
|---|------------------------------|
| No. FICHA TÉCNICA: | MESAS-5136211603-0999 |
| CLAVE: | SIN CLAVE |
| INSUMO: | MESA PASTEUR |
| TIPO: | MOBILIARIO MEDICO |
| NOMBRE OFERENTE: | |
| MARCA: | |
| MODELO: | |
| CANTIDAD OFERTADA: | |
| PAIS DE ORIGEN: | |
| NO. DE REGISTRO SANITARIO: | |
| VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO | |
| CARTA DE APOYO: | |
| CERTIFICADOS DE CALIDAD: | |
| GARANTÍA: | |
| 1.- DESCRIPCIÓN: | |
| 1.1.- Barandal de alambón de acero inoxidable, AISI 304, de 9.5 mm (3/8") de diámetro. | |
| Referencia Catálogo/Manual: | |
| 1.2.- Cubierta de acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 20. | |
| Referencia Catálogo/Manual: | |
| 1.3.- Entrepaño de acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 20. | |
| Referencia Catálogo/Manual: | |
| 1.4.- Estructura horizontal fabricada en tubo de lámina de acero rolado en frío, calibre No. 18, 25.4 mm (1") de diámetro y travesaños horizontales de 12.7 mm (1/2") de diámetro, ambos de lámina de acero inoxidable, AISI 304. | |
| Referencia Catálogo/Manual: | |
| 1.5.- Ruedas giratorias con sistema de rodamiento embalerado y llanta de gel transparente de 101.1 mm (4") de diámetro. | |
| Referencia Catálogo/Manual: | |
| 1.6.- Acabados de acero inoxidable, AISI 304 en pulido sanitario. | |
| Referencia Catálogo/Manual: | |
| 1.7.- Sistema de ensamble de acero inoxidable, AISI 304. A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "i" de 3/8"). | |
| Referencia Catálogo/Manual: | |
| 1.8.- Dimensiones Generales: Frente 60 cm, profundidad 50 cm, altura 100 cm. | |
| Referencia Catálogo/Manual: | |
| 1.9.- Capacidad de carga 50 kg. | |
| Referencia Catálogo/Manual: | |
| 1.10.- Tolerancias en las dimensiones generales de +/- 10%. | |
| Referencia Catálogo/Manual: | |
| 2.- ACCESORIOS: | |
| 2.1.- No requiere. | |
| Referencia Catálogo/Manual: | |
| 3.- REFACCIONES: | |
| 3.1.- No requiere. | |
| Referencia Catálogo/Manual: | |
| 4.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA: | |
| 4.1.- No requiere. | |
| Referencia Catálogo/Manual: | |
| 5.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE: | |
| 5.1.- No requiere. | |
| Referencia Catálogo/Manual: | |
| 6.- CAPACITACIÓN: | |
| 6.1.- No requiere. | |
| Referencia Catálogo/Manual: | |
| 7.- GARANTÍA: | |
| 7.1.- 12 meses contra defectos de fabricación. | |
| Referencia Catálogo/Manual: | |
| 8.- MANTENIMIENTO: | |
| 8.1.- No requiere. | |
| Referencia Catálogo/Manual: | |
| 9.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES: | |
| 9.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de: | |
| Referencia Catálogo/Manual: | |
| 9.1.1.- Certificado de calidad ISO:9001 vigente | |
| Referencia Catálogo/Manual: | |
| 9.2.- Para artículos de origen extranjero: el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. | |



| | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| No. FICHA TÉCNICA: | MESAS-5136211603-0999 |
| CLAVE: | SIN CLAVE |
| INSUMO: | MESA PASTEUR |
| TIPO: | MOBILIARIO MEDICO |
| OTRAS ESPECIFICACIONES A CONSIDERAR: | Referencia Catálogo/Manual: |

Firma de Representante Legal