

Calibration Data

Range: 0.000 TO 4.000 bar

Reference of Calibration: Differential
Damping: 0.40 seconds

% of Range	Applied Pressure	Requested Applied Pressure	Analog Output (mA)	% Span Error	Pass/Fail
100.000	58.015 PSI	4.0000 bar	20.00010	0.00063	PASS
80.000	46.412 PSI	3.2000 bar	16.80174	0.01088	PASS
60.000	34.809 PSI	2.4000 bar	13.60216	0.01350	PASS
40.000	23.206 PSI	1.6000 bar	10.40016	0.00100	PASS
20.000	11.603 PSI	0.8000 bar	7.20052	0.00325	PASS
0.000	0.000 PSI	0.0000 bar	3.99998	-0.00012	PASS

This is to certify that the listed product meets the applicable Rosemount Specifications.

Measuring and test equipment used in the manufacture and inspection of the listed product are traceable to the National Institute of Standards and Technology. The calibration system was designed to meet the intent of ANSI Z540-1-1994.

Certificamos que os produtos listados atendem as especificações da Rosemount Inc.

Equipamentos de medição e teste utilizados na manufatura e inspeção do produto listado são rastreáveis à Rede Brasileira de Calibração. O sistema de calibração foi estabelecido para atender a ANSI Z540-1-1994.



Francisco Pedrassolli
Quality Representative