



INTERNATIONAL STANDARD ISO 26782:2009
TECHNICAL CORRIGENDUM 1

Published 2009-11-15

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION • МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ • ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION

**Anaesthetic and respiratory equipment — Spirometers intended
for the measurement of time forced expired volumes in humans**

TECHNICAL CORRIGENDUM 1

*Matériel d'anesthésie et de réanimation respiratoire — Spiromètres destinés au mesurage des volumes
expiratoires forcés chronométrés chez les humains*

RECTIFICATIF TECHNIQUE 1

Technical Corrigendum 1 to ISO 26782:2009 was prepared by Technical Committee ISO/TC 121, *Anaesthetic and respiratory equipment*, Subcommittee SC 3, *Lung ventilators and related equipment*.

Page 13, Figure A.1

In the key, replace point 2 " $t_0 = 0,75$ s" with " $t_0 = 0,075$ s".