



- 1 Монтаж бесты:
- а - кабелем силовым красным 2,5 ММ2, Китай
 - б - кабелем силовым синим 2,5 ММ2, Китай
 - в - кабелем силовым красным 1,5 ММ2, Китай
 - г - кабелем силовым синим 1,5 ММ2, Китай
 - д - проводам МС 16-13 1x0,35 ТУ 16-505.083-78
 - е - проводам МГШВ 1x0,75 красный ТУ 16-505.437-82
 - ж - проводам МГШВ 1x0,75 черный ТУ 16-505.437-82
 - з - кабелем плоским DS1057-14-30, ф. Connfly, Китай
 - и - проводами вентилятора А8
 - о - кабелем витым USB-micro USB Sync&CHargr spring cable, ф. Ri-Tech Company Ltd., Китай
 - п - проводам ПВ-3 1x1,5 зелено-желтым ГОСТ 6323-79
- Остальной монтаж бесты проводам МС 16-13 1x0,2 ТУ 16-505.083-78

2 Шаг сдвиги не более 20 мм.

					РЕУН.941613.002 34 2D				
					Диодный лазерный 2-х волновой коагулятор Схема электрическая соединений				
1	Зам.	РЕУН-2023	подп.	08.06.23		Лист	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.	Подлесный	подп.	08.06.23						
Проб.	Мамедов	подп.	08.06.23						
Т.контр.	Мирошникова	подп.	08.06.23						
Исполн.	Мирошникова	подп.	08.06.23			Лист	Листов	1	
Утв.	Видалькова	подп.	08.06.23						
Копировал					Формат А1				