Результаты методических работ по изучению характеристик стенда проведения нейтронной активации

Н.А. Троцай[1], А.А. Борисенкова[1,3], А.Д. Бородина[1], М.Е. Взнуздаев[1], В.Г. Зиновьев[1], Лю Дэжуй[1,2], И.А. Митропольский[1], Д.Н. Орлова[1], Д.А. Румянцева[1], В.П. Седов[1]

[1] НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ; [2] Санкт-Петербургский государственный университет; [3] Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)

Введение

Нейтронно-активационный анализ — один из наиболее чувствительных методов определения элементного состава вещества. В основе метода лежит принцип регистрации гамма-квантов от радионуклидов, образующихся при захвате нейтронов. Метод имеет ряд достоинств: широкий диапазон регистрируемых элементов, низкие пределы их обнаружения, отсутствие влияния химического состояния элемента, малые навески образца.

В НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ в рамках подготовки программы фундаментальных и прикладных исследований на реакторе ПИК проводятся методические работы по нейтронно-активационному анализу; для их осуществления создана установка СТЕНА (СТЕнд Нейтронной Активации). Установка дает возможность проведения мгновенного и задержанного инструментального нейтронно-активационного анализа (НАА).

Экспериментальный стенд

Источник нейтронов ИБН-8-5 [1] с активностью 2,4×10^{11} Бк на момент изготовления обеспечивал полный нейтронный поток 0,95(20)·10^{7} с$^{-1}$.




Рис. 1: Общий вид установки нейтронного облучения СТЕНА

Спектр нейтронов от источника ИБН-8-5 простирается до энергии 10 МэВ со средней энергией около 4,5 МэВ. Спектрометрический тракт состоит из коаксиального детектора на основе HPGe, предусилителя и анализатора.

Конструкция радиационной защиты установки разработана с учетом модельных спектров излучения Pu-Be источника (Рис. 2 и Рис. 3) [2].




Рис. 2: Расчетный спектр нейтронного излучения Pu–Be-источника




Рис. 3: Расчетный спектр гамма-излучения Pu–Be-источника

Калибровка эффективности

Площади S аналитических пиков (число отсчётов) с энергией E связаны с активностью A источника, выходом гамма-излучения на один распад q, временем измерения t и эффективностью регистрации ε:

$$S = A \cdot q \cdot t \cdot \varepsilon. \quad (1)$$

По условиям приготовления обоих источников их активности A одинаковы. Для её определения использовались точечный стандартный источник и калибровочная зависимость эффективности

$$\ln \varepsilon = \sum_{k=0}^{4} a_k (\ln E)^k \quad (2)$$



Рис. 4: Спектры гамма-излучения точечного (синие точки) и плоского (красные крестики) стандартных источников




Рис. 5: Калибровочная зависимость эффективности регистрации гамма-излучения для точечного источника

Расчеты

Первый опыт на стенде традиционно связан с активацией брома. Естественная смесь изотопов брома содержит 50,69(7) % ^{79}Br и 49,31(7) % ^{81}Br. Сечения нейтронного захвата составляют 11,0(7) б и 2,7(2) б соответственно [3]. В результате активации образуются четыре долгоживущих состояния брома: основное состояние ^{80}Br с периодом полураспада $T_{1/2} = 18$ мин, изомерное состояние ^{80m}Br с $T_{1/2} = 4{,}2$ ч, основное состояние ^{82}Br с $T_{1/2} = 35$ ч и изомерное состояние ^{82m}Br с $T_{1/2} = 6{,}1$ мин.




Рис. 6: Задержанные на время распада t спектры гамма-излучения в распаде ^{82}Br




Рис. 7: Кривая распада ^{82}Br

Троцай Н.А.
nikitatrotsay@gmail.com

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. 2020. — https://rad.po-mayak.ru/produktsiya/neitron/.
2. *Ершов К. В.* : Препринт ПИЯФ. — Гатчина, 2018. — № 3032.
3. Т. С. Беланова [и др.]. — М. : Энергоатомиздат, 1986.