能力验证计算书（原型）

仅供人工复核，不替代统计负责人和正式评价。方法：CNAS-GL003:2018 4.2、4.3、5.2、5.3；CNAS-GL002:2018 附录 A.2。程序版本 0.0.1。

项目信息与配置

info：{"项目名称": "GL003 A.1 食用油中 BHA", "单位": "mg/kg"}

config：{"alpha": 0.05, "sigma": null, "strict_homogeneity": false, "stability_method": "two_sample", "reference": null}

sources：["均匀性!C2", "均匀性!C3", "均匀性!C4", "均匀性!C5", "均匀性!C6", "均匀性!C7", "均匀性!C8", "均匀性!C9", "均匀性!C10", "均匀性!C11", "均匀性!C12", "均匀性!C13", "均匀性!C14", "均匀性!C15", "均匀性!C16", "均匀性!C17", "均匀性!C18", "均匀性!C19", "均匀性!C20", "均匀性!C21"]

均匀性

项目	计算值（全精度）
status	"OK"
warnings	[]
g	10
m	2
means	[251.75, 239.5, 248.95, 254.10000000000002, 248.25, 252.2, 249.75, 253.85, 258.2, 251.60000000000002]
mean	250.81499999999997
SS_between	434.3405
SS_within	413.28500000000025
df_between	9
df_within	10
MS_between	48.26005555555556
MS_within	41.32850000000003
F	1.167718536979458
F_critical	3.020382947021374
p	0.40354534348704724
variance_raw	3.4657777777777667
Ss	1.8616599522409474
sigma	null
threshold	null
F_pass	true
Ss_pass	null
Ss_status	"NOT_EVALUATED"
strict	false
conclusion	true

计算人：_____　日期：_____

复核人：_____　日期：_____