能力验证计算书

计算结果供具备资质的人员复核使用。

项目信息

项目	内容
项目名称	GL003 A.1 食用油中 BHA
单位	mg/kg

方法与配置

项目	选择与依据
均匀性方法	单因子方差分析：CNAS-GL003:2018 4.2
并列用途判据	样品间标准差判据：CNAS-GL003:2018 4.3
稳定性方法	两均值 t 检验：CNAS-GL003:2018 5.2.2；均值差：5.3
稳健统计方法	算法 A：CNAS-GL002:2018 附录 A.2
显著性水平	0.05
严格配置	未启用

原始数据

均匀性

单元编号	重复 1	重复 2
1	251.4	252.1
2	243.9	235.1
3	242.9	255.0
4	252.9	255.3
5	242.2	254.3
6	249.1	255.3
7	247.0	252.5
8	251.3	256.4
9	267.2	249.2
10	254.4	248.8

数据来源：均匀性!C2、均匀性!C3、均匀性!C4、均匀性!C5、均匀性!C6、均匀性!C7、均匀性!C8、均匀性!C9、均匀性!C10、均匀性!C11、均匀性!C12、均匀性!C13、均匀性!C14、均匀性!C15、均匀性!C16、均匀性!C17、均匀性!C18、均匀性!C19、均匀性!C20、均匀性!C21

均匀性方差分析

变异来源	自由度	平方和	均方
样品间	9	434.3	48.26
样品内	10	413.3	41.33
统计量		结果	
总平均值		250.81	
F 值		1.168	
F 临界值		3.02	
p 值		0.4035	

变异来源	自由度	平方和	均方
样品间标准差			1.862
用途判据限值		未评价	

选定方法结论：通过

并列提示：样品间标准差判据未评价

计算状态：OK

稳定性评价

未提供稳定性数据。

稳健统计

未提供参加者结果。

参加者评价

未提供可评价的指定值、标准差或参加者结果。

人工复核

计算人：_____ 日期：_____

复核人：_____ 日期：_____

附录：全精度记录

软件版本：0.0.1

输入文件 SHA-256：c639660fb4e4eed3d87063398ef489af042662d281f9f368d2ea411ff307f576

生成时间（UTC）：2026-11-11T07:33:03.457291+00:00

配置原文：{"alpha": 0.05, "sigma": null, "strict_homogeneity": false, "stability_method": "two_sample", "reference": null}

全精度结果：{"均匀性": {"status": "OK", "design_warnings": [], "warnings": [], "g": 10, "m": 2, "means": [251.75, 239.5, 248.95, 254.10000000000002, 248.25, 252.2, 249.75, 253.85, 258.2, 251.60000000000002], "mean": 250.81499999999997, "SS_between": 434.3405, "SS_within": 413.28500000000025, "df_between": 9, "df_within": 10, "MS_between": 48.26005555555556, "MS_within": 41.32850000000003, "F": 1.167718536979458, "F_critical": 3.020382947021374, "p": 0.40354534348704724, "variance_raw": 3.4657777777777667, "Ss": 1.8616599522409474, "sigma": null, "threshold": null, "F_pass": true, "Ss_pass": null, "Ss_status": "NOT_EVALUATED", "strict": false, "conclusion": true}}