能力验证计算书

计算结果供具备资质的人员复核使用。

项目信息

项目	内容
项目名称	虚构演示
单位	mg/kg

方法与配置

项目	选择与依据
均匀性方法	单因子方差分析：CNAS-GL003:2018 4.2
并列用途判据	样品间标准差判据：CNAS-GL003:2018 4.3
稳定性方法	t 检验及均值差：CNAS-GL003:2018 5.2、5.3
稳健统计方法	算法 A：CNAS-GL002:2018 附录 A.2
显著性水平	0.05
严格配置	未启用

原始数据

均匀性

单元顺序	重复 1	重复 2
1	100.0	101.0
2	101.0	102.0
3	102.0	103.0
4	103.0	104.0
5	104.0	105.0
6	105.0	106.0
7	106.0	107.0
8	107.0	108.0
9	108.0	109.0
10	109.0	110.0

稳定性：基线

单元顺序	重复 1	重复 2
1	100.0	101.0
2	101.0	102.0
3	102.0	103.0
4	103.0	104.0
5	104.0	105.0
6	105.0	106.0
7	106.0	107.0
8	107.0	108.0
9	108.0	109.0
10	109.0	110.0

稳定性：稳定期

单元顺序	重复 1	重复 2
1	104.0	104.8

单元顺序	重复 1	重复 2
2	105.0	105.3
3	106.0	105.6

稳定性：后期

单元顺序	重复 1	重复 2
1	103.0	104.0
2	104.5	104.7
3	105.2	105.4

数据来源：均匀性!C2、均匀性!C3、均匀性!C4、均匀性!C5、均匀性!C6、均匀性!C7、均匀性!C8、均匀性!C9、均匀性!C10、均匀性!C11、均匀性!C12、均匀性!C13、均匀性!C14、均匀性!C15、均匀性!C16、均匀性!C17、均匀性!C18、均匀性!C19、均匀性!C20、均匀性!C21、稳定性!D2、稳定性!D3、稳定性!D4、稳定性!D5、稳定性!D6、稳定性!D7、稳定性!D8、稳定性!D9、稳定性!D10、稳定性!D11、稳定性!D12、稳定性!D13、稳定性!D14、稳定性!D15、稳定性!D16、稳定性!D17、稳定性!D18、稳定性!D19、稳定性!D20、稳定性!D21、稳定性!D22、稳定性!D23、稳定性!D24、稳定性!D25、稳定性!D26、稳定性!D27、稳定性!D28、稳定性!D29、稳定性!D30、稳定性!D31、稳定性!D32、稳定性!D33

均匀性方差分析

变异来源	自由度	平方和	均方
样品间	9	165	18.33
样品内	10	5	0.5
统计量		结果	
总平均值			105.00
F 值			36.67
F 临界值			3.02
p 值		1.725e-06	
样品间标准差			2.986
用途判据限值			1.500

选定方法结论：不通过

并列提示：样品间标准差判据不通过

计算状态：OK

稳定性评价

项目	结果
均值差	0.1167
t 值	0.06433
自由度	11
t 临界值	2.201
p 值	0.9499
t 检验结论	通过
均值差判据	通过

计算状态：OK

设计提示：GL003 5.2 建议每组不少于 6 个观测单元

稳健统计

项目	结果
稳健平均值	105.5
稳健标准差	0.8019
标准不确定度	0.7087
迭代次数	2
收敛	通过

停止规则：绝对容差

参加者评价

参加者	结果	z 值	评价
P1	106	0.1961	满意
P2	105	0	满意

报告复核差异

统计量	声称值	报告模型	推荐模型	显示一致	差异说明	评分条目
t	0.1	0.09351	0.06433	不通过	PSEUDO_REPLICATION|VALUE_MISMATCH|NOT_REPRODUCIBLE 技术重复仅用于报告模型复现，须核查伪重复及自由度；报告模型 自由度=24，推荐模型 自由度=11；模型=合并方差模型	均匀性与稳定性评估
t	0.1	0.06622	0.06433	不通过	ROUNDING_INTERMEDIATE|VALUE_MISMATCH|NOT_REPRODUCIBLE 按报告修约中间值重算；报告 基线标准差=3.03，推荐模型 基线标准差=3.0276503540974917	均匀性与稳定性评估
s1	3.03	3.028	3.028	不通过	VALUE_MISMATCH	均匀性与稳定性评估

统计量	声称值	报告模型	推荐模型	显示一致	差异说明	评分条目
					基线标准差不符，原因待底稿确认	
t	0.1	0.7032	0.2929	不通过	PSEUDO_REPLICATION|MODEL_SWITCH|VALUE_MISMATCH|NOT_REPRODUCIBLE 技术重复仅用于报告模型复现，须核查伪重复及自由度；报告模型 自由度 =23.972189951405 83，推荐模型 自由度=11；模型=非齐方差模型	均匀性与稳定性评估
z:P1	0	0.1961	0.1961	不通过	VALUE_MISMATCH 原因待底稿确认	能力统计量计算
合成标准差	5.1	5.099	5.099	通过	SIGMA_COMPOSITE 合成标准差用途需确认；稳定性报告使用合成标准差	均匀性与稳定性评估

人工复核

计算人：_____ 日期：_____

复核人：_____ 日期：_____

附录：全精度记录

软件版本：0.0.1

输入文件 SHA-256：367fab3d6439654caf77277565fb402bf4f50417d34c458ea0e62881c477488c

生成时间（UTC）：2026-11-11T06:58:28.782975+00:00

配置原文：{"alpha": 0.05, "sigma": 5, "strict_homogeneity": false, "stability_method": "two_sample", "reference": null, "mean1": 105, "mean2": 105.12, "s1": 3.03, "s2": 0.6, "n1": 10, "n2": 3, "sigma_pt": 5.1, "assigned": 105, "sigma_ss": 1, "sigma_composite": 5.1, "reported_stability_sigma": 5.1}

全精度结果：{"均匀性": {"status": "OK", "design_warnings": [], "warnings": [], "g": 10, "m": 2, "means": [100.5, 101.5, 102.5, 103.5, 104.5, 105.5, 106.5, 107.5, 108.5, 109.5], "mean": 105.0, "SS_between": 165.0, "SS_within": 5.0, "df_between": 9, "df_within": 10, "MS_between": 18.333333333333332, "MS_within": 0.5, "F": 36.666666666666664, "F_critical": 3.020382947021374, "p": 1.7246757431041793e-06, "variance_raw": 8.916666666666666, "Ss": 2.9860788111948193, "sigma": 5.0, "threshold": 1.5, "F_pass": false, "Ss_pass": false, "Ss_status": "OK", "strict": false, "conclusion": false}, "稳定性": {"t": 0.06433340349803006, "df": 11, "p": 0.9498589932196957, "critical": 2.200985160091639, "pass": true, "difference": 0.11666666666667425, "se": 1.8134695247430315, "s1": 3.0276503540974917, "s2": 0.7005949852327858, "mean1": 105.0, "mean2": 105.11666666666667, "n1": 10, "n2": 3, "status": "OK", "model": "unit_pooled", "method": "two_sample", "threshold": 1.5, "mean_difference_pass": true, "mean_difference_status": "OK", "design_warnings": ["GL003 5.2 建议每组不少于 6 个观测单元"]}, "其他稳定性": {"后期": {"t": 0.2929311545598301, "df": 11, "p": 0.7750268139502777, "critical": 2.200985160091639, "pass": true, "difference": 0.5333333333333456, "se": 1.8206780843599695, "s1": 3.0276503540974917, "s2": 0.9073771725877515, "mean1": 105.0, "mean2": 104.46666666666665, "n1": 10, "n2": 3, "status": "OK", "model": "unit_pooled", "method": "two_sample", "threshold": 1.5, "mean_difference_pass": true, "mean_difference_status": "OK", "design_warnings": ["GL003 5.2 建议每组不少于 6 个观测单元"]}}, "算法 A": {"x": 105.5, "s": 0.8018590898655449, "u_x": 0.7087499999999999, "n": 2, "iterations": 2, "converged": true, "status": "OK", "warning": null, "simplified": false, "tolerance": 1e-10, "history": [{"iteration": 1, "x": 105.5, "s": 0.8018590898655449}, {"iteration": 2, "x": 105.5, "s": 0.8018590898655449}]}, "参加者 z": {"P1": {"z": 0.19607843137254904, "status": "OK", "classification": "满意"}, "P2": {"z": 0.0, "status": "OK", "classification": "满意"}}}