




未注角度公差为 $\pm 1^\circ$								材料: MATERIAL	316L	宁波新跃医疗科技股份有限公司			
公差等级	基本尺寸分段							重量: WEIGHT	316g				
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	比例: SCALE	1:1	设计: DESIGN		名称: NAME	下板
精密f	$\pm 0.05$	$\pm 0.05$	$\pm 0.1$	$\pm 0.15$	$\pm 0.2$	$\pm 0.3$	$\pm 0.5$	单位: UNIT	mm	审核: CHECK			
中等m	$\pm 0.1$	$\pm 0.1$	$\pm 0.2$	$\pm 0.3$	$\pm 0.5$	$\pm 0.8$	$\pm 1.2$	视图: VIEW		批准: APPROVE		图号: NUMBER	N/A
粗糙C	$\pm 0.2$	$\pm 0.3$	$\pm 0.5$	$\pm 0.8$	$\pm 1.2$	$\pm 2.0$	$\pm 3.0$	版本: VERSION	A/0	型号:	N/A	共 6 页 第 3 页	





标刻：“21囊体”字样

左右孔位对称




$\phi 4.20$  贯穿  
|  $\phi 9 \nabla 10$



技术要求:

1. 表面整洁、光滑、无毛刺；
2. 未注倒角C3；
3. 标有A1、A2...组成的尺寸为关键尺寸；
4. 未注公差按照表m级执行；
5. 未注尺寸以3D图纸为准。

未注角度公差为 $\pm 1^\circ$								材料: MATERIAL	316L	宁波新跃医疗科技股份有限公司			
公差等级	基本尺寸分段							重量: WEIGHT	360g				
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	比例: SCALE	1:1	设计: DESIGN		名称: NAME	上板
精密f	$\pm 0.05$	$\pm 0.05$	$\pm 0.1$	$\pm 0.15$	$\pm 0.2$	$\pm 0.3$	$\pm 0.5$	单位: UNIT	mm	审核: CHECK			
中等m	$\pm 0.1$	$\pm 0.1$	$\pm 0.2$	$\pm 0.3$	$\pm 0.5$	$\pm 0.8$	$\pm 1.2$	视图: VIEW		批准: APPROVE		图号: NUMBER	N/A
粗糙C	$\pm 0.2$	$\pm 0.3$	$\pm 0.5$	$\pm 0.8$	$\pm 1.2$	$\pm 2.0$	$\pm 3.0$	版本: VERSION	A/0	型号:	N/A	共 6 页 第 4 页	

1	2	3	4	5	6			
V/N				版本号	标记	变更描述	日期	变更人

