



技术要求

- 1.表面整洁、光滑、无毛刺；
- 2.未注倒角零件周边需倒钝；
- 3.标有用“□”表示，里面用A1、A2、  
…组成的尺寸是关键尺寸；
- 4.材料：316L；
- 5.未注公差请参照表格M级。

未注角度公差为±1°								材料:	316L	宁波新跃医疗科技股份有限公司			
公差等级	基本尺寸分段							重量:	185.0g	比例:	设计:	名称:	囊体固定隔板
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	单位:	mm				
精密f	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	视图:		审核:		图号:	N/A
中等m	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	版本:	A/0	批准:		型号:	N/A
粗糙C	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	±3.0	版本:	A/0	批准:		型号:	N/A