启明视讯科技有限公司

产品综合样本 · PRODUCT CATALOGUE

本样本所载参数以出厂技术规格书为准，如有更新恕不另行通知。样本中标注“实测”的数据来源于第三方检测报告。

床旁血液净化系统　QM-2776

一体化设计，安装便捷，日常维护成本低，提供全生命周期服务保障。

核心亮点

■ 血泵流速：10~450ml/min

■ 治疗模式：可独立完成连续静静脉血液滤过(CVVH)、连续静静脉血液透析(CVVHD)、连续静静脉血液透析滤过(CVVHDF)、缓慢持续超滤(SUCF)、血液灌流/吸附(HP)、血浆分离/置换(TPE)等治疗模式；支持儿童治疗模式

■ 非侵入式压力传感器：支持（使用非侵入式的压力传感器，和血液不接触，减少血液污染的机会）

■ 独立电子秤数量：4 个

■ 自动预冲系统：自动完成膜内、膜外预冲

■ 智能检测报警及自动化操作：支持。具有智能检测、报警功能，具有自动化操作功能，具有友好的人机界面（故障自动报告、自动操作培训等）

第三方实测数据摘要（详见检测报告）

- 温度控制范围：详见检测报告
- 治疗参数存储时长：详见检测报告
- 后备电源续用时间：详见检测报告

订购信息

订货号：QM329164　产品名称：床旁血液净化系统　型号：QM-2776

红外辐照治疗装置 QM-1220X

一体化设计，安装便捷，日常维护成本低，提供全生命周期服务保障。

核心亮点

- 照射光斑面积：4595cm²
- 过滤器有效口径：73mm
- 欧盟 CE 认证：支持（欧盟 CE 认证）
- 配备：红光滤波片（促进创面愈合，代替红光）
- 水夹层过滤器：支持（水夹层过滤器）
- 治疗光源：卤素光源
- 辐照度：295mW/cm²

第三方实测数据摘要（详见检测报告）

- 有效治疗波段：详见检测报告
- 治疗深度：详见检测报告
- 输出功率：详见检测报告

订购信息

订货号：QM794022　产品名称：红外辐照治疗装置　型号：QM-1220X

胰岛素泵 QM-5448S

一体化设计，安装便捷，日常维护成本低，提供全生命周期服务保障。

核心亮点

- 泵用管道要求：管道带有分离器装置
- 特殊保护模式：具有键盘锁功能
- 输注马达控制模式：双 C 马达输注。
- 输注马达工作模式：生理脉冲式输注。
- 报警检测：24 小时自动检测，中英文在线报警提示，报警模式有蜂鸣、振动和时间报警
- 基础率特殊模式：具备临时基础率模式

第三方实测数据摘要（详见检测报告）

- 基础率时段数：详见检测报告
- 注射精度：详见检测报告

订购信息

订货号：QM720528　产品名称：胰岛素泵　型号：QM-5448S

激光治疗仪　QM-9932II

以临床需求为导向，兼顾安全性、稳定性与操作便捷性，广泛适用于各级医疗机构及教学科研单位。

核心亮点

- 裂隙灯类型：CSO 型
- 脉冲宽度：4ns
- 适应症：虹膜切除、晶体前囊清洁、晶体后囊切除
- 后补偿：30，100，200 微米，可根据能量大小调节补偿值，确保安全；
- 激光波长：1064nm
- 冷却方式：空气冷却

第三方实测数据摘要（详见检测报告）

- 圆锥角：详见检测报告
- 空气爆破能量：详见检测报告
- 光斑大小：详见检测报告

订购信息

订货号：QM808639　产品名称：激光治疗仪　型号：QM-9932II