

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	藥用冰箱管理辦法 Pharmaceutical Refrigerator Management Approach				
編號	A31000-Q02-W-B04	制定者	NI 邱曉彤	公布日期	97 年 07 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	113 年 03 月 19 日
版本/總頁數	第 3.8 版/7 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 04 月 10 日

一、目的

讓護理人員了解藥用冰箱管理辦法，確保藥用冰箱冷藏功能的完備，提供適當的冷藏環境，保存藥物以免變質，以確保病人用藥之安全性照護。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

- （一）維持藥用冰箱內外觀清潔。
- （二）維持藥用冰箱內擺放整齊。
- （三）藥用冰箱不可儲存食物、飲料。
- （四）每班有專責人員，負責特殊需冷藏藥品之管理。每天三班須指派負責人監測現在溫度並記錄於「藥用冰箱溫度測量記錄表」（表單一），標準溫度為 2-8°C，及查核是否有過期藥物，「O」表示無過期「X」表示有過期藥品並應立即丟棄。
- （五）溫度記錄以現在溫：藍色實心圓圈且實線相連。
- （六）藥用冰箱內可儲存物品

1. 冷藏室

- (1) 需冷藏藥物：藥師發出藥物時，會依其特性在藥物標籤上註明「此藥需要冷藏」，若無此標示，則可於室溫保存。
- (2) 中藥。
- (3) TPN。
- (4) 自行稀釋藥物：抗生素及血液製劑藥物，包括口服藥物。

主題名稱	藥用冰箱管理辦法	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-B04	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	2/7

(5)已開封藥物。

(6)其他：待送檢體。

2.冷凍室

(1)需冷凍藥物：藥師發出藥物時，會依其特性在藥物標籤上註明「此藥需要冷凍」。

(2)冰寶。

(3)試管保存：病毒小瓶試管。

(七) 藥用冰箱溫度異常時之處理原則

當溫度異於 2-8℃ 時請填寫於「藥用冰箱溫度測量記錄表」之藥用冰箱溫度異常處置表，書寫日期、溫度、處理方式並簽名。

- 1.瞭解溫度異常的可能原因：常開藥用冰箱門、藥用冰箱門未關好、溫度計損壞。
- 2.若原因為常開藥用冰箱門或藥用冰箱門未關好，則應 30 分鐘後再檢查一次溫度。
- 3.若溫度仍異常則立即將藥物搬至正常藥用冰箱內放置並通知單位主管，並進行請修申請。

(八) 藥用冰箱內藥物，應註明床號、姓名、稀釋量、稀釋日期、開瓶時間及到期日（到期日需註明有效年、月、日及時間）。

- 1.Vial 稀釋依藥物開瓶時效儲存，病人名條貼紙上應貼在 vial 空白處，Vial 會重複抽取時，使用後以酒精棉片蓋上並以膠帶黏貼。
- 2.病人藥物應正確放置在指定盒內。
- 3.冷藏常備藥物必須單項區隔放置、標示清楚，如一藥一盒。

(九) 冷藏室第一及二層可放置藥物，TPN 建議放置於冷藏第二層或第三層（如圖一）。

主題名稱	藥用冰箱管理辦法	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-B04	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	3/7



TPN



病人藥物一藥一盒應正確放置在指定盒內

(圖一)

- (十) 檢體必需放置於冷藏最下層，需放置於檢體收納盒並標示清楚。
- (十一) 藥用冰箱內已抽藥之空針，應以空針之塑膠套套住，並標示床號、姓名、藥物劑量、抽藥日期、時間，藥物抽出後 24 小時內未用應丟棄。
- (十二) 藥用冰箱溫度計外觀應完好無破損，並固定於藥用冰箱內第一層（如圖二），勿置於冰箱出風口，以避免產生誤差值。

主題名稱	藥用冰箱管理辦法	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-B04	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	4/7



(圖二)

主題名稱	藥用冰箱管理辦法	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-B04	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	5/7

(十三) 藥用冰箱外應貼有「藥用冰箱溫度測量記錄表」及「需冷藏藥物」。



(十四) 藥用冰箱溫度計每一年校驗一次，需定期完成校驗。

(十五) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(一) 藥用冰箱溫度測量記錄表（編號：A31000-Q16-F-B42）。

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(略)

七、附件

(略)

主題名稱	藥用冰箱管理辦法	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-B04	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	6/7

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
97.07.31	1.0	新制定	97 年 07 月 31 日護理部照護標準委員會通過
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版	
102.02.22	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱	
103.06.30	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
103.08.05	3.1	說明(八)內容新增：到期日需註明有效年、月、日及時間。	103 年 08 月 05 日護理部照護標準委員會通過
104.04.07	3.2	刪除第四項第(二)目：藥用冰箱溫度異常處置表 Ps.因此份表單內容是在藥用冰箱溫度測量記錄表內	104 年 04 月 07 日護理部照護標準委員會通過
105.10.04	3.3	1. 105 年 8 月 10 日護理長會議決議修改第三項說明內容~原藥用冰箱標準溫度 2-6℃ 改為 2-8℃。 2. 第三項第(五)目、第(七)目之 3 及第(十二)目部份內容及圖片更新。 3. 修改：藥用冰箱溫度測量記錄表（編號：A31000-Q16-F-B42）。	105 年 10 月 04 日護理部照護標準委員會通過
105.12.06	3.4	1. 第三項第(四)目刪除：新生兒單位藥用冰箱標準溫度為 2-6℃。 2. 第三項第(六)目、第(九)目內容及圖一刪除：藥用冰箱內可儲存物品血品（限新生兒單位）。	105 年 12 月 06 日護理部照護標準委員會通過
106.08.07	3.5	106 年 05 月 11 日護理長會議宣導經與藥劑部討論及詢問各大醫院，於第三項第(八)目之 1 增加 Vial 會重複抽取時，使用後以酒精棉片蓋上並以膠帶黏貼。	106 年 08 月 07 日護理部照護標準委員會通過
107.04.02	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
108.04.11	3.6	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第十五日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 04 月 11 日照護標準組會議通過；108 年 05 月 15 日護理長會議通過；108 年 05 月 20 日督導會議通過公布。

主題名稱	藥用冰箱管理辦法	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-B04	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	7/7

修正日期	版本	修正說明	備註
109.04.09	3.6	年度檢閱，無修改。版本不變動。	
110.04.01	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.04.07	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.04.06	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.11.21	3.7	修訂第三項第九目內容說明及圖一。	112 年 10 月 26 日照護標準組會議通過；112 年 11 月 08 日護理長會議通過；112 年 11 月 21 日督導會議通過公布。
113.03.19	3.8	第三項第十二目內容說明修訂。	113 年 02 月 01 日照護標準組會議通過；113 年 03 月 13 日護理長會議通過；113 年 03 月 19 日督導會議通過公布
114.04.10	3.8	年度檢閱，無修正。版本不變動。	