

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	新生兒疫苗冰箱溫度異常處理作業標準 Neonatal Vaccine Refrigerator Temperature Anomalies Handling Standards				
編號	A31000-Q02-W-B10	制定者	BR 黃淑媛	公布日期	98 年 02 月 28 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	114 年 07 月 08 日
版本/總頁數	第 3.7 版/5 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 07 月 08 日

一、目的

增加護理人員對於新生兒疫苗冰箱異常處理應變能力。

二、範圍

嬰兒室、小兒科注射室。

三、說明

(一) 疫苗冰箱溫異於 2-8°C，當溫度異常訊號出現時，檢查溫度感應器與溫度現在是否異常，異常時需備用冰寶置於冰箱中保冷，檢查插座如果有鬆脫，需要重新插好並以膠布固定。如為停電，需檢查是否有啟動自動不斷電系統，隨時監測溫度變化直至正常供電。排除以上原因，需立刻通知維修公司進行維修，立刻通知單位疫苗負責人及護理長。如疫苗冰箱持續異常時，需將疫苗移送至汝川 1 樓藥局、B1 藥局、汝川 9 樓嬰兒室代管冷藏，運送疫苗過程（DPT、BCG、稀釋液容易破物品）務必小心運送。溫度監視片及溫度監視球必須隨疫苗放置於後送之冰箱內，運送後之疫苗冰箱需上鎖，且每 1 小時檢視並監測溫度之變化(2-8°C)。事情處理完畢後，於 2 小時內將事故發生經過及處理結果通報衛生所並填寫異常處置表。

(二) 實施及修訂


本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

主題名稱	新生兒疫苗冰箱溫度異常處理作業標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q02-W-B10	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	2/5

五、流程圖



主題名稱	新生兒疫苗冰箱溫度異常處理作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-B10	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	3/5

【後送單位聯絡電話】

緊急連絡人一覽表		
鴻剛公司	楊瑞儀	0933-407132 04-22878158
9樓嬰兒室	黃淑媛	0933-491226 04-36013620
門診護理長	蔡明修	0934-487763 04-23758775
疫苗負責人	盧怡君	0927-963075 04-23170125
汝川藥局	紀柏羽	0919-663859 *190064
住院藥局	黃鏡樺	0933-186210 分機38218
南區衛生所	呂淑華	0911809327 04-22629735 分機 110
中控室	保全人員	醫院分機20000

六、參考資料

(略)

七、附件

(略)

主題名稱	新生兒疫苗冰箱溫度異常處理作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-B10	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	4/5

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
98.02.28	1.0	新制定。	98 年 02 月 28 日護理部照護標準委員會通過
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
100.02.09	2.1	修正後送單位聯絡電話。	100 年 02 月 09 日護理部照護標準委員會通過
101.04.18	2.2	修正汝川大樓二樓小兒科治療室聯絡電話。	101 年 04 月 18 日護理部照護標準委員會通過
102.02.22	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
102.04.03	3.1	1.說明新增：需將疫苗移送至汝川 1 樓藥局、B1 藥局、汝川 9 樓嬰兒室代管冷藏，運送疫苗過程（DPT、BCG、稀釋液容易破物品）務必小心運送。溫度監視片及溫度監視球必須隨疫苗放置於後送之冰箱內，運送後之疫苗冰箱需上鎖，且每 1 小時檢視並監測溫度之變化(2-8℃)。 2.修改流程圖內容。	102 年 04 月 03 日護理部照護標準委員會通過
103.04.01	3.2	後送單位聯絡電話更新。	103 年 04 月 01 日護理部照護標準委員會通過
104.04.07	3.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
105.04.07	3.2	年度檢閱，無修改。版本不變動。	
106.04.10	3.2	年度檢閱，無修改。版本不變動。	
107.04.02	3.2	年度檢閱，無修改。版本不變動。	
108.04.11	3.3	第三項第四日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 04 月 11 日照護標準組會議通過；108 年 05 月 15 日護理長會議

主題名稱	新生兒疫苗冰箱溫度異常處理作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-B10	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	5/5

修正日期	版本	修正說明	備註
			通過；108 年 05 月 20 日督導會議通過公布。
109.05.19	3.4	第五項修正汝川藥局、住院藥局、南區衛生所、衛生局、中控室之疫苗負責人及電話。	109 年 04 月 09 日照護標準組會議通過；109 年 05 月 13 日護理長會議通過；109 年 05 月 19 日督導會議通過公布。
110.07.06	3.5	第五項修正後送單位南區衛生所聯絡電話更新。	110 年 04 月 01 日照護標準組會議通過；110 年 05 月 12 日護理長會議通過；110 年 07 月 06 日督導會議通過公布。
111.05.03	3.6	第五項修正後送單位南區衛生所聯絡電話更新。	111 年 04 月 07 日照護標準組會議通過；111 年 04 月 13 日護理長會議通過；111 年 05 月 03 日督導會議通過公布。
112.04.06	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.04.11	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.07.08	3.7	第五項：修正後送單位南區衛生所負責人及聯絡電話更新。	114 年 04 月 10 日照護標準組會議通過；114 年 06 月 11 日護理長會議通過；114 年 07 月 08 日督導會議通過公布。