

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	存留導尿管管路照護標準 Retained Catheter Care Standards For Pipeline				
編號	A31000-Q02-W-C03	制定者	MI 林綉君	公布日期	98 年 04 月 30 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	111 年 04 月 12 日
版本/總頁數	第 3.6 版/5 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 06 月 05 日

一、目的

護理人員能正確執行存留導尿管管路照護標準。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明


（一）步驟及要點說明

步驟	說明
1. 每日進行存留導尿管護理，肥皂水清洗會陰部並擦乾。排便後應清洗尿道口－導尿管的接觸面。	不要使用痂子粉，因為會污染到尿道口。
2. 每日更換導尿管之固定位置。	固定時不要拉緊導尿管，男生可固定在下腹部，女生則固定在大腿，以減少拉扯導尿管所造成的創傷。
3. 每日觀察尿液性質、顏色及量。	尿管若阻塞或內有沉澱物，應告知醫師處理並於護理記錄呈現。
4. 教導病人及其照顧者，在操作導尿管護理及固定導管的前後必須洗手。	
5. 使用病人專用尿壺，傾倒尿袋內的尿液，使用後清洗並保持容器的乾淨。	勿多人使用同一尿壺。
6. 倒尿袋中尿液時，出口處勿接觸尿壺，倒完尿液後，尿袋之出口立刻關閉，避免逆行性感染（註一）。	
7. 照護過程保持導尿管系統密閉，不可打開導尿管及尿袋導管的交接處，採絕對封閉（註一）。	
8. 當病人換床或換至輪椅時，必須保持尿管的通暢且尿袋應低於膀胱位置。	勿讓尿袋出口接觸地板，或輪椅的輪子。

主題名稱	存留導尿管管路照護標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q02-W-C03	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	2/5

步驟	說明
9. 在病人的生理狀況准許下，鼓勵病人多攝取水分，以達到沖洗導尿管系統。	
10. 評估存留導尿管留置之必要性，宜儘早與醫師討論後，依醫囑移除。	
11. 若病人需長期留置導尿管，可考慮間斷性導尿(intermittent catheterization)，訓練膀胱及使用尿套。	
12. HIS 住院護理系統應註明存留導尿管起訖日期，尿袋上也應註明尿袋起訖日期。	
13. 住院病人需填寫存留導尿管置放查檢表及導尿管每日照護評估表（於 HIS 系統執行 Foley care 會自動帶此評估表）。	

註一：



說明：

1. 使用病人專用的容器傾倒尿袋內的尿液。
2. 倒尿袋中尿液時，出口處勿接觸尿壺或便盆，倒完尿液後，尿袋之出口立刻關閉避免逆行性感染。
3. 只有編號 3 可能打開，編號 2 採絕對封閉。

FIGURE 31-2. Entry points for bacteria causing catheter-associated urinary tract infection.

（二）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

（略）

五、流程圖

（略）

主題名稱	存留導尿管管路照護標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-C03	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	3/5

六、參考資料

- (一) 蘇麗智編著(2018)・存留導尿法與其護理・實用基本護理學下冊(八版)(419-426頁)・台北：華杏。
- (二) 盧美秀、陳靜敏等編著(2018)・存留導尿管・長期照護護理綜論(二版)(296-298頁)・台北：華杏。

七、附件

(略)

主題名稱	存留導尿管管路照護標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-C03	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	4/5

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
98.04.30	1.0	新制定。	98 年 04 月 30 日護理部照護標準委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
100.04.06	2.1	修改目的與說明內容。	100 年 04 月 06 日護理部照護標準委員會通過。
101.06.06	2.2	修改目的與增加：尿袋上也應註明尿袋起訖日期。	101 年 06 月 06 日護理部照護標準委員會通過。
102.02.26	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
103.06.30	3.0	年度檢閱，無修改。版本不變動。	
104.06.02	3.1	新增第六項參考資料。	104 年 06 月 02 日護理部照護標準委員會通過。
105.04.07	3.2	新增步驟 14.加護病房需填寫存留導尿管置放查檢表及導尿管每日照護評估表(於 HIS 系統執行 Foley care 會自動帶此評估表)。	105 年 04 月 07 日護理部照護標準委員會通過。
106.04.10	3.3	第三項第(一)目之 7 說明增修尿液標本取法：以酒精及碘酒消毒(Alc→Tr→Alc 或以 2% Chlohexidine)導尿管，再以 10cc 空針接 18 或 22 號針頭抽取之。	106 年 04 月 10 日護理部照護標準委員會通過。
107.06.04	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.12.13	3.4	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第一目步聚及要點說明之 7 刪除說明：尿液標本取法。 3. 第三項第二日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	107 年 12 月 13 日照護標準組會議通過；108 年 01 月 09 日護理長會議通過；108 年 01 月 22 日督導會議通過公布。
108.06.06	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

主題名稱	存留導尿管管路照護標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-C03	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	5/5

修正日期	版本	修正說明	備註
109.06.16	3.5	1. 第三項第一目部分內容用詞修正。 2. 第六項增減文獻	109 年 06 月 04 日照護標準組會議通過;109 年 06 月 10 日護理長會議通過;109 年 06 月 16 日督導會議通過公布。
110.07.08	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.04.12	3.6	1.第三項第一目部分內容用詞修正。 2.第六項刪減文獻。	111 年 02 月 10 日照護標準組會議通過;111 年 03 月 09 日護理長會議通過;111 年 04 月 12 日督導會議通過公布
112.06.08	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.04.30	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.06.05	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	