

# 中山醫學大學附設醫院

| 主題名稱   | 真空引流器(Hemo-vac)護理<br>Nursing Care of Hemo-vac Drainage |     |         |      |                 |
|--------|--------------------------------------------------------|-----|---------|------|-----------------|
| 編號     | A31000-Q02-W-C05                                       | 制定者 | N08 李昀臻 | 公布日期 | 99 年 04 月 20 日  |
| 制定單位   | 護理部                                                    | 核准者 | 吳姿蓉     | 修正日期 | 110 年 08 月 03 日 |
| 版本/總頁數 | 第 3.7 版/7 頁                                            | 審查者 | 劉俞均     | 檢閱日期 | 114 年 06 月 05 日 |

## 一、目的

護理人員能正確執行真空引流器(Hemo-vac Drainage)護理。

## 二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

## 三、說明

### （一）目的

醫師於手術室時置入傷口引流管，術後護理人員協助維持引流系統通暢，以利手術傷口內分泌物之排出，以減輕傷口腫脹，並促進癒合。



### （二）用物準備

- 1.清潔手套。
- 2.有刻度之測量容器。
- 3.酒精棉片。

### （三）步驟及要點說明

| 步驟                                           | 說明                                    |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.核對 HIS 住院護理系統之護理執行，核對預定執行處方名稱，於核對狀態點選"正確"。 |                                       |
| 2.辨識病人（至少二種以上方法）。                            | 辨識方法請依照「A31000-Q02-W-A09_病人辨識作業標準」執行。 |
| 3.洗手。                                        |                                       |
| 4.予拉床簾及開燈。                                   |                                       |
| 5.視需要升高病床到適合工作的高度，露出引流管的位置。                  |                                       |

|      |                   |        |         |
|------|-------------------|--------|---------|
| 主題名稱 | 真空引流器(Hemo-vac)護理 | 制定單位   | 護理部     |
| 編號   | A31000-Q02-W-C05  | 版本     | 第 3.7 版 |
|      |                   | 頁碼/總頁數 | 2/7     |

| 步驟                                         | 說明                                                                                                            |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.隨時注意引流管連接處有無鬆脫，以防脫落、破損或漏氣。               |                             |
| 7.引流管收集器的背面可記錄三班引流量。                       |                            |
| 8.觀察傷口和引流管間的敷料，並須同時觀察引流管周圍皮膚有無紅腫熱痛及起水泡等狀況。 |  <p>若有多量滲液，則予換藥及更換敷料。</p> |
| 9.評估引流管和引流袋的功能，如果引流管有阻塞、引流液突然增加或顏色改變應通知醫師。 | 視情況每小時擠壓引流管(milking)5～10次，可產生約 350～400mmHg 的抽吸壓力，以防引流管阻塞。                                                     |
| 10.戴上清潔手套，將引流管管夾夾住。                        | 避免引流液逆流或空氣進入傷口。                                                                                               |
| 11.打開引流袋上的蓋子，將引流液倒出，以有刻度之容器測量引流量。          | 須避免污染引流袋口及蓋子，依醫囑採全壓、半壓或自然引流。                                                                                  |

|      |                   |      |         |        |     |
|------|-------------------|------|---------|--------|-----|
| 主題名稱 | 真空引流器(Hemo-vac)護理 | 制定單位 |         | 護理部    |     |
| 編號   | A31000-Q02-W-C05  | 版本   | 第 3.7 版 | 頁碼/總頁數 | 3/7 |

| 步驟                                 | 說明                                 |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 12. 以酒精棉片將引流袋出口消毒，將引流袋重新蓋上引流袋蓋子。   |                                    |
| 13. 鬆開管夾。                          | 引流袋蓋子必須壓緊，以防鬆脫。                    |
| 14. 檢視引流液的顏色、量和性狀。                 | 將引流液資料記錄於護理記錄中。                    |
| 15. 協助病人整理衣物及單位。                   | 引流袋自然平放病床，避免太長垂於地下或太短影響病人活動。       |
| 16. 清潔用物後，歸回原位。                    |                                    |
| 17. 工作後洗手。                         |                                    |
| 18. 在 HIS 系統『住院護理系統』之護理執行，核簽“已執行”。 | 若有使用衛材要記帳。                         |
| 19. 記錄：引流量、顏色與性狀及病人反應。             | 若有更換敷料，需記錄傷口大小、顏色、組織敷料滲出液的顏色、量及性質。 |

#### (四) 異常狀況處理說明

| 異常狀況                                              | 處理對策                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 錯置：<br>因負壓引流均為手術時醫師放置，所以錯置機率較低。                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通知醫師，立即拔除。</li> <li>2. 評估病人狀況，是否需做立即處理。</li> <li>3. 評估病人是否有相關合併症。</li> <li>4. 進入 HIS 異常事件通報系統進行通報管路事件。</li> </ol>                                                          |
| 滑脫：<br>引流管滑脫（包含自拔）可能原因：病人意識不清、躁動、不適或不小心拉扯及固定不佳造成。 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 評估病人狀況，是否需做立即處理。</li> <li>2. 通知醫師，評估引流管是否重新放置。</li> <li>3. 衛教病人或主要照顧者引流管存放的必要性與重要性，並評估管路擺放的適當性，避免拉扯。</li> <li>4. 評估約束的必要性。</li> <li>5. 進入 HIS 異常事件通報系統進行通報管路事件。</li> </ol> |
| 阻塞：<br>負壓引流管阻塞可能原因：血塊堵住或引流液太黏稠。                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 先以 milking 的方式來處理，若仍無法暢通，評估是否需要重新置放。</li> <li>2. 加強負壓引流管衛教：保持通暢，勿反褶或壓迫管路。</li> </ol>                                                                                       |
| 折曲：<br>負壓引流管可能折曲原因：翻身時壓到或未擺放好。                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 調整引流管的固定位置，減少引流管扭褶的可能。</li> <li>2. 翻身時應將引流管擺放好，勿壓到引流管。</li> </ol>                                                                                                          |
| 拔錯：<br>可能原因為：未使用兩種以上方式執行病人辨識，造成拔錯。                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 評估病人狀況，是否需做立即處理。</li> <li>2. 評估是否重新放置負壓引流管。</li> <li>3. 進入 HIS 異常事件通報系統進行通報管路事件。</li> </ol>                                                                                |
| 感染：                                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通知醫師評估病人狀況，是否需做立即處理。</li> </ol>                                                                                                                                            |

|      |                   |      |         |        |     |
|------|-------------------|------|---------|--------|-----|
| 主題名稱 | 真空引流器(Hemo-vac)護理 | 制定單位 |         | 護理部    |     |
| 編號   | A31000-Q02-W-C05  | 版本   | 第 3.7 版 | 頁碼/總頁數 | 4/7 |

| 異常狀況                      | 處理對策                       |
|---------------------------|----------------------------|
| 放置處可能會出現紅腫熱痛、分泌物及體溫過高等症狀。 | 2. 依醫囑執行細菌培養、移除管路或給予抗生素治療。 |

#### (五) 注意事項

- 1.向病人及家屬解釋放置引流管之目的、預期放置時間及注意事項，以減輕病人焦慮。
- 2.隨時觀察病人之引流液之顏色、量及是否維持在負壓功能。
- 3.若引流量大於 1/2～2/3 則需倒掉，如有特殊情況則依醫囑執行。

#### (六) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

### 四、使用表單

(略)

### 五、流程圖

(略)

### 六、參考資料

- (一) 李滿梅、林惠娟、譚蓉瑩(2018)・傷口引流之護理・於林美華總校閱，內外科護理技術(9版，156-165頁)・台北：華杏。
- (二) 吳蕙菱(2013)・急性外科傷口・於于博芮總校閱，最新傷口護理學・(二版，177頁)・台北：華杏。
- (三) 羅夢伶(2015)・手術病人之護理・於胡月娟總校閱，內外科護理學(五版，724-727頁)・台北：華杏。

### 七、附件

(略)

|      |                   |      |         |        |     |
|------|-------------------|------|---------|--------|-----|
| 主題名稱 | 真空引流器(Hemo-vac)護理 | 制定單位 |         | 護理部    |     |
| 編號   | A31000-Q02-W-C05  | 版本   | 第 3.7 版 | 頁碼/總頁數 | 5/7 |

|      |                   |      |         |        |     |
|------|-------------------|------|---------|--------|-----|
| 主題名稱 | 真空引流器(Hemo-vac)護理 | 制定單位 |         | 護理部    |     |
| 編號   | A31000-Q02-W-C05  | 版本   | 第 3.7 版 | 頁碼/總頁數 | 6/7 |

## 八、文件修正紀錄

| 修正日期      | 版本  | 修正說明                                                                      | 備註                                                                                             |
|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 99.04.20  | 1.0 | 新制定。                                                                      | 99 年 04 月 20 日<br>護理部照護標準<br>委員會通過。                                                            |
| 99.08.31  | 2.0 | 配合本院 SOP 格式改版。                                                            |                                                                                                |
| 100.04.06 | 2.1 | 修改說明內容。                                                                   | 100 年 04 月 06 日<br>護理部照護標準<br>委員會通過。                                                           |
| 102.02.26 | 3.0 | 配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。                                               |                                                                                                |
| 102.06.05 | 3.1 | 修改說明內容及更正錯字。                                                              | 102 年 06 月 05 日<br>護理部照護標準<br>委員會通過。                                                           |
| 103.06.03 | 3.2 | 1.說明（二）用物準備新增：75%酒精棉片。<br>2.說明內容部份修辭及更正錯字。                                | 103 年 06 月 03 日<br>護理部照護標準<br>委員會通過。                                                           |
| 104.06.02 | 3.3 | 1.內容有相關於 HIS2008 一律統稱為 HIS 系統。<br>2.第三項第（四）目異常狀況處理說明部份刪修。<br>3.更新第六項參考資料。 | 104 年 06 月 02 日<br>護理部照護標準<br>委員會通過。                                                           |
| 105.06.07 | 3.4 | 更新第六項參考資料。                                                                | 105 年 06 月 07 日<br>護理部照護標準<br>委員會通過。                                                           |
| 106.06.05 | 3.4 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                                                           |                                                                                                |
| 107.06.04 | 3.4 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                                                           |                                                                                                |
| 108.06.06 | 3.5 | 1.第二項新增（含中興分院）。<br>2.第三項第六日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。        | 108 年 06 月 06 日<br>照護標準組會議<br>通過；108 年 06<br>月 12 日護理長會<br>議通過；108 年 06<br>月 18 日督導會議<br>通過公布。 |

|      |                   |      |         |        |     |
|------|-------------------|------|---------|--------|-----|
| 主題名稱 | 真空引流器(Hemo-vac)護理 | 制定單位 |         | 護理部    |     |
| 編號   | A31000-Q02-W-C05  | 版本   | 第 3.7 版 | 頁碼/總頁數 | 7/7 |

| 修正日期      | 版本  | 修正說明                                 | 備註                                                                       |
|-----------|-----|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 109.06.16 | 3.6 | 第三項第三目更新真空引流器(Hemo-vac)之圖片及修改部份說明內容。 | 109 年 06 月 04 日照護標準組會議通過；109 年 06 月 10 日護理長會議通過；109 年 06 月 16 日督導會議通過公布。 |
| 110.08.03 | 3.7 | 第三項第二目用物準備、第三目步驟及要點說明刪除無切膠布、及止血鉗或管夾。 | 110 年 07 月 08 日照護標準組會議通過；110 年 07 月 14 日護理長會議通過；110 年 08 月 03 日督導會議通過公布。 |
| 111.06.02 | 3.7 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                      |                                                                          |
| 112.06.08 | 3.7 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                      |                                                                          |
| 113.04.30 | 3.7 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                      |                                                                          |
| 114.06.05 | 3.7 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                      |                                                                          |
|           |     |                                      |                                                                          |
|           |     |                                      |                                                                          |
|           |     |                                      |                                                                          |
|           |     |                                      |                                                                          |
|           |     |                                      |                                                                          |