

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	心導管鞘管護理 Nursing Care of Cardial Cath Sheath				
	編號	制定者	公布日期	修正日期	檢閱日期
	A31000-Q02-W-C09	CCU 林涵蓁	99 年 04 月 20 日	114 年 07 月 08 日	
	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	114 年 07 月 08 日
版本/總頁數	第 3.9 版/6 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 07 月 08 日

一、目的

護理人員能正確執行心導管鞘管護理。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）用物準備

1. 股動脈鞘管留置（橈動脈鞘管無法留置）

- (1) N/S 500ml 軟袋 1 袋。
- (2) A-Line Set 1 條。
- (3) 加壓袋 1 個。
- (4) 壓力導線 1 條。
- (5) Mefix 長約 20~30 公分。
- (6) 約束帶 1 條。

2. 移除外管

(1) 股動脈

- A. 消毒用物：2%克菌寧殺菌液、棉籤數支。
- B. 大紗數塊。
- C. 10 cc 空針。
- D. 布膠。
- E. 3 公斤砂袋。
- F. C-CLAMP（視醫生需要）。

主題名稱	心導管鞘管護理	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-C09	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	2/6

(2) 橈動脈

- A. 消毒用物：2%克菌寧殺菌液、棉籤數支。
- B. 大紗數塊。
- C. 10 cc 空針。
- D. 止血帶。

(二) 步驟及要點說明

步驟	說明
1. 橈動脈或股動脈鞘管傷口處以 TEGADERM 透明敷料或紗布覆蓋。	TEGADERM 固定敷料，完全透氣與透明，容易觀察注射部位，固定導管牢靠，不易歪斜，降低導管脫落機會。 橈動脈或股動脈鞘管持續滲血給予紗布覆蓋。
2. 若因病情需要，鞘管要繼續留置，則動脈端需接壓力監測系統(A-L SET)，以避免血液凝固阻塞管鞘。	N/S 軟袋與壓力監測系統(A-L SET)連接，將 N/S 軟袋置於加壓袋內，並加壓至 200～300 mmHg。
3. 鞘管尾端以 Mefix 黏貼於大腿半徑固定，降低滑脫或自拔的機率。	
4. 將鞘管外露於棉被外，方便觀察是否出血、血腫。	
5. 若是躁動病人，則需於置放股動脈鞘管側手掌戴上棒球手套，以預防自拔。	
6. 應給予適當衛教，告知管路脫落之危險性。	
7. 予平躺，床頭抬高不超過 30 度，股動脈放置鞘管的肢體需伸直，可予保護性約束該肢體以避免彎曲。	可用靠枕或協助按摩減輕長時間平躺而導致的背痛不適，應避免病人垂直坐起，以防止傷口出血或導管滑出。
8. 欲拔除鞘管，使用 Heparin 的病人，研究指出建議拔管前需監測 ACT <170 秒，可移除鞘管，以防止血不易。如病人自費使用止血棉則需填寫自費同意書，由心導管室技術人員前來執行拔除鞘管。	使用 Heparin 病人在拔除外管前 4 小時應依醫囑暫停使用。

主題名稱	心導管鞘管護理	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q02-W-C09	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	3/6

步驟	說明
9. 在醫師拔除股動脈之鞘管後會徒手直接加壓或以 C-CLAMP 加壓止血 15-30 分鐘；拔除橈動脈鞘管會徒手直接加壓後，以止血帶加壓 4 小時。	拔管前需保持靜脈輸液導管通暢，文獻顯示拔除鞘管時需觀察病人是否有心跳、血壓下降等迷走神經反射，如產生迷走神經反射須立即補充靜脈輸液。 
10. 股動脈加壓止血後以紗布覆蓋，用布膠交叉黏貼，再以 3 公斤砂袋加壓，加壓過程中該側肢體仍需伸直，避免彎曲。	股動脈鞘管傷口以 3 公斤砂袋加壓 6~8 小時，如自費使用止血棉則以 2 公斤砂袋加壓 2 小時。股靜脈鞘管傷口則 2 公斤砂袋加壓 4 小時，並告知病人砂袋如有滑脫應告知護理人員。 
11. 依醫囑每小時檢查傷口狀況及遠端肢體顏色及溫度。	
12. 砂袋移除後，以聽診器聽診傷口處是否有聲音，確定無動靜脈瘻管、假性血管瘤合併症後，予傷口換藥。	此時可解除約束，並協助坐起或翻身。
13. 給予心導管術後傷口護理及居家衛教，如保持傷口乾燥、避免 1 週內避免提 3 公斤以上重物或從事爬山等劇烈運動。	

(三) 異常狀況處理說明

異常狀況	處理對策
滑脫： 心導管鞘管滑脫（包含自拔）可能原因：因病人意識不清、躁動、不適等因素造成滑脫或自拔，或不小心拉扯、膠布固定不佳引起。	1. 當管路滑脫或脫出時，應以無菌紗布覆蓋，立即加壓止血並通知醫師做適當處理。 2. 於 HIS 系統完成異常事件通報。
阻塞：可能原因： 1. 加壓袋壓力不足 200 mmHg 以上，導致血液逆流形成血塊導致阻塞。 2. 抽血後未將殘留血液沖乾淨。	反抽將血塊抽出，使用 N/S 沖洗乾淨，將壓力打到 200~300 mmHg；若反抽無法抽出血液需通報醫師，勿將 N/S 沖進管路導致血塊進入血管。
折曲： 可能原因：肢體彎曲而反折。	提醒病人將該肢體伸直，或以約束帶約束綁於床尾保持肢體伸直。

主題名稱	心導管鞘管護理	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-C09	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	4/6

異常狀況	處理對策
感染症狀：傷口周圍紅腫熱痛或發燒之情形。	通知醫師，評估是否需做處理，如：抗生素治療、傷口細菌培養、血液培養、傷口切開引流、清創術。

(四) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(一) 盧翰生、張瑋婷、葉乃誠 (2021) · 昏厥評估及處置之最新觀念 · 內科學誌，32(4)，230-241。

(二) Hames, K., White, K., Ockerby, C., Williams, R., & Hutchinson, A. M. (2023) · Patient perceptions of care quality and discharge information following same-day cardiac catheterization laboratory procedures: A mixed-methods study · Nurs Open，10(5)，3263-3273。

七、附件

(略)

主題名稱	心導管鞘管護理	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-C09	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	5/6

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
99.04.20	1.0	新制定。	99 年 04 月 20 日 護理部照護標準 委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
101.06.06	2.1	1.修改目的。 2.增加移除護理。	101 年 06 月 06 日 護理部照護標準 委員會通過。
102.02.26	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度 臨時檢閱。	
102.06.05	3.1	說明內容新增： 1.增加橈動脈外管護理。 2.止血棉使用。 3.增加心導管傷口術後護理。	102 年 06 月 05 日 護理部照護標準 委員會通過。
103.06.03	3.2	說明內容修正： 1. 消毒用物：目前本院使用 2%克菌寧殺菌液消毒 故刪除 2%Tincture-Iodine。 2. 準備用物：5cc 空針修改為 10cc 空針。 3. 步驟 10 說明：自費使用止血棉改以 2 公斤砂袋加 壓 2 小時。（PS.原使用 3 公斤砂袋）	103 年 06 月 03 日 護理部照護標準 委員會通過。
104.06.02	3.3	1. 原主題名稱心導管外管護理；改為~心導管鞘管護 理。 2. 第三項第（二）目步驟及要點說明部份內容刪修； 刪除：外管改為~鞘管。 3. 第三項第（三）目異常狀況處理說明刪除：填寫 管路自拔／滑脫意外事件收集表及病安通報；改 為~於 HIS 系統完成異常事件通報。 4. 新增第六項參考資料。	104 年 06 月 02 日 護理部照護標準 委員會通過。
105.06.07	3.4	更新第六項參考資料。	105 年 06 月 07 日 護理部照護標準 委員會通過。
106.06.05	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.13	3.5	1. 第三項第二目之 8 內容新增參考資料說明。 2. 第六項第六目新增參考資料。	107 年 06 月 13 日 護理長會議通過。

主題名稱	心導管鞘管護理	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-C09	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	6/6

修正日期	版本	修正說明	備註
108.06.06	3.6	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第四日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 06 月 06 日照護標準組會議通過;108 年 06 月 12 日護理長會議通過;108 年 06 月 18 日督導會議通過公布。
109.06.16	3.7	1. 第三項第三目新增參考資料出處。 2. 第六項新增第七目參考資料。	109 年 06 月 04 日照護標準組會議通過;109 年 06 月 10 日護理長會議通過;109 年 06 月 16 日督導會議通過公布。
110.07.08	3.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.06.02	3.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.07.04	3.8	1. 第三項第一目用物準備內容修訂。 2. 第三項第二目步驟及要點說明內容修訂。 3. 第三項第三目異常狀況處理說明內容修訂。 4. 更新第六項參考資料。	112 年 06 月 08 日照護標準組會議通過;112 年 06 月 14 日護理長會議通過;112 年 07 月 04 日督導會議通過公布。
113.04.30	3.8	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.07.08	3.9	1. 第三項第二目步驟及要點說明第 7 點內容修訂。 2. 第六項：參考文獻更新	114 年 06 月 05 日照護標準組會議通過;114 年 06 月 11 日護理長會議通過;114 年 07 月 08 日督導會議通過公布。