

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	臍導管護理 Nursing Care of Umbilical Arterial & Vein Line Drainage				
	編號	制定者	公布日期	修正日期	檢閱日期
	A31000-Q02-W-C15	NI 邱曉彤	89 年 02 月 15 日	112 年 07 月 04 日	114 年 06 月 05 日
	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	
	第 3.5 版/7 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	

一、目的

護理人員能正確操作臍導管照護技術。

二、範圍

護理部新生兒病房單位、產房。

三、說明

（一）技術目的

1. 新生兒與早產兒出生後立即建立急救輸液與給藥的管路。
2. 提供新生兒與早產兒營養。
3. 抽取血液檢體進行檢驗。
4. 持續監測新生兒與早產兒動脈血壓。

（二）用物準備

1. 治療盤，內置下列用物：

- (1) 消毒用物：沖洗棉棒一包、Alcoholic Beta-Iodine 及 75%Alcohol（若體重小於 1500gm，則用不含酒精性的消毒液及 0.9%N/S）。
- (2) 3.5 # 與 5.0 # 臍導管，臍靜脈使用 5.0 # 臍導管，體重小於 1500gm 的早產兒則臍靜脈與臍動脈皆使用 3.5 # 臍導管。
- (3) 靜切包、手術衣包、手術帽。
- (4) 無菌手套、刀片、無菌紗布（視需要）。
- (5) 血管專用綁線（黑絲線）。
- (6) 5ml 與 10ml 空針各一支。

主題名稱	臍導管護理	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-C15	版本	第 3.5 版	頁碼/總頁數	2/7

(7) 0.9%N/S (20cc/Amp 裝 1-2Amp)。

(8) 人工皮及 Tegaderm。

(三) 步驟及要點說明

步驟	說明
1.核對 HIS 系統於護理執行，核對預定執行處置名稱，於核對狀態核簽“正確”。	
2.辨識病人（至少二種以上方法）。	辨識方法請依照「A31000-Q02-W-A09 病人辨識作業標準」執行。
3.準備病人： (1) 使用烤燈（距離新生兒 45-75 公分）。 (2) 將床墊移出保溫箱，注意安全。 (3) 適當固定新生兒：先用小紗纏繞四肢肢體一圈後，再以膠布黏貼於床墊（注意鬆緊度及四肢末梢血循）。	預防體溫散失導致低體溫。 提供醫師工作檯面。 新生兒尤其早產兒皮膚稚嫩易損傷，局部需適當保護。
4.協助醫師刷手、穿手術衣。	嚴守無菌技術。
5.協助醫師消毒臍帶及周圍皮膚。 由醫師進行臍導管留置技術。	密切觀察新生兒生命徵象、氧合及四肢末梢血循。
6.導管固定與位置確認方式： (1) 依腹部大小剪裁人工皮，黏貼於肚臍周圍皮膚。 (2) 用 Beta-Iodine 及 0.9%N/S 以無菌棉籤進行消毒，消毒範圍包括臍斷面、臍導管、臍帶及周圍人工皮。 (3) 與醫師確認並檢查固定深度後將導管捲繞一圈後，以 Tegaderm 黏貼固定。	固定深度： 依體重計算： $UA=3 \times BW + 9(\text{high})(\text{cm})$ ； $UV=0.5(UA)+1(\text{cm})$ 。 正確的位置：依 X 光來區別分高位(high)：T6—T9 及低位(Low)：L3—L4。
7.清潔用物後，歸回原位。	
8.工作後洗手。	
9.在 HIS 護理系統於護理執行，已完成執行處方醫囑，於執行狀態核簽“執行”。	
10.記錄：留置臍導管的時間、尺寸、固定深度（單位：公分）及新生兒反應。	
11.敷料更換流程 (1) 使用烤燈。 (2) 由兩位護理人員共同執行。 (3) 小心移除 Tegaderm，移除時勿牽扯到導管。 (4) 用無菌棉籤沾 0.9%N/S 清除凝固的血塊或分泌物。 (5) 以無菌棉籤沾 Beta-Iodine，由臍斷面環狀向外消毒臍導管（範圍依固定導管時，捲繞的長度而定，至	一人協助固定與安撫，一人執行敷料更換 一手固定導管，一手小心地將 Tegaderm 撕開；視情況更換人工皮。

主題名稱	臍導管護理	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q02-W-C15	版本	第 3.5 版	頁碼/總頁數	3/7

步驟	說明
少 5 公分) 之後, 再取一支無菌棉籤沾 Beta-Iodine, 由臍根部到臍周圍 (範圍依病人腹部及黏貼範圍而定, 至少 5 公分), 使消毒液充分留置至少 30 秒。 (6) 再使用無菌棉籤沾 0.9%N/S 重複相同動作。 (7) 確認導管位置, 將導管捲繞一圈後, 以 Tegaderm 黏貼固定。 (8) 局部若有滲液或滲血時應請醫師評估是否再綁一圈綁線固定。	1. 先從臍根開始往外消毒 2. 消毒範圍直徑至少 5 公分 3. 重複相同動作, 去除導管及皮膚上的優點溶液, 並擦拭乾淨且乾燥 4. 確認導管位置以 Tegaderm 固定導管  預防臍導管少量滲血, 可以裁減無菌小紗布局部加壓後再貼 Tegaderm 固定。
12. 照護重點： (1) 保持 Tegaderm 固定牢固, 避免管路牽扯。 (2) 隨時觀察臍導管部位是否有滲血、滲液, 若局部有潮濕或膠布鬆脫時, 應立即換藥, 重新固定。 (3) 當臍導管部位有出血、紅、腫等發炎現象, 應通知醫師並記錄。 (4) 若放置臍動脈導管者, 應隨時觀察末梢肢體膚色及血循情形, 並監測動脈血壓(ABP)。 (5) 如同時留置臍動脈與臍靜脈, 須分別於標籤上註明是 UA (或 UV), 並貼於導管上以示區別。 (6) 躁動病嬰須加強安撫, 避免拉扯管路而造成滑脫。 (7) 每班交班並確認臍導管尺寸、固定位置及放置日期。 (8) 每三天請醫師評估是否移除導管並重新更換。	留置期限：3 天。

(四) 異常狀況處理說明

異常狀況	處理對策
末梢循環變差： 新生兒末梢循環變差會出現下列症狀： 1. 四支末梢變白或發紺。	1. 通知醫師, 立即拔除。 2. 評估新生兒狀況, 視需要立即處理。 3. 評估病人是否有相關合併症。

主題名稱	臍導管護理	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-C15	版本	第 3.5 版	頁碼/總頁數	4/7

異常狀況	處理對策
2. 下肢發紺。 3. 自臍部以下身軀膚色變白或發紺。	4. 評估是否重新放置臍導管或其他管路。
滑脫： 臍導管滑脫（包含自拔）可能原因：新生兒躁動、敷料鬆脫、綁線鬆脫或滲液，或不小心拉扯等因素造成滑脫。	1. 評估病人狀況，是否需做立即處理。 2. 通知醫師評估臍導管是否重新放置。 3. 擺位或執行照護措施時避免拉扯。 4. 於 HIS 系統完成異常事件通報。
阻塞： 臍導管管阻塞可能原因：前端接頭關閉、藥物結晶、血液凝結。	1. 先以空針反抽或用 0.9%N/S 沖管的方式來確認導管是否通暢，若仍無法暢通，評估是否拔除重新放置。 2. 加強照護措施宣導：更換輸液套或管路接頭時要記得開啟並確認輸液順暢，給予高濃度藥物或易結晶藥物如 Dilantin 時要確實檢查管路是否暢通。
感染：臍導管是引起壞死性腸炎(NEC)的因素。 NEC 症狀：新生兒或早產兒持續腹脹，胃內餘液性狀渾濁、有異味、血便、血液檢驗 CRP 值上升等。	1. 拔除導管，改留置 PCVC 或 CVP。 2. 追蹤血液檢驗 CRP 值的變化。 3. 抗生素使用。

（五）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

（略）

五、流程圖

（略）

六、參考資料

- （一）簡百秀(2017)．兒童菌血症、抗微生物藥物抗藥性與處方型態分析：前瞻性觀察之前驅研究．台北：華藝。
- （二）台大小兒科部編輯委員群(2014)．實用新生兒科醫療手冊．台北：金名。

主題名稱	臍導管護理	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-C15	版本	第 3.5 版	頁碼/總頁數	5/7

七、附件

(略)

主題名稱	臍導管護理	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-C15	版本	第 3.5 版	頁碼/總頁數	6/7

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
89.02.15	1.0	新制定。	89 年 02 月 15 日新生兒加護病房工作手冊制定小組會議通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
100.04.06	2.1	增加敷料更換流程與圖片。	100 年 04 月 06 日護理部照護標準委員會通過。
101.06.06	2.2	修改目的。	101 年 06 月 06 日護理部照護標準委員會通過。
102.02.26	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
103.06.30	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.06.02	3.1	1. 第三項說明內容 HIS2008 一律統稱為 HIS 系統。 2. 第三項第（四）目異常狀況處理說明刪除：通報並填寫管路自拔/滑脫意外事件表單呈報；改為~於 HIS 系統完成異常事件通報。 3. 新增第六項參考資料。	104 年 06 月 02 日護理部照護標準委員會通過。
105.06.07	3.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
106.06.05	3.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.13	3.2	第三項第四目處理對策錯別字修訂。	107 年 06 月 13 日護理長會議通過。
108.06.06	3.3	第三項第五日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 06 月 06 日照護標準組會議通過；108 年 06 月 12 日護理長會議通過；108 年 06 月 18 日督導會議通過公

主題名稱	臍導管護理	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-C15	版本	第 3.5 版	頁碼/總頁數	7/7

修正日期	版本	修正說明	備註
			布。
109.06.16	3.4	1. 第三項第二目之 1(1)(3)說明內容修訂。 2. 第三項第三目說明內容修訂。	109 年 06 月 04 日照護標準組會議通過；109 年 06 月 10 日護理長會議通過；109 年 06 月 16 日督導會議通過公布。
110.07.08	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.06.02	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.07.04	3.5	更新第六項參考資料。	112 年 06 月 08 日照護標準組會議通過；112 年 06 月 14 日護理長會議通過；112 年 07 月 04 日督導會議通過公布。
113.04.30	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.06.05	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	