

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	痰液採檢標準 Sputum Picks Examines Standard				
	編號	制定者	公布日期	修正日期	檢閱日期
	A31000-Q02-W-I08	N16 蔡富卿	102 年 04 月 15 日	113 年 12 月 17 日	114 年 10 月 02 日
	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	
版本/總頁數	第 1.5 版/7 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	

一、目的

為使護理人員能正確執行痰液採檢標準。

二、範圍

全院護理單位。

三、說明

(一) 病人可自咳之痰液檢驗

1. 核對電腦 HIS 系統／護理執行，核對處方名稱、每次量、單位、使用頻率／核對狀態，核簽“正確”。
2. 向病人解釋採集痰液目的。
3. 指導病人採樣前先用開水漱口數次（不要使用市售漱口水），咳痰時應用力，咳出肺部深處的痰，而且需避免咳出唾液（口水）、喉嚨分泌物、鼻涕及食物殘渣等造成檢體的污染。
4. 將痰液直接咳入無菌收集瓶（如圖一）內（咳出的痰液量應儘量不少於 5c.c），將瓶蓋鎖緊，避免痰液流出，貼上病人檢驗條碼標籤，再將收集瓶放入雙層檢體袋中，完成護理系統／「護理執行」／「執行狀態」核簽“已執行”。
5. 至檢驗檢體傳送系統，以條碼器刷入檢體條碼，按完成後，產生總包條碼貼於檢體袋外，再放入非透明之檢體盒內，通知傳送人員以檢體傳送包運送至檢驗科。

主題名稱	痰液採檢標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-I08	版本	第 1.5 版	頁碼/總頁數	2/7



圖一：無菌收集瓶

(二) 病人無法自咳之痰液檢驗

1. 核對電腦 HIS 系統／護理執行，核對處方名稱、每次量、單位、使用頻率／核對狀態，核簽“正確”。
2. 向病人及家屬解釋抽痰採集痰液目的。
3. 測試抽吸壓力及功能，測試抽痰機並調整適當吸力（成人 120-150 mmHg，小孩 100-120 mmHg）。
4. 抽吸前後給予病人 100% O₂ 一分鐘或 2 次深呼吸。
5. 取出抽痰管並接好痰液收集器。
6. 每次抽吸時間成人不超過 15 秒，小孩不超過 5-10 秒。
7. 抽吸完畢將痰液收集器（如圖二）蓋上瓶蓋，貼上病人檢驗條碼標籤，再將痰液收集器放入雙層檢體袋中，完成護理系統／「護理執行」／「執行狀態」核簽“已執行”。
8. 至檢驗檢體傳送系統，以條碼器刷入檢體條碼，按完成後產生總包條碼貼於袋外，再放入非透明之檢體盒內，通知傳送人員以檢體傳送包運送至檢驗科。



圖二：痰液收集器

主題名稱	痰液採檢標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-I08	版本	第 1.5 版	頁碼/總頁數	3/7


操作圖示：



A.痰液收集瓶組裝



B.病人抽吸痰液



C.痰液收集瓶完成

(三) 實施及修訂

主題名稱	痰液採檢標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-I08	版本	第 1.5 版	頁碼/總頁數	4/7

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(略)

七、附件

(略)

主題名稱	痰液採檢標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-I08	版本	第 1.5 版	頁碼/總頁數	5/7

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
102.04.15	1.0	新制定。	102 年 04 月 15 日護理部照護標準委員會通過；102 年 04 月 15 日公布。
103.10.07	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.10.06	1.1	第三項說明內容 HIS2008 一律統稱為 HIS 系統。	104 年 10 月 06 日護理部照護標準委員會通過。
105.10.04	1.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
106.10.02	1.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	1.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.10.17	1.2	第三項第一目之 4、第二目之 7 說明內容將病人資料標籤改為病人檢驗條碼標籤及更新痰液收集器圖片。	107 年 10 月 17 日護理長會議通過。
108.11.05	1.3	第三項第三日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 10 月 03 日照護標準組會議通過；108 年 10 月 09 日護理長會議通過；108 年 11 月 05 日督導會議通過公布。
109.10.08	1.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.10.19	1.4	第二項新增（含中興分院）。	110 年 10 月 07 日照護標準組會議通過；110 年 10 月 13 日護理長會議通過；110 年 10 月 19 日督導會議通過公

主題名稱	痰液採檢標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-I08	版本	第 1.5 版	頁碼/總頁數	6/7

修正日期	版本	修正說明	備註
			布。
111.10.06	1.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.10.26	1.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.12.17	1.5	1. 第二項刪除（含中興分院）。 2. 第三項第一目之 4-5.及第三項第二目之 7-8.說明內容修訂檢體送檢流程。	113 年 10 月 15 日照護標準組會議通過;113 年 12 月 11 日護理長會議通過;113 年 12 月 17 日督導會議通過公布。
114.10.02	1.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

主題名稱	痰液採檢標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-I08	版本	第 1.5 版	頁碼/總頁數	7/7

修正日期	版本	修正說明	備註