

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	醫材送供應中心滅菌原則 Principles of Medical Devices Sent to Central Supply Room to Sterilize				
編號	A31000-Q02-W-J01	制定者	賴怡如	公布日期	98 年 03 月 30 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	115 年 01 月 06 日
版本/總頁數	第 4.0 版/12 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 01 月 06 日

一、目的

- (一) 為使各單位可順利送換消及領回代消醫材。
- (二) 確保醫材之滅菌完整性及無菌品質之維護。
- (三) 保護院內病人、家屬、員工，避免交互感染，預防院內感染發生。

二、範圍

全院各單位（含中興分院）。

三、說明

(一) 高壓蒸氣換消醫材

1. 預換消之醫材，清洗乾燥後放入各單位專屬之髒污器械箱，待供應中心人員回收。
2. 單位確認預更換之醫材品項及數量，於 HIS 供應中心滅菌追蹤管理系統進行 Key 單，早上進行醫材更換，請於 6:00 前 Key 單完成；下午進行醫材更換，請於 13:30 前 Key 單完成，操作流程如下：供應中心滅菌追蹤管理系統→更換申請→申請部門→更換→依醫材選擇並點選+號→數量編修→存檔完成（圖一及圖二）。

項目代碼	項目名稱	增
C0001	CD碗	+
C0003	彎盆	+
C0004	大彎盆	+
C0005	泡罐罐	+
C0006	小棉球罐	+
C0007	大棉球罐	+
C0008	美容拆線包	+
C0009	蘭絲縫合包	+
C0010	臉部整型包	+
C0011	手部整型包	+
C0012	皮膚切片包	+
C0013	靜切包	+
C0014	Angio包	+

主題名稱	醫材送供應中心滅菌原則	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-J01	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	2/12

圖一、供應中心滅菌追蹤管理系統畫面

急	項目代碼	項目名稱	分類	數量	刪
☒	C0001	CD碗	更換	1	

圖二、供應中心滅菌追蹤管理系統數量編修畫面

3. 供應中心外送人員，依單位申請數量至單位回收髒污及發送無菌醫材（以髒污器械之運送專車及無菌物品運送專車分別載送）。

（二）高壓蒸氣滅菌代消醫材

1. 請單位送供應中心前先確認代消醫材已完成清洗及乾燥。若由單位自行包裝，應依規範進行包裝（213014-Q01-W-005）。
2. 依品項填寫「供應中心高壓代消單」，並清楚填寫申請日期、申請單位名稱及單位送出者全名（表單一）。
3. 由傳送人員或單位工作人員將代消醫材及「供應中心高壓代消單」第一聯（白聯）送到供應中心，第二聯（藍色）由單位留存；中興院區則將代消醫材及「供應中心高壓代消單」第一聯（共二份）放入白色整理箱中運送至供應中心進行處理，第二聯由單位留存。
4. 供應中心人員收件後確認品項與數量是否正確，若單位數量與品項無誤，即在「供應中心高壓代消單」第一聯供應中心簽收者處簽名，並進行包裝及滅菌，若有疑慮立即與送消單位連繫並退還給原單位，確認品項數量無誤後，再重新送消。
5. 若為急件，請於「供應中心高壓代消單」右上註明「急件」（表單一）。滅菌完成後，待滅菌參數、化學指示劑及過程挑戰包結果皆通過，供應中心電聯單位請單位傳呼傳送人員或單位工作人員親自前來領取。
6. 一般原則，當天送消隔日可取得代消醫材。發放時供應中心無菌物品儲存區工作人員應填寫『供應中心請領物品簽收單』，每日早、午由供應中心外送人員將代消醫材配送回單位，單位工作人員確認品項數量無誤於「供應中心高壓代消單」（白聯）上的單位經領處簽名，此白聯留存供應中心一個月作為紀錄保存；

主題名稱	醫材送供應中心滅菌原則	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-J01	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	3/12

中興院區代消醫材隨「供應中心高壓代消單」白聯一份放入紅色整理箱中運送至中興院區，另一白聯留存供應中心一個月作為紀錄保存。

7. 若單位留存之「供應中心高壓代消單」不慎遺失，確定物品尚未領回可至供應中心填寫「單位代消單遺失簽收單」後可領回（表單二）。

（三）環氧乙烷(Ethylene Oxide Gas)滅菌代消醫材

1. 送供應中心前確認代消醫材已完成清洗及乾燥。若由單位自行包裝，應依規範進行包裝(213014-Q01-W-005)。
2. 依品項填寫「供應中心 EtO 代消單」，清楚填寫申請日期、申請單位名稱及單位送出者全名（表單三）。
3. 由傳送人員或單位工作人員將代消醫材及「供應中心 EtO 代消單」第一聯（白聯）送到供應中心，第二聯（黃色）由單位留存；中興院區則將代消醫材及「供應中心 EtO 代消單」第一聯（共二份）放入白色整理箱中運送至供應中心進行處理，第二聯由單位留存。
4. 供應中心人員收件後確認品項與數量是否正確，若單位數量與品項無誤，即在「供應中心 EtO 代消單」第一聯供應中心簽收者處簽名，並進行包裝及滅菌，若有疑慮立即與送消單位連繫並退還給原單位，確認品項數量無誤後再重新送消。
5. 若為急件請於「供應中心 EtO 代消單」的右上註明“急件”（表單三）。
6. 在滅菌鍋的容量及時間許可下，會在當天入鍋，急件最快隔天的下午可領回（仍需等待培養 4 小時後呈陰性才可發至單位使用）；因為環氧乙烷滅菌時間為 3 小時，曝氣時間至少 12 小時，原則送消後 2-4 天可取得代消醫材。
7. 代消醫材發放時，供應中心無菌物品儲存區工作人員應填寫『供應中心請領物品簽收單』，每日早、午由供應中心外送人員將代消醫材配送回單位，單位工作人員確認品項數量無誤於「供應中心 EtO 代消單」(白聯)上的單位經領處簽名，此白聯留存供應中心一個月作為紀錄保存；文心院區代消醫材以紅色整理箱運送至文心院區，白聯留存供應中心一個月作為紀錄保存；中興院區代消醫材隨

主題名稱	醫材送供應中心滅菌原則	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-J01	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	4/12

「供應中心 EtO 代消單」白聯一份放入紅色整理箱中運送至中興院區，另一白聯留存供應中心一個月作為紀錄保存。

8. 若單位留存之「供應中心 EtO 代消單」不慎遺失，確定物品尚未領回可至供應中心填寫「單位代消單遺失簽收單」後可領回。

（四）不明特殊病原體曝觸之器械之裝載及運送

1. 器械之預處理：工作人員著 PPE，並使用器械保濕劑噴灑於器械表面保持器械濕潤。
2. 器械之裝載及運送：
 - (1) 換消器械：以雙層生物醫療廢棄物垃圾袋裝載器械，放入單位髒污器械專用箱中，待供應中心工作人員以髒污器械之運送專車送至供應中心進行再處理。
 - (2) 代消醫材：以雙層感染性垃圾袋裝載代消器械，再放入感染性器械專用傳送箱，送至供應中心進行再處理。感染性器械專用傳送箱於供應中心進行清潔及消毒後帶回單位。

（五）實施及修訂


本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

- （一）供應中心高壓代消單。
- （二）單位代消單張遺失簽收單。
- （三）供應中心 EtO 代消單。


主題名稱	醫材送供應中心滅菌原則	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-J01	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	5/12

五、流程圖




圖三、換消醫材送供應中心流程圖

主題名稱	醫材送供應中心滅菌原則	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-J01	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	6/12



主題名稱	醫材送供應中心滅菌原則	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-J01	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	7/12



圖四、代消醫材送供應中心流程圖

主題名稱	醫材送供應中心滅菌原則	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-J01	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	9/12

六、參考資料

(略)

七、附件

(略)

主題名稱	醫材送供應中心滅菌原則	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-J01	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	10/12

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
98.03.30	1.0	新制定。	98 年 03 月 30 日 護理部照護標準 委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
101.12.05	2.1	刪除說明內容:氧化乙烯滅菌鍋星期二、四、六為開 刀房專用；星期三為導管室專用；星期日、一、 五為全院病房單位的氧化乙烯代消物品專用日。	101 年 12 月 05 日 護理部照護標準 委員會通過。
102.02.26	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年 度臨時檢閱。	
102.12.03	3.1	說明內容部份增修 新增說明(一)4.內容:供應中心人員收單後確認件 數與名稱是否符合，若單位數量與名稱無誤即進 行包裝及滅菌，並在「供應中心高壓代消單」署 名日期及負責人員，若有疑問立即與送消單位連 繫並退還給原單位，確認無誤後再重新送消。	102 年 12 月 03 日 護理部照護標準 委員會通過。
103.06.30	3.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
103.12.02	3.2	1. 第三項第(一)目之 6 部份內容增修。 2. 第三項第(二)目之 6、7 部份內容增修。	103 年 12 月 02 日 護理部照護標準 委員會通過。
104.10.06	3.3	1. 原主題名稱：供應中心代消物品送消原則；改 為：醫材送供應中心滅菌原則。 2. 第三項第(二)目之 6、部份內容增修。	104 年 10 月 06 日 護理部照護標準 委員會通過。
105.10.04	3.4	第一項及第三項部份內容修辭。	105 年 10 月 04 日 護理部照護標準 委員會通過。
106.10.02	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.12.13	3.5	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 全文氧化乙烯變更為環氧乙烷。 3. 第三項第二目之 6：滅菌鍋 1 天只有開 1 鍋， 且需要 12 小時的曝氣時間，原則送消後 2-4	107 年 12 月 13 日 照護標準組會議 通過；108 年 01 月 09 日護理長會

主題名稱	醫材送供應中心滅菌原則	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-J01	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	11/12

修正日期	版本	修正說明	備註
		天，變更為滅菌時間為 3 小時，曝氣時間至少 12 小時，原則送消後 2-4 天可取得代消品。 4. 第三項第三目本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	議通過；108 年 01 月 22 日督導會議通過公布。
108.05.31	3.6	1. 第三項第一目及第二目之 2：修訂送件人員為送出全名。 2. 第三項第一目及第二目之 3：刪除單位及護理人員改為單位工作人員。 3. 第三項第一目之 6 及第二目之 7 新增說明文	108 年 06 月 06 日照護標準組會議通過；108 年 06 月 12 日護理長會議通過；108 年 06 月 18 日督導會議通過公布。
108.11.05	3.7	1. 主題名稱英文修訂。 2. 第二項刪除（含中興分院）。 3. 第三項第一目及第二目部分修辭並新增單位自行包裝之規範。	108 年 10 月 03 日照護標準組會議通過；108 年 10 月 09 日護理長會議通過；108 年 11 月 05 日督導會議通過公布。
109.10.08	3.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.10.19	3.8	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項說明內容部分修辭。 3. 第三項第一目之 6 及第二目之 7 新增中興院區代消事項。	110 年 10 月 07 日照護標準組會議通過；110 年 10 月 13 日護理長會議通過；110 年 10 月 19 日督導會議通過公布。
111.10.06	3.8	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.10.26	3.8	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.05.21	3.9	第三項第二目之 7.新增文心院區代消醫材以紅色整理箱運送至文心院區，白聯留存供應中心一個月作為紀錄保存。	113 年 05 月 08 日護理長會議通過；113 年 05 月 21 日督導會議通過公布。

主題名稱	醫材送供應中心滅菌原則	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-J01	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	12/12

修正日期	版本	修正說明	備註
115.01.06	4.0	1.第三項第二、三目及第五項內容部分修辭。 2.新增第三項第一目高壓蒸氣換消醫材內容。 3.新增第三項第四目不明特殊病原體曝觸之器械之裝載及運送內容。 4.新增換消醫材送供應中心流程圖、單位不明特殊病原體曝觸之器械傳送至供應中心流程圖。 5.編修代消醫材送供應中心流程圖。	114 年 10 月 02 日照護標準組會議通過；114 年 12 月 10 日護理長會議通過；115 年 01 月 06 日督導會議通過公布。