

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	護理單位衛材管理辦法				
	Nursing Unit Health Material Policing Method				
編號	A31000-Q02-W-K01	制定者	賴怡如	公布日期	98 年 02 月 28 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	115 年 01 月 06 日
版本/總頁數	第 4.3 版/5 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 01 月 06 日

一、目的

維護單位無菌衛材儲存的品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。


三、說明

- （一）無菌衛材儲存在固定且密閉式的空間並保持乾淨避免潮濕（圖一）。
- （二）所有的無菌衛材均應標明有效日期，櫃內無過期的無菌衛材（圖二），高價及自費衛材依資材組規定於有效期限前 13-14 個月退回庫房處理。
- （三）無菌衛材應採先進先出方式管理，日期優先到期者放左側前方，優先使用，拿取方向為由前至後，由左至右（圖三），手部潮濕的情況下不可觸摸無菌衛材。
- （四）無菌衛材的儲存必須避免擠壓或彎曲，易導致無菌衛材功能損壞或包裝破損。
- （五）溫度須保持在 $\leq 26^{\circ}\text{C}$ ，相對溼度應保持在 70%以下。
- （六）無菌衛材有效日期計算如下
 1. 原裝衛材之有效日期，依原廠標示日期為主。
 2. 自製衛材有效日期標示為起訖日，製造日期符號為 ，有效期限符號為 
 - （1）高壓管袋類滅菌後可保存 3 個月(90 天)。
例如：滅菌日為 4 月 1 日，則有效日期為 6 月 29 日。
 - （2）環氧乙烷(EtO)管袋滅菌後可保存 6 個月(180 天)。
例如：滅菌日為 4 月 1 日，則有效日期為 9 月 26 日。

主題名稱	護理單位衛材管理辦法	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-K01	版本	第 4.3 版	頁碼/總頁數	2/5

(3) 低溫電漿過氧化氫(H₂O₂)管袋滅菌後可保存 18 個月(540 天)。

例如：滅菌日為 4 月 1 日，則有效日期為隔年 10 月 22 日。

項目	說明
	圖一、儲存在固定且密閉式的空間
	圖二、均標明有效日期
	圖三、優先到期者放前面，優先使用 拿取方向：由左至右，由前至後

(七) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

主題名稱	護理單位衛材管理辦法	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-K01	版本	第 4.3 版	頁碼/總頁數	3/5

(略)

七、附件

(略)

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
98.02.28	1.0	新制定。	98 年 02 月 28 日通過護理部照護標準委員會。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
101.12.05	2.1	新增說明(六)3.電漿鍋有效期限為消毒日+1 年 6 個月。 例如：消毒日為 1 月 21 日，則有效日期為隔年 7 月 21 日。	101 年 12 月 05 日通過護理部照護標準委員會。
102.02.26	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
102.12.03	3.1	說明內容部份修詞及新增參考資料醫院供應中心業務手冊。	102 年 12 月 03 日護理部照護標準委員會通過。
103.06.30	3.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
103.12.02	3.2	第三項第(五)目內容修詞。	103 年 12 月 02 日護理部照護標準委員會通過。
104.04.07	3.3	第三項第(六)目新增高壓包布類。	104 年 04 月 07 日護理部照護標準委員會通過。
104.10.06	3.4	第一項目的內容部份增修。	104 年 10 月 06 日護理部照護標準委員會通過。
105.10.04	3.5	第三項第(六)目無菌衛材有效日期計算部份內容刪修。	105 年 10 月 04 日護理部照護標準委員會通過。

主題名稱	護理單位衛材管理辦法	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-K01	版本	第 4.3 版	頁碼/總頁數	4/5

修正日期	版本	修正說明	備註
106.10.02	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
106.12.27	3.6	第三項第二目新增：高價及自費衛材依資材組規定於有限期限前 13-14 個月退回庫房處理。	106 年 12 月 27 日護理長會議通過。
107.06.29	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.12.13	3.7	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第五目溫度由 18-24°C 變為 22-26°C，溼度由 35-65%變更為 70%以下。 3. 刪除第三項第六目之 1。 4. 第三項第六目之 2 氧化乙烯改為環氧乙烷。 5. 第三項第六目之 4 新增低溫。 6. 第三項第七目本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	107 年 12 月 13 日照護標準組會議通過；108 年 01 月 09 日護理長會議通過；108 年 01 月 22 日督導會議通過公布。
109.01.21	3.8	1. 第三項第二目文字修訂。 2. 第三項第三目新增說明內容。 3. 第三項第六目消毒更改為滅菌。 4. 第三項第六目之 3 新增說明文字過氧化氫 (H ₂ O ₂)。	108 年 12 月 19 日照護標準組會議通過；109 年 01 月 08 日護理長會議通過；109 年 01 月 21 日督導會議通過公布。
109.12.22	3.9	1. 第三項第三目新增說明內容：手潮濕的情況下不可觸摸無菌衛材。 2. 第三項第四目內文部分增修。	109 年 12 月 03 日照護標準組會議通過；109 年 12 月 09 日護理長會議通過；109 年 12 月 22 日督導會議通過公布。
110.12.02	3.9	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

主題名稱	護理單位衛材管理辦法	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-K01	版本	第 4.3 版	頁碼/總頁數	5/5

修正日期	版本	修正說明	備註
112.02.07	4.0	第三項第六目新增原裝衛材之有效日期，依原廠標示日期為主。	111 年 12 月 08 日照護標準組會議通過；111 年 12 月 14 日護理長會議通過；112 年 02 月 07 日督導會議通過公布。
113.01.09	4.1	EO 變更為 EtO。	112 年 12 月 07 日照護標準組會議通過；112 年 12 月 20 日護理長會議通過；113 年 01 月 09 日督導會議通過公布。
113.05.21	4.2	1. 第三項第五目溫度由 22-26°C 之間變為 $\leq 26^{\circ}\text{C}$ 。 2. 變更第三項第六目日期計算方式，1 個月以 30 天計算、3 個月以 90 天計算、6 個月為 180 天、18 個月為 540 天。	113 年 05 月 08 日護理長會議通過；113 年 05 月 21 日督導會議通過公布。
115.01.06	4.3	1. 第三項第六目部分修辭，增加起訖日符號說明。 2. 更新圖二之圖示。 3. 刪除參考資料。	114 年 12 月 04 日照護標準組會議通過；114 年 12 月 10 日護理長會議通過；115 年 01 月 06 日督導會議通過公布。