

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	護理單位器械管理辦法 Nursing Unit Equipment Management Practices				
編號	A31000-Q02-W-K02	制定者	賴怡如	公布日期	98 年 02 月 28 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	115 年 01 月 06 日
版本/總頁數	第 4.0 版/6 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 01 月 06 日

一、目的

維護單位無菌器械儲存的品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

- （一）無菌器械儲存在固定且密閉式的空間並保持乾淨避免潮濕（圖一）。
- （二）所有的無菌器械均應標明有效日期，護理單位應定期檢視，確保櫃內無過期之無菌器械（圖二）。
- （三）無菌器械應採先進先出方式管理，日期優先到期者放前面左側，優先使用，拿取方向為由前至後，由左至右（圖三）。手部潮濕的情況下不可觸摸無菌物品。
- （四）無菌物品的儲存必須避免擠壓或彎曲，易導致無菌物品功能損壞或包裝破損。
- （五）貯存溫度須保持在 $\leq 26^{\circ}\text{C}$ ，相對溼度應保持在 70%以下。
- （六）無菌器械有效日期計算如下
 1. 病房單位之高壓包布類滅菌後可保存 7 天。
例如：滅菌日為 4 月 1 日，則有效日期為 4 月 7 日。
 2. 供應中心供給開刀房之高壓包布類滅菌後可保存 14 日。
例如：滅菌日為 4 月 1 日，則有效日期為 4 月 14 日。
 3. 高壓管袋類滅菌後可保存 3 個月(90 天)
例如：滅菌日為 4 月 1 日，則有效日期為 6 月 29 日。
 4. 環氧乙烷(EtO)管袋類滅菌後可保存 6 個月(180 天)。

主題名稱	護理單位器械管理辦法	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-K02	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	2/6


例如：滅菌日為 4 月 1 日，則有效日期為 9 月 26 日。

5. 低溫電漿過氧化氫(H₂O₂)管袋滅菌後可保存 18 個月（540 天）。

例如：滅菌日為 4 月 1 日，則有效日期為隔年 10 月 22 日。

6. 低溫電漿過氧化氫(H₂O₂)不織布類滅菌後可保存 1 個月（30 天）。例如：滅菌日為 4 月 1 日，則有效日期為 4 月 30 日。

7. 硬式器械盒滅菌後可保存 1 個月（30 天）。例如：滅菌日為 4 月 1 日，則有效日期為 4 月 30 日。

	圖一、儲存在固定且密閉式的空間
	圖二、均應標明有效日期 備註：2025-10-28 為製造日期， 2025-11-03 為有效期限
	圖三、優先到期者放前面，優先使用 拿取方向：由左至右，由前至後

（七）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

主題名稱	護理單位器械管理辦法	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-K02	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	3/6

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(略)

七、附件

(略)

主題名稱	護理單位器械管理辦法	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-K02	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	4/6

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
98.02.28	1.0	新制定。	98 年 02 月 28 日護理部照護標準委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
102.02.26	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
102.12.03	3.1	說明內容部份修詞及新增參考資料醫院供應中心業務手冊。	102 年 12 月 03 日護理部照護標準委員會通過。
103.06.30	3.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
103.12.02	3.2	第三項第(五)目內容修詞。	103 年 12 月 02 日護理部照護標準委員會通過。
104.10.06	3.3	第一項目的內容部份增修。	104 年 10 月 06 日護理部照護標準委員會通過。
105.10.04	3.4	第三項第(六)目無菌器械有效日期計算內容部份刪修。	105 年 10 月 04 日護理部照護標準委員會通過。
106.10.02	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.12.13	3.5	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第三目新增左側。 3. 第三項第四目新增說明。 4. 第三項第六目變更溫濕度數值。 5. 第三項第七目氧化乙烯變更為環氧乙烷，新增低溫電漿不織布及硬式器械盒。 6. 第三項第八日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	107 年 12 月 13 日照護標準組會議通過;108 年 01 月 09 日護理長會議通過;108 年 01 月 22 日督導會議通過公布。

主題名稱	護理單位器械管理辦法	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-K02	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	5/6

修正日期	版本	修正說明	備註
109.01.21	3.6	1. 第三項第三目新增說明內容。 2. 第三項第七目消毒更改為滅菌。 3. 第三項第七目之 3 新增說明文字(EO)。 4. 第三項第七目之 4、5 新增說明文字過氧化氫(H ₂ O ₂)。 5. 變更圖示說明。	108 年 12 月 19 日照護標準組會議通過;109 年 01 月 08 日護理長會議通過;109 年 01 月 21 日督導會議通過公布。
109.12.22	3.7	1. 第三項第二目新增說明內容。 2. 第三項第三目新增說明內容：手潮濕的情況下不可觸摸無菌物品。 3. 第三項第四目說明內容文字修訂。	109 年 12 月 03 日照護標準組會議通過;109 年 12 月 09 日護理長會議通過;109 年 12 月 22 日督導會議通過公布。
110.12.02	3.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.12.08	3.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.01.09	3.8	EO 變更為 EtO。	112 年 12 月 07 日照護標準組會議通過;112 年 12 月 20 日護理長會議通過;113 年 01 月 09 日督導會議通過公布。
113.05.21	3.9	1. 第三項第五目貯存溫度由須保持在 22-26°C 之間變更為≤26°C。 2. 變更第三項第六目日期計算方式，1 個月以 30 天計算、3 個月以 90 天計算、6 個月為 180 天、18 個月為 540 天。	113 年 05 月 08 日護理長會議通過； 113 年 05 月 21 日督導會議通過公布。
115.01.06	4.0	第三項第六目第 7 點：更新圖二並新增圖二之有效期解釋。	114 年 12 月 04 日照護標準組會議通過;114 年 12 月 10 日護理長會議通過;115 年 01 月 06 日督導會議通過公布。

主題名稱	護理單位器械管理辦法	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-K02	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	6/6

修正日期	版本	修正說明	備註