

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	支氣管鏡 Bronchoscopy				
編號	A31000-Q04-W-A05	制定者	RCC 譚靖馨	公布日期	88 年 12 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	112 年 02 月 07 日
版本/總頁數	第 3.8 版/7 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 12 月 04 日

一、目的

讓護理人員了解支氣管鏡之檢查目的、檢查前中後之準備、禁忌症及注意事項，以提昇護理品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）檢查目的

- 1.協助診斷：胸部 X 光之不明異常部位（包括腫塊、肺塌陷、持續存在性肺炎、支氣管內腔是否有擴張、狹窄、變形、腫瘤、阻塞、分泌物及出血等情形）；診斷肺癌分期；鑑別肺的空洞、膿瘍等。
- 2.決定適合於何種手術。
- 3.鑑別與診斷肺部疾病。
- 4.治療方面：可清除阻塞氣道的異物或分泌物、切除或施以電燒灼法於氣管內腔的良性腫瘤。

（二）檢查前準備

- 1.填寫同意書。
- 2.依醫囑禁食 4 小時以上。
- 3.氧氣設備備用。
- 4.周邊血氧監視器(Oximeter)。
- 5.10% Xylocaine 噴劑及 2% Xylocaine 1Amp。

主題名稱	支氣管鏡	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q04-W-A05	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	2/7

6.檢查前予口腔護理及去除活動假牙。

(三) 檢查中護理

- 1.協助醫師準備病人為檢查姿勢。
- 2.氧氣使用並需要 Oximeter 監測。
- 3.使用 10% Xylocaine 噴喉頭。
- 4.當病人無氣管內插管時，協助醫師放入內視鏡於鼻腔喉部時，協助病人身體放鬆，可將眼睛蓋上毛巾，防止被藥物噴灑到眼睛，頭勿轉動，下巴抬高，慢慢呼吸、深呼吸，以助管子順利進入氣管。
- 5.當病人有留置氣管內插管時，需將呼吸器氧氣調至 100%，當放入內視鏡而引發咳嗽時，抽取 2% Xylocaine 由氣管內插管吸入以減少喉頭刺激。

(四) 檢查後護理

- 1.觀察病人有無血痰、咽喉疼痛、咳嗽、呼吸困難之情形。
- 2.告訴病人兩個鐘頭後或作嘔反射恢復後，才可以進食以免噎到。在麻醉消失後才可以進食（進食前先喝少許開水，若無噎到的情形再進食），間隔時間太短易噎到。
- 3.應多向家屬及病人解釋在檢查後兩天內，若痰中帶血可能是因做檢查之故。
- 4.如有接受切片檢查者，術後可能會有短暫少量的血痰或咳血，屬正常的現象，醫師將視情況於切片後再次追蹤 CXR。
- 5.飲食應採軟質飲食，以減少咽喉之不適。

(五) 禁忌症

支氣管鏡檢分為絕對禁忌與相對禁忌兩類：

- 1.絕對禁忌：神智混亂而無法控制的病人，有出血傾向者，低血氧患者（ $PO_2 < 60$ mmHg，或氧氣飽和度 $< 90\%$ 者），急性呼吸性酸中毒者，嚴重心律不整或高血壓控制不佳者，未曾治療之開放性肺結核患者。
- 2.相對禁忌：各種疾病之末期患者，心肺功能不良者，肺動脈高血壓者，氣喘發

主題名稱	支氣管鏡	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q04-W-A05	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	3/7

作或控制不良者，大量咳血者，不易看清視野。肺膿瘍患者，因易使肺感染經支氣管擴散。上腔靜脈症候群患者，因術後易發生喉頭水腫，引起上呼吸道阻塞。

（六）注意事項

檢查後如有發生以下症狀，應立即通知醫護人員：

- 1.咳血量較大，持續不停。
- 2.有劇烈胸痛。
- 3.呼吸困難。
- 4.觀察局部麻醉之反應，如：不安。
- 5.皮膚蒼白。
- 6.發紺。
- 7.呼吸脈搏加速。

（七）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

（略）

五、流程圖

（略）

六、參考資料

（略）

七、附件

主題名稱	支氣管鏡	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q04-W-A05	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	4/7

(略)

主題名稱	支氣管鏡	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q04-W-A05	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	5/7

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
88.12.31	1.0	新制定。	88 年 12 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
101.10.31	2.1	說明內容病患改病人。	101 年 10 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
102.02.08	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
102.10.31	3.1	修改說明內容部份標點符號。	102 年 10 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
103.06.30	3.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
103.10.31	3.2	修改說明(五)禁忌症部份內容。	103 年 10 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
104.10.31	3.3	第三項第(二)、(四)目部份內容刪修。	104 年 10 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
105.10.31	3.4	第三項第(一)目錯別字修正。	105 年 10 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
106.10.31	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.11.14	3.5	第二項新增（含中興分院）。	107 年 11 月 14 日護理長會議通過。
108.06.06	3.6	第三項第七日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 06 月 06 日照護標準組會議通過；108 年 06 月 12 日護理長會議通過；108 年 06 月 18

主題名稱	支氣管鏡	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q04-W-A05	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	6/7

修正日期	版本	修正說明	備註
			日督導會議通過公布。
109.12.03	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.01.04	3.7	第三項第四目之 4 新增說明內容。	110 年 12 月 02 日照護標準組會議通過；110 年 12 月 08 日護理長會議通過；111 年 01 月 04 日督導會議通過公布。
112.02.07	3.8	第三項第二、三目說明內容修訂。	111 年 12 月 08 日照護標準組會議通過；111 年 12 月 14 日護理長會議通過；112 年 02 月 07 日督導會議通過公布。
112.12.07	3.8	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.12.05	3.8	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.12.04	3.8	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

主題名稱	支氣管鏡	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q04-W-A05	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	7/7

修正日期	版本	修正說明	備註