

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	電腦斷層攝影 Computerized Tomography；CT				
	編號	制定者	公布日期	修正日期	檢閱日期
	A31000-Q04-W-A12	M9 李姿月	88 年 12 月 31 日	113 年 01 月 09 日	114 年 12 月 04 日
	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	
版本/總頁數	第 4.1 版/5 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	

一、目的

讓護理人員了解電腦斷層攝影之檢查目的、檢查前準備、檢查中及檢查後護理、禁忌症及注意事項，以提昇護理照護品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）檢查目的

1. 診斷病變的部位，病灶的大小及其型態（如：膿瘍、腫瘤、出血、積水等）。
2. 定位：對腫瘤之正確定位，進行針吸式活體組織切片；對體內膿瘍、囊胞之定位，進行抽吸、引流治療；對肋膜積水之正確定位，進行體外引流；對於腫瘤之分期及放射線治療病灶之立體定位；對於肝腫瘤之正確定位，進行肝腫瘤無線頻率電熱療法；虛擬大腸鏡檢查前之立體定位。
3. 原理：一種產生人體軸面斷層影像的放射線造影術。

（二）檢查前準備

1. 醫師開立醫囑後並列印檢查單；會於預約排程，排定檢查時間。
2. 填寫同意書：經醫師解釋後填寫「電腦斷層攝檢查須知（不需注射對比劑）」；如果病人需注射顯影劑，由醫師解釋後填寫「注射對比劑電腦斷層檢查須知」，若需自費顯影劑則需填寫自費單。
3. 特殊情況處理：
(1)呼吸困難之病人，應維持呼吸道通暢（例如：置放氣管內插管、抽痰、給氧

主題名稱	電腦斷層攝影	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q04-W-A12	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	2/5

等)。

(2)無法合作之病人，應依醫囑給予鎮靜劑（例如：成人常用 Valium IV push，嬰兒常用 Chloral hydrate 經由肛門給藥）。

(3)病情不穩定和長期臥床之病人，需先置入靜脈留置針並接點滴，以利於急救給藥之使用。

4. 若病人需注射顯影劑，請護理人員事先置入靜脈留置針，以利顯影劑之注射；並告知病人檢查前 4-6 小時需 NPO（包括開水）。

5. 檢查當天持 CT 檢查單至核醫一樓醫影部報到→醫影部注射室。

6. 若需注射顯影劑，需有一個月內之 BUN 及 Creatinine Data。

7. 若需做切片、引流等侵入性檢查，另需填寫同意書以及置入靜脈留置針（應依檢查部位決定留置針尺寸）。

（三）檢查中護理

於特殊情況下（如：孩童做檢查），可允許一位家屬在檢查室內陪伴。依檢查部位不同，約需 10 分鐘到 30 分鐘，故需請病人平躺配合。

（四）檢查後護理

1. 注射顯影劑者，需注意有無過敏反應，鼓勵多喝開水，以利顯影劑從腎臟代謝隨著尿液排出。

2. 注射顯影劑者，給予衛教單並確實衛教，電腦斷層攝影是一種 X 光照射，並不會殘留在體內形成輻射源，檢查後即可進行一般日常生活。

（五）禁忌症

1. 已經懷孕或計劃懷孕之病人，則不適合接受檢查。
2. 無法配合檢查者。

（六）注意事項

1. 當使用靜脈注射或口服顯影劑加以確認是否有病變時，有少數病人會產生下列不良反應如：

(1)可能引起局部靜脈或肌肉疼痛。

主題名稱	電腦斷層攝影	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q04-W-A12	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	3/5

(2)輕微過敏反應，如：噁心、嘔吐、腹痛、盜汗、全身不適、發熱感覺、蕁麻疹的全身發癢、呼吸困難等。

(3)嚴重過敏反應，如：休克（發生率一萬分之一）；另外少數特異性體質者，可能發生罕見心肺衰竭死亡（發生率二萬至四萬分之一）。

2. 除此之外，仍有部分病人會因顯影劑注射外漏引起皮膚紅腫或局部靜脈炎，嚴重者才會導致皮膚壞死。

（七）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

（略）

五、流程圖

（略）

六、參考資料

（略）

七、附件

（略）

主題名稱	電腦斷層攝影	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q04-W-A12	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	4/5

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
88.12.31	1.0	新制定。	88 年 12 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
101.10.31	2.1	1.病患改為病人。 2.X 光室改為醫影部。	101 年 10 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
102.02.21	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
102.10.31	3.1	說明內容部份修辭。	102 年 10 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
103.06.30	3.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
103.10.31	3.2	說明內容第三項第二目部份修辭。	103 年 10 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
104.10.31	3.3	第三項第(一)、(四)、(六)目部份內容刪修。	104 年 10 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
105.10.31	3.4	第三項第(二)、(三)、(六)目內容部份修辭。	105 年 10 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
106.06.05	3.5	第三項第(二)目內容部份修辭。	106 年 06 月 05 日護理部照護標準委員會通過。
106.11.07	3.6	第三項第二、三、四目內容說明修正。	106 年 11 月 07 日護理長會議通過。
107.06.29	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.11.14	3.7	1. 第一項說明內容文字修訂。 2. 第二項新增（含中興分院）。 3. 第三項第一目之 1 說明內容文字修訂。	107 年 11 月 14 日護理長會議通過。

主題名稱	電腦斷層攝影	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q04-W-A12	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	5/5

修正日期	版本	修正說明	備註
108.11.18	3.8	第三項第一目之 1 說明內容及文字修訂。 第三項第二目之 3 說明內容及文字修訂。 第三項第七日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 11 月 13 日 護理長會議通過； 108 年 11 月 18 日 督導會議通過公布。
109.12.22	3.9	1. 第三項第一目之 3 刪除部份說明內容。 2. 第三項第二目之 1 刪除部份說明內容。 3. 第三項第二目之 7 新增說明：(應依檢查部位決定留置針尺寸)	109 年 12 月 03 日 照護標準組會議通過；109 年 12 月 09 日 護理長會議通過；109 年 12 月 22 日 督導會議通過公布。
111.01.04	4.0	第三項第二目之 2.新增說明內容。	110 年 12 月 02 日 照護標準組會議通過；110 年 12 月 08 日 護理長會議通過；111 年 01 月 04 日 督導會議通過公布。
111.12.08	4.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.01.09	4.1	第三項第二目之 5.刪除部份說明內容。	112 年 12 月 07 日 照護標準組會議通過；112 年 12 月 20 日 護理長會議通過；113 年 01 月 09 日 督導會議通過公布。
113.12.05	4.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.12.04	4.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	