

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	動態腎/泌尿功能測定 Dynamic Renal/Urinary Function Study				
編號	A31000-Q04-W-A14	制定者	N12 高淑娟 核醫科張白容	公布日期	88 年 12 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	113 年 01 月 09 日
版本/總頁數	第 3.3 版/4 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 12 月 04 日

一、目的

讓護理人員了解核醫有效腎血漿流量(ERPF)之檢查目的、檢查前中後之準備、禁忌症及注意事項，以提昇護理品質。

二、範圍

護理部各單位。

三、說明

(一) 檢查目的

有效腎血漿流量功能測定(ERPF)；兩側腎臟個別腎功能定量分析；尿路阻塞與否之鑑別（須另注射利尿劑）。

(二) 檢查前準備

- 1.檢查前 30 分鐘請病患先喝約 500-800 cc 的開水，並排空膀胱。
- 2.腎功能檢查前請儘量避免使用放射科顯影劑、腎臟穿刺術、碎石術等檢查行為。
- 3.留置靜脈留置針。

(三) 檢查中護理

- 1.病患仰臥在檢查台上，注射 $^{99m}\text{TC-MAG3}$ 則注射後需立刻進行掃描。
- 2.掃描時間約為 30 分鐘。
- 3.掃描期間，應提醒病患絕對不能動。無法合作的受檢者可給適當的鎮靜劑。
- 4.注意有無 $^{99m}\text{TC-MAG3}$ 過敏現象（注射放射線同位素罕見有過敏的情形）。

主題名稱	動態腎/泌尿功能測定	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q04-W-A14	版本	第 3.3 版	頁碼/總頁數	2/4

(四) 檢查後護理

鼓勵病患多喝水、多排尿。

(五) 禁忌症

懷孕及授乳中的婦女。

(六) 注意事項

做完檢查當天因病人體內仍有極少量殘留輻射，若有懷孕婦女及 6 歲以下小朋友

請不要太靠近病人，懷孕護理人員不排照顧此檢查後的病人。

(七) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(一) 核醫造影標準操作指導書 A2P010-IMA-W-050-26050B 動態腎-泌尿功能測定。

七、附件

(略)

主題名稱	動態腎/泌尿功能測定	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q04-W-A14	版本	第 3.3 版	頁碼/總頁數	3/4

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
88.12.31	1.0	新制定。	88 年 12 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
102.02.06	2.1	主題名稱：核醫腎臟造影 99mTC-DTPA 更改為：動態腎／泌尿功能測定。	102 年 02 月 06 日護理部照護標準委員會通過。
102.02.21	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
103.06.30	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.10.31	3.0	定期檢閱，無修正。版本不變動。	
105.10.31	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
106.10.31	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
108.11.18	3.1	第三項第七日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 11 月 13 日護理長會議通過；108 年 11 月 18 日督導會議通過公布。
109.12.22	3.2	第三項第六目新增說明內容：因病人體內仍有極少量殘留輻射。	109 年 12 月 03 日照護標準組會議通過；109 年 12 月 09 日護理長會議通過；109 年 12 月 22 日督導會議通過公布。
110.12.02	3.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

主題名稱	動態腎/泌尿功能測定	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q04-W-A14	版本	第 3.3 版	頁碼/總頁數	4/4

修正日期	版本	修正說明	備註
111.12.08	3.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.01.09	3.3	第三項第二目檢查前準備修訂。	112 年 12 月 07 日照護標準組會議通過；112 年 12 月 20 日護理長會議通過；113 年 01 月 09 日督導會議通過公布。
113.12.05	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.12.04	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	