

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	24 小時攜帶型心電圖記錄器 24hr Holter EKG				
編號	A31000-Q04-W-A17	制定者	CCU 林炳蓁	公布日期	88 年 12 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	113 年 12 月 17 日
版本/總頁數	第 3.3 版/4 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 12 月 04 日

一、目的

讓護理人員了解 24 小時攜帶型心電圖記錄器之檢查目的、檢查前中後之準備、禁忌症及注意事項，以提昇護理品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）檢查目的

藉著攜帶型記錄器，可記錄病人 24 小時內心臟之節率及傳導是否有異常。

（二）檢查前準備

- 1.向病人解釋。
- 2.清潔皮膚。

（三）檢查中護理

- 1.需暫時 24 小時不要洗澡，以免干擾記錄波形。若非要洗澡時請改擦澡，但避免碰觸 EKG 貼片。
- 2.在 24 小時內若感到身體不適，請記錄當時時間及當時所做的活動，以協助判斷。
- 3.避免脫落，若脫落應貼在原來的位置。
- 4.應記錄滿 24 小時後才能拆除，以收集完整資料，以利判讀。

（四）檢查後護理

清除身上的貼片及黏膠。

主題名稱	24 小時攜帶型心電圖記錄器	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q04-W-A17	版本	第 3.3 版	頁碼/總頁數	2/4

(五) 禁忌症

無。

(六) 注意事項

1. 避免碰撞及碰到水。
2. 若病人要作 C-T Scan 或 MRI 之檢查時應暫停記錄，避免被消磁。
3. 衛教病人不要接近微波爐等電磁波較強之家電以免消磁。

(七) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 臺北榮總護理部健康 e 點通(2024)．取自 <https://ihealth.vghtpe.gov.tw/media/429>。

七、附件

(略)

主題名稱	24 小時攜帶型心電圖記錄器	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q04-W-A17	版本	第 3.3 版	頁碼/總頁數	3/4

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
88.12.31	1.0	新制定。	88 年 12 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
101.10.31	2.1	1.說明內容部份修辭。 2.病患改病人。	101 年 10 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
102.02.21	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
103.06.30	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.10.31	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
105.10.31	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
106.10.31	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.11.14	3.1	第二項新增（含中興分院）。	107 年 11 月 14 日護理長會議通過。
108.11.18	3.2	第三項第七目本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 11 月 13 日護理長會議通過； 108 年 11 月 18 日督導會議通過公布。
109.12.03	3.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.12.02	3.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

