

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	冰水試驗 Ice Water Test				
	編號	制定者	公布日期	修正日期	檢閱日期
	A31000-Q04-W-A23	R14 李嘉綺	88 年 12 月 31 日	109 年 12 月 22 日	114 年 12 月 04 日
	護理部	核准者	吳姿蓉	檢閱日期	
	第 3.9 版/5 頁	審查者	劉俞均		

一、目的

讓護理人員了解冰水試驗之檢查目的、檢查前中後之準備、禁忌症及注意事項，以提升護理品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）檢查目的

以冰水灌注，引發膀胱不自主收縮，以評估神經性排尿障礙病人逼尿肌反射的情形、骨盆神經反射弧及做為評估病人自行解尿能力，與是否移除尿管之參考。

（二）檢查前準備

1. 無菌手套一只。
2. 止血鉗(kelly)一支。
3. 無菌 CD 碗二個。
4. 金碘藥水與酒精棉棒數支或 2%chlorhexidine gluconate 棉棒。
5. 60ml 滅菌塑膠空針一支。
6. 生理食鹽水約 300 c.c（溫度維持 20°C 以下，故夏天置於冰箱，冬天則使用室溫即可）。
7. 10ml 空針一支。
8. 存留導尿用物。

（三）檢查中護理

主題名稱	冰水試驗	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q04-W-A23	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	2/5

1. 洗手。
2. 將所需用品放置在治療車帶至病人單位。
3. 核對病人並向病人解釋。
4. 拉上圍簾，並保持光線明亮充足。
5. 協助採適合的姿勢：女性採屈膝仰臥式，男性則平躺。
6. 墊上看護墊或中單。
7. 以無菌技術協助置放留置導尿管排空病人膀胱（若病人已有留置導尿管則免此步驟）。
8. 協助醫師戴無菌手套。
9. 協助醫師消毒尿管前端接口處，並將 Foley 之水囊抽出，留意勿牽扯尿管。
10. 將生理食鹽水倒入 CD 碗中，並備妥無菌區。
11. 協助醫師以無菌技術拿取 60ml 滅菌塑膠空針並抽取生理食鹽水。
12. 醫師打（灌）入冰水後，用止血鉗(kelly)夾住以防止冰水流出（勿牽扯尿管），並觀察病人反應，並同時諮詢是否有冷覺、脹滿感、尿意感。
13. 視檢查結果決定是否重新留置導尿管。

（四）檢查後護理

1. 整理環境與病人單位。
2. 洗手。
3. 記錄時間，打入冰水量及病人反應。

（五）禁忌症

泌尿道感染。

（六）注意事項

記錄方式：

3+：快速（20 秒內）灌入 90c.c 冰水後，將尿管夾起，觀察一分鐘，尿管被推出。

2+：尿管未被推出，但冰水從尿管四周流出。

1+：再灌入 210c.c 的冰水(總共 300c.c)，灌完觀察一分鐘，有尿管推出或是冰水

主題名稱	冰水試驗	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q04-W-A23	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	3/5

從尿管四周流出的情形。

0：無上述情況。

(七) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 黃玉慧、畢柳鶯(2020)．神經性排尿障礙之處置．於連倚南總編輯，復健及物理醫學（二版，553 頁）．合記。

七、附件

(略)

主題名稱	冰水試驗	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q04-W-A23	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	4/5

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
88.12.31	1.0	新制定。	88 年 12 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
101.10.31	2.1	說明內容部份修辭。	101 年 10 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
102.02.21	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
102.10.31	3.1	說明內容刪除：Dis Water。	102 年 10 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
103.06.30	3.1	年度檢閱，無修改。版本不變動。	
103.10.31	3.2	更新參考資料。	103 年 10 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
104.10.31	3.3	1. 第三項第(六)目內容部份刪修。 2. 更新第六項參考資料。	104 年 10 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
105.10.31	3.4	第三項第(二)(三)(六)目內容部份刪修。	105 年 10 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
106.11.07	3.5	第三項第二、三目內容說明修正。	106 年 11 月 07 日護理長會議通過。
107.06.13	3.6	1. 第三項第一目內容說明修正 2. 第三項第二目之 4 內容說明新增：或 2% chlorhexidine gluconate 棉棒。	107 年 06 月 13 日護理長會議通過。
107.11.14	3.7	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第一目患者改為病人。	107 年 11 月 14 日護理長會議通過。
108.11.18	3.8	1. 第三項第三目之 4 內容部份刪修。 2. 第三項第七日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 11 月 13 日護理長會議通過； 108 年 11 月 18 日督導會議通過公

主題名稱	冰水試驗	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q04-W-A23	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	5/5

修正日期	版本	修正說明	備註
			布。
109.12.22	3.9	第六項更新參考資料。	109 年 12 月 03 日照護標準組會議通過;109 年 12 月 09 日護理長會議通過;109 年 12 月 22 日督導會議通過公布。
110.12.02	3.9	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.12.08	3.9	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.12.07	3.9	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.12.05	3.9	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.12.04	3.9	年度檢閱，無修正。版本不變動。	