

# 中山醫學大學附設醫院

| 主題名稱   | 磁振造影檢查<br>Magnetic Resonance Image；MRI |     |        |      |                 |
|--------|----------------------------------------|-----|--------|------|-----------------|
| 編號     | A31000-Q04-W-A28                       | 制定者 | ER 盧育汶 | 公布日期 | 88 年 12 月 31 日  |
| 制定單位   | 護理部                                    | 核准者 | 吳姿蓉    | 修正日期 | 109 年 12 月 22 日 |
| 版本/總頁數 | 第 3.6 版/6 頁                            | 審查者 | 劉俞均    | 檢閱日期 | 114 年 12 月 04 日 |

## 一、目的

讓護理人員了解磁振造影之檢查目的、檢查前中後之準備、禁忌症及注意事項，以提昇護理品質。

## 二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

## 三、說明

### （一）檢查目的

磁振造影是利用磁場的作用以取得病灶部位的影像，以供醫師診斷，所以沒有任何的副作用，在診斷腫瘤、血管異常、肌肉組織等，有絕佳的診斷效果。針對某些疾病診斷之需要，需注射含釷對比劑，以利病灶之顯現。

### （二）檢查前評估

#### 1. 禁忌症：MR unsafe（以下情形不建議接受磁振造影檢查）

- (1)體內裝置心臟節律器（MR Compatible 心臟節律器除外）、植入式心臟去顫器。
- (2)體內裝置電子或電磁驅動植入物或設備（人工電子耳...）、體內電極。
- (3)體內裝置胰島素或其他藥物輸液幫浦。
- (4)體內裝置神經刺激器或骨骼生長刺激器。
- (5)體內裝置肺動脈導管(Swan-Ganz)。

有以上情形者可能不宜接受本檢查，請主動與您的主治醫師討論

#### 2. MR conditional（需經醫療人員評估是否可接受磁振造影）

|      |                  |      |         |        |     |
|------|------------------|------|---------|--------|-----|
| 主題名稱 | 磁振造影檢查           | 制定單位 |         | 護理部    |     |
| 編號   | A31000-Q04-W-A28 | 版本   | 第 3.6 版 | 頁碼/總頁數 | 2/6 |

- (1)顱內動脈瘤血管夾、血管支架、血管內線圈栓塞手術或血管過濾器
- (2)人工心臟瓣膜
- (3)腦室引流管(☐固定壓力式☐可調整壓力式)
- (4)您是否曾經或是目前仍在鐵工廠上班
- (5)曾遭受外傷且眼睛（或體內）可能留有金屬碎片
- (6)人工關節、鋼釘或鋼片固定、外科手術金屬縫線或其它金屬植入物
- (7)義肢（眼睛、義乳、四肢…）
- (8)體外人工助聽器(檢查時需取下)
- (9)假牙（☐固定型、☐活動型）、牙齒矯正器
- (10)曾食物/藥物過敏（食物/藥物名稱：\_\_\_\_\_）
- (11)腎功能不良，換腎手術、癲癇、氣喘、高血壓、或是糖尿病之病史
- (12)紋眉、紋身、無法取下的金屬飾品
- (13)密閉空間恐懼症

女性受檢者須於評估單上確認：目前是否懷孕、是否正在哺育母乳

### （三）檢查前準備

- 1.醫師向病人解釋檢查的目的、過程、方法及注意事項。
- 2.開立磁振造影檢查單。
- 3.急診、住院病房打電話至檢查室，安排檢查時間；門診由診間醫師進入電腦系統排程或前往醫學影像部櫃台排程。
- 4.病人填寫「磁振造影檢查病人評估單」，並於平板電腦填寫「注射對比劑磁振造影檢查須知」。
- 5.檢查前請先移除身上所有金屬物品，如手錶、項鍊、鑰匙、筆、別針、髮夾、酸痛貼布等，信用卡及金融卡勿攜入檢查室，以維護受檢者安全，避免影響檢查結果和判讀。
- 6.呼吸困難應維持呼吸道暢通（例如：放氣管內插管、抽痰、給氧等）。
- 7.嬰幼兒和無法合作的病人應依醫囑給予鎮靜劑。

|      |                  |      |         |        |     |
|------|------------------|------|---------|--------|-----|
| 主題名稱 | 磁振造影檢查           | 制定單位 |         | 護理部    |     |
| 編號   | A31000-Q04-W-A28 | 版本   | 第 3.6 版 | 頁碼/總頁數 | 3/6 |

8.病人如需注射對比劑，需附三個月內之肌酸酐(Creatinine)報告，並先放置靜脈輸液管路或留置針。

9.檢查前不必禁食（若注射對比劑需NPO4小時）。

10.更換手術衣。

11.病人檢查時，應攜帶病歷，若需注射對比劑，則需填寫病人轉送交班單，以利交班。

12.輪椅或推床（包括氧氣筒、點滴架等任何金屬物品）勿推入MRI室。

#### （四）檢查中護理

1.依病人情況隨時監測生命徵象。

2.隨時觀察病人有無不適。

#### （五）檢查後護理

1.如有注射含釷對比劑可能的不良反應：

(1)可能造成局部靜脈或肌肉疼痛。

(2)對藥物之過敏反應：如噁心、嘔吐、腹痛、盜汗、全身不適、發熱感覺及全身發癢等，上述機率約為萬分之二，雖不多見但可能發生，僅有極少數因藥物過敏而休克致死。

(3)腎功能中、重度異常之病人，注射高劑量含釷之磁振造影對比劑，有可能引起腎因性全身纖維硬化症，尤其是在腎絲球過濾速率(GFR)<30 ml/minute per 1.73 m<sup>2</sup> 的患者或是因為肝腎症候群造成的急性腎衰竭病人。

2.檢查後鼓勵補充水份，有利對比劑排出。

#### （六）注意事項

1.確認病人同意書填寫完整。

2.確認病人身上、衣服上所有金屬物品已移除。

#### （七）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

|      |                  |      |         |        |     |
|------|------------------|------|---------|--------|-----|
| 主題名稱 | 磁共振造影檢查          | 制定單位 |         | 護理部    |     |
| 編號   | A31000-Q04-W-A28 | 版本   | 第 3.6 版 | 頁碼/總頁數 | 4/6 |

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(略)

七、附件

(略)

|      |                  |      |         |        |     |
|------|------------------|------|---------|--------|-----|
| 主題名稱 | 磁振造影檢查           | 制定單位 |         | 護理部    |     |
| 編號   | A31000-Q04-W-A28 | 版本   | 第 3.6 版 | 頁碼/總頁數 | 5/6 |

## 八、文件修正紀錄

| 修正日期      | 版本  | 修正說明                                                                     | 備註                                                  |
|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 88.12.31  | 1.0 | 新制定。                                                                     | 88 年 12 月 31 日護理部照護標準委員會通過。                         |
| 99.08.31  | 2.0 | 配合本院 SOP 格式改版。                                                           |                                                     |
| 101.10.31 | 2.1 | 1.主題名稱刪除：核磁共振掃描；新增：磁振造影檢查。<br>2.說明內容增修。                                  | 101 年 10 月 31 日護理部照護標準委員會通過。                        |
| 102.02.21 | 3.0 | 配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱                                               |                                                     |
| 102.10.31 | 3.1 | 更新檢查目的及磁振造影禁忌症。                                                          | 102 年 10 月 31 日護理部照護標準委員會通過。                        |
| 103.06.30 | 3.1 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                                                          |                                                     |
| 103.10.31 | 3.2 | 1. 說明(二)檢查前準備部份內容增修。<br>2. 說明(四)檢查後護理新增：注射含釷對比劑可能的不良反應之說明。               | 103 年 10 月 31 日護理部照護標準委員會通過。                        |
| 104.10.31 | 3.2 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                                                          |                                                     |
| 105.10.31 | 3.2 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                                                          |                                                     |
| 106.10.11 | 3.3 | 刪除第三項第四目之 3 追蹤報告。                                                        | 106 年 10 月 11 日護理長會議通過。                             |
| 107.06.29 | 3.3 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                                                          |                                                     |
| 107.11.14 | 3.4 | 第二項新增（含中興分院）。                                                            | 107 年 11 月 14 日護理長會議通過。                             |
| 108.11.18 | 3.5 | 1. 第三項第二目之 4 修訂說明內容。<br>2. 第三項第七日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。 | 108 年 11 月 13 日護理長會議通過；<br>108 年 11 月 18 日督導會議通過公布。 |

|      |                  |      |         |        |     |
|------|------------------|------|---------|--------|-----|
| 主題名稱 | 磁共振造影檢查          | 制定單位 |         | 護理部    |     |
| 編號   | A31000-Q04-W-A28 | 版本   | 第 3.6 版 | 頁碼/總頁數 | 6/6 |

| 修正日期      | 版本  | 修正說明                                                                                                                                                                 | 備註                                                                       |
|-----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 109.12.22 | 3.6 | 1. 第三項第五目之 1 禁忌症刪除(6)(8)，並全目移至更改為第三項第二目檢查前評估，並新增修訂之 2 說明內容。<br>2. 第三項第五目之 1(3)新增說明內容：尤其是在腎絲球過濾速率 (GFR) <30 ml/minute per 1.73 m <sup>2</sup> 的患者或是因為肝腎症候群造成的急性腎衰竭病人。 | 109 年 12 月 03 日照護標準組會議通過;109 年 12 月 09 日護理長會議通過;109 年 12 月 22 日督導會議通過公布。 |
| 110.12.02 | 3.6 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                                                                                                                                                      |                                                                          |
| 111.12.08 | 3.6 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                                                                                                                                                      |                                                                          |
| 112.12.07 | 3.6 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                                                                                                                                                      |                                                                          |
| 113.12.05 | 3.6 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                                                                                                                                                      |                                                                          |
| 114.12.04 | 3.6 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                                                                                                                                                      |                                                                          |
|           |     |                                                                                                                                                                      |                                                                          |
|           |     |                                                                                                                                                                      |                                                                          |
|           |     |                                                                                                                                                                      |                                                                          |
|           |     |                                                                                                                                                                      |                                                                          |
|           |     |                                                                                                                                                                      |                                                                          |
|           |     |                                                                                                                                                                      |                                                                          |
|           |     |                                                                                                                                                                      |                                                                          |
|           |     |                                                                                                                                                                      |                                                                          |
|           |     |                                                                                                                                                                      |                                                                          |