

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	純音聽力檢查 Pure Tone Audiometry ; PTA				
	編號	制定者	公布日期	修正日期	檢閱日期
	A31000-Q04-W-A34	N10 韓蕎伊	88 年 12 月 31 日	112 年 02 月 07 日	114 年 12 月 04 日
	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	
版本/總頁數	第 3.6 版/4 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	

一、目的

讓護理人員了解純音聽力檢查之檢查目的、檢查前中後之準備、禁忌症及注意事項，以提昇護理品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）檢查目的

- 1.測驗被檢查者的聽力與聽力正常者可聽取的最小閾值平均值(25dB)比較，看有多少 dB 的損失（聽力受損）。
- 2.判斷聽力受損的類別。

（二）檢查前準備

- 1.聯絡聽力檢查室。
- 2.向病人解釋此檢查的意義及過程。
- 3.勿戴耳環。

（三）檢查中護理

無特別護理，測試會在一所隔音室，並佩戴著耳筒進行，測試過程中會聽到不同頻率的聲音，結果將記錄於聽力圖中。

（四）檢查後護理

無特別護理。

（五）禁忌症

主題名稱	純音聽力檢查	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q04-W-A34	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	2/4

手術過後傷口未復原、傷口持續流血、耳疱疹破裂。

(六) 注意事項

- 1.測試前注意耳道有無異物填塞或耳垢過多。
- 2.測試過程中配合檢查人員之指示，如有任何不適，請告知檢查人員。

(七) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(略)

七、附件

(略)

主題名稱	純音聽力檢查	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q04-W-A34	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	3/4

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
88.12.31	1.0	新制定。	88 年 12 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
102.02.21	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
102.10.31	3.1	增加檢查禁忌症。	102 年 10 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
103.06.30	3.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.10.31	3.2	第三項第(一)目將聽力正常者可聽取的最小閾值平均值改為 25dB。	104 年 10 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
105.10.31	3.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
106.11.07	3.3	第三項第三目內容說明修正。	106 年 11 月 07 日護理長會議通過。
107.06.29	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.10.17	3.4	第二項新增（含中興分院）。	107 年 10 月 17 日護理長會議通過。
108.11.18	3.5	第三項第七日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 11 月 13 日護理長會議通過； 108 年 11 月 18 日督導會議通過公布。
109.12.03	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.12.02	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

