

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	X 光檢查 X-ray				
編號	A31000-Q04-W-A41	制定者	RCW 盧玉華	公布日期	88 年 12 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	112 年 02 月 07 日
版本/總頁數	第 3.3 版/4 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 12 月 04 日

一、目的

讓護理人員了解 X 光檢查之檢查目的、檢查前中後之準備、禁忌症及注意事項，以提昇護理品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）檢查目的

1. 有助於確定組織及器官受傷程度、病變的部位、大小。
2. 協助確定組織及器官是否有贅生物、異物，例如腫瘤、結石。
3. 作為與未來病程變化比較的基準。
4. 評估治療效果。

（二）檢查前準備

1. 檢查前需去除檢查部位任何 X 光無法穿透，且會在 X 光片上顯現的物體，例如：
珠寶、金屬項鍊等，衣服不可有鐵扣、別針、拉鍊等金屬飾物。
2. 已懷孕或有可能已經懷孕之婦女，請在檢查前告知醫事放射師。
3. 檢查前請換上檢查服裝；女性病人請脫掉內衣。

（三）檢查中護理

1. 攝影過程中切勿移動照射部位，配合口令做好閉氣或吸氣動作。
2. 檢查時，如有任何不適現象，立即告知醫事放射師處理。
3. 如進行其他特殊的檢查，可請醫師或放射師做進一步的解說。

主題名稱	X 光檢查	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q04-W-A41	版本	第 3.3 版	頁碼/總頁數	2/4

(四) 檢查後護理

檢查後無特別需要注意的事項。

(五) 禁忌症

懷孕的婦女。

(六) 注意事項

1. X 光攝影檢查屬於低劑量放射線檢查，依文獻報告一般 X 光檢查之輻射量只有放射治療癌症劑量的幾千分之幾，不會傷害細胞組織，若有影響人體細胞亦可自行修補恢復，是安全的。

2. 常規 X 光檢查時，在不影響臨床診斷下，應適當的給予輻射防護，如鉛版。

(七) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(一) 張仕明、史天宇、鄭凱元、陳佳惠(2020)．常規 X 光攝影輻射劑量評估．中華放射線技術學雜誌，44(4)，202-209。

七、附件

(略)

主題名稱	X 光檢查	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q04-W-A41	版本	第 3.3 版	頁碼/總頁數	3/4

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
88.12.31	1.0	新制定。	88 年 12 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
101.10.31	2.1	將病患修改成病人。	101 年 10 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
102.02.21	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
103.06.30	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.10.31	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	104 年 10 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
105.10.31	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
106.10.31	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.11.14	3.1	第二項新增（含中興分院）。	107 年 11 月 14 日護理長會議通過。
108.11.18	3.2	第三項第七日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 11 月 13 日護理長會議通過；108 年 11 月 18 日督導會議通過公布。
109.12.03	3.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.12.02	3.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

主題名稱	X 光檢查	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q04-W-A41	版本	第 3.3 版	頁碼/總頁數	4/4

修正日期	版本	修正說明	備註
112.02.07	3.3	1. 第三項第六目之 2. 新增說明內容。 2. 新增第六項參考資料。	111 年 12 月 08 日照護標準組會議通過；111 年 12 月 14 日護理長會議通過；112 年 02 月 07 日督導會議通過公布。
112.12.07	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.12.05	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.12.04	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	