

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	無壓力試驗 Non-Stress Test, NST				
編號	A31000-Q04-W-B01	制定者	DR 黃麗華	公布日期	88 年 12 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	113 年 12 月 17 日
版本/總頁數	第 3.5 版/5 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 12 月 04 日

一、目的

讓護理人員了解無壓力試驗之檢查目的、檢查前中後之準備、禁忌症及注意事項，以提昇護理品質。

二、範圍

護理部各單位。

三、說明

（一）檢查目的

測量胎動與胎兒心跳速率的關係，進而了解胎盤的功能。

（二）檢查前準備

準備用物：胎兒監視器、固定帶、衛生紙、Jelly。

（三）檢查中護理

1. 請孕婦先自解小便，解釋檢查的目的，並告知測試時間為 20-30 分鐘。
2. 協助孕婦採半坐臥或左側臥。
3. 裝上胎兒監視器，監測子宮收縮及胎心音。
4. 給予胎動記錄器並告知孕婦當胎兒有胎動時便按記錄器一下。
5. 每 5-10 分鐘需注意胎兒心跳之變異性、是否有胎動及是否有宮縮。
6. 裝上監視器 10 分鐘後，如果沒有胎動，可給予音頻刺激器及搖動孕婦腹部以刺激胎動或鼓勵孕婦進食果汁、點心，以刺激胎動。
7. 護理日誌本需登記檢查者的姓名及病歷號，並勾「檢查」及記錄主治醫師是否入帳。

主題名稱	無壓力試驗	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q04-W-B01	版本	第 3.5 版	頁碼/總頁數	2/5

8. 將檢查者的資料建檔於產房資訊系統，進入門診檢查執行系統報到。
9. 完成後請檢查者回門診報到，護理人員則進入 e 中央胎兒監視系統將報告產生圖檔後上傳至 PACS 系統，請主治醫師判讀：

(1) 反應型(Reactive)：在 20 分鐘內，至少有 2 次以上伴隨胎動而引起的胎心率加速，且每回胎動時胎心率加速有 15 次／分以上，持續 15 秒以上。胎心率的變異性每分鐘大於 6 次。

(2) 不反應型(Non-Reactive)：在 40 分鐘的試驗時間內，胎動沒有引起胎心率加速或是胎心率變異性小於每分鐘 6 次，表示需做進一步檢查。

(四) 檢查後護理

1. 移除胎兒監視器及固定帶。
2. 將 Jelly 擦拭乾淨。
3. 協助孕婦坐起及整理衣物。

(五) 禁忌症

無特殊禁忌症。

(六) 注意事項

須採抬頭仰臥式，監測時間 20-30 分鐘。

(七) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

主題名稱	無壓力試驗	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q04-W-B01	版本	第 3.5 版	頁碼/總頁數	3/5

六、參考資料

- (一) 王淑芳、吳小莉、王曉鈴、林淑華、陳嘉雯(2023)・妊娠期的診斷與評估・於周汎
濤總校閱・產科護理學(四版，4-04~4-48)・永大。
- (二) American College of Obstetricians and Gynecologists' Committee on Practice Bulletins
Obstetrics (2021). Antepartum Fetal Surveillance: ACOG Practice Bulletin, Number 229.
Obstetrics and gynecology,137(6), 116-127. <https://doi-org.sw.lib.csmu.edu.tw/10.1097/AOG.00000000000004410>

七、附件

(略)

主題名稱	無壓力試驗	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q04-W-B01	版本	第 3.5 版	頁碼/總頁數	4/5

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
88.12.31	1.0	新制定。	88 年 12 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
101.10.31	2.1	檢查前準備新增固定帶。	101 年 10 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
102.02.21	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
103.06.30	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
103.10.31	3.1	因應胎心音報告已全面電子化，將電子化程序增加於檢查中步驟。	103 年 10 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
104.10.31	3.2	新增第三項第(三)目之 9 部份內容。	104 年 10 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
105.10.31	3.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
106.10.31	3.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	3.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
108.02.14	3.3	第三項第七日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 02 月 14 日照護標準組會議通過；108 年 3 月 13 日護理長會議通過；108 年 3 月 18 日督導會議通過公布。
109.12.03	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

主題名稱	無壓力試驗	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q04-W-B01	版本	第 3.5 版	頁碼/總頁數	5/5

修正日期	版本	修正說明	備註
111.01.04	3.4	新增第六項參考資料。	110 年 12 月 02 日照護標準組會議通過;110 年 12 月 08 日護理長會議通過;111 年 01 月 04 日督導會議通過公布。
111.12.08	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.12.07	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.12.17	3.5	更新第六項參考資料。	113 年 12 月 05 日照護標準組會議通過;113 年 12 月 11 日護理長會議通過;113 年 12 月 17 日督導會議通過公布。
114.12.04	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	