

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	血糖測定技術評核表	編號	A31000-Q06-F-A43
			版本	第 2.3 版
	制定單位	護理部	修正日期	114 年 06 月 16 日
			頁數/總頁數	1/1

一、評核對象：護理人員（含中興分院）。

二、評核方式：

護理人員以口述或實際操作。

三、評核內容：

1. 正確核對醫囑及辨識病人。
2. 洗手後，準備用物，攜至病人單位，以兩種以上方式辨識病人。
3. 按摩指腹使其充血後進行採血：選擇手指尖端，消毒採血部位，待酒精乾燥後採血，避免因酒精造成血糖測試值不準確；避開靜脈輸液中之肢體採血，避免輸液造成血糖測試值不準確。
4. 整理用物，將測試片丟入感染性垃圾袋，採血針丟入尖銳物收集盒內。
5. 洗手後，核對HIS護理系統於執行狀態核簽“已執行”。

單位：_____

評核者：_____

日期	被評核者	床 號	評 核 內 容					正確率 (%)	備 註
			1	2	3	4	5		

註： 1.正確：以 V 表示 2.不正確：以 X 表示 3.不適用：以一表示

4.正確率(%)：【正確項數(V)/實際評核總項數(V+X)】×100%