

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	植入暫時性心臟節律器之護理評核表	編號	A31000-Q06-F-B37
	制定單位	護理部	版本	第 2.1 版
			修正日期	100 年 10 月 26 日
			頁數/總頁數	1/1

一、評核對象：加護單位護理人員。

二、評核方式：

1. 以口述或實際演練方式表現其平常心臟節律器之護理觀念與技術。
2. 查核護理記錄。

三、評核內容：

1. 導管插入前準備：

- a. 確認病人，向病人及家屬解釋及說明技術過程並填寫同意書。
- b. 準備暫時性心臟節律器並裝置電池後測試其功能。

2. 導管插入過程：

- a. 將電擊器的導線接上導程然後貼在病人身上並打開電源。
- b. 導管插入時注意觀察 EKG 的變化，待導管放入右心室尖部的心肌小樑後，將電極導管近端處與心臟節律器之導線正極接正極，負極接負極，打開電源讓脈搏發生器運轉。
- c. 依醫囑調整 rate、output 及 sensitivity，並觀察 EKG 是否出現釘狀波（Spike）。
- d. 以 N/S 及 BI 棉枝消毒插入部位，再以 Tegaderm 覆蓋，膠帶固定體外管子。

3. 導管插入後護理：

- a. 記錄插入部位及導管固定位置與 rate、output 及 sensitivity。
- b. 協助病人照 X-ray，確定放置是否適當。
- c. 傷口護理：三天更換 Tegaderm 及換藥。
- d. 經常檢查機器功能及觀察病人反應，避免接觸不良影響其功能，每班列印 EKG，波型粘貼於護理記錄。

單位：_____

評核者：_____

日期	被評核者	床號	評 核 內 容										正確率 (%)	備註
			1a	1b	2a	2b	2c	2d	3a	3b	3c	3d		

註： 1.正確：以 V 表示 2.不正確：以 X 表示 3.不適用：以一表示

4.正確率(%)：【正確項數(V)/實際評核總項數(V+X)】×100%