

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	持續性靜脈到靜脈的血液透析評核表	編號	A31000-Q06-F-B39
	制定單位	護理部	版本	第 2.3 版
			修正日期	108 年 11 月 05 日
			頁數/總頁數	1/1

一、評核對象：加護單位護理人員（含中興分院）。

二、評核方式：

至病人處查核或以口述或實際演練方式表現其持續性靜脈到靜脈的血液透析之護理技術。

三、評核內容：

1. 備物：能正確操作全自動連續腎功能替代治療儀器：正確安裝衛寶普利司馬弗列克斯套組。
2. 正確完成安裝血液前幫浦、透析液、置換液，並了解溶液泡法及作用。
3. CRTT 管路組預沖：預沖共 2 次，預計 8 分鐘內完成，第一次預沖約 5 分鐘(N/S 1000ml 加抗凝劑 5000u)，第二次 N/S 1000ml。
4. 設定血液流速、血液前幫浦、透析液、置換液、脫水量、輸入抗凝劑注射器幫浦。
5. 連接病人：分離靜脈執行管路與收集/廢液袋，連接靜脈管路至病人端藍色的導管。分離 Y 型管與動脈管，將動脈管連接 3way 並連接至病人動脈端，另一 3way 連接 N/S500ml。連接黃色廢液管路至廢液袋上。
6. 停止治療：(1)壓“停止”鍵幫浦會停止運轉。(2)壓“結束治療”鍵，即終止治療。(3)壓“卸下”，管路即退出。
7. 先用 10ml N/S 沖洗 D/L Cath 之 A-V 端後，再快速打入 Heparin(依照 double lumen Cath 上標示的量施打 Heparin)。
8. 全程注意管路是否 shaking 及各壓力表的情形。
9. 能正確查閱資料脫水量。

單位：_____

評核者：_____

日期	被評核者	床 號	評 核 內 容									正確率 (%)	備 註
			1	2	3	4	5	6	7	8	9		

註： 1.正確：以 V 表示 2.不正確：以 X 表示 3.不適用：以一表示

4.正確率(%)：【正確項數(V)/實際評核總項數(V+X)】×100%